



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 25.11.2024 roku

ZP/p/44/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu wyposażenia medycznego: podestów operacyjnych, stolików chirurgicznych, opatrunkowych, wózków medycznych i innych”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 2

dot. załącznik nr 2 do SWZ – część 3 stolik do instrumentów chirurgicznych

1. Czy Zamawiający dopuści stolik do instrumentów chirurgicznych wyposażony w koła pojedyncze o średnicy 75mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści koła o średnicy 75 mm.

dot. załącznik nr 2 do SWZ – część 4 stolik opatrunkowy

1. Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje stolika opatrunkowego z jednym blatem prostym czy z jednym blatem z pogłębieniem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje stolika z blatem zagłębionym.

2. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy o wymiarach blatu 1000x650mm, wymiarach całkowitych (z uchwytem do prowadzenia) 1080x650mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy wyposażony w koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 125 mm.

dot. załącznik nr 2 do SWZ – część 6 wózek medyczny

1. Prosimy o określenie ile szuflad ma posiadać wózek medyczny (2 szuflady (wysokość frontów 2x156mm) lub 3 szuflady (wysokość frontów 3x156mm)).

Odpowiedź Zamawiającego: Wózek ma posiadać 2 szuflady.

dot. załącznik nr 2 do SWZ – część 7 wózek medyczny z szufladą

1. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny z szufladą o wymiarze blatu 600x500mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny z szufladą o wymiarze blatu górnego 705x415mm i wymiarze półki 655x415mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

dot. załącznik nr 5 do SWZ- umowa

1. dot. §2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w zadaniu. 3, 4 6 i 7 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający częściowo podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że obowiązek szkolenia oraz ewentualnych przeglądów jest zapisem ogólnym dla urządzeń i aparatury medycznej. Szkolenia, o których mowa w umowie dotyczą właśnie takich urządzeń. Jeżeli oferowany produkt nie jest takowym, to przedmiotowy zapis nie obowiązuje.

2. dot. §5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów w zakresie zadania 3, 4 6 i 7 oraz udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji serwisowej, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający częściowo podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że obowiązek ewentualnych przeglądów jest zapisem ogólnym dla urządzeń i aparatury medycznej. Zapewnienie przeglądów, o których mowa w umowie dotyczą właśnie takich urządzeń. Jeżeli oferowany produkt nie jest takowym, a zaoferowane produkty nie wymagają przeglądów, to przedmiotowy zapis nie obowiązuje.

Zestaw zapytań nr 3

Poniżej pytania dot. Pakietu 8:

Ad 1. Czy zamawiający dopuści kozetkę ze stelażem metalowym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 1. Czy zamawiający dopuści zakres regulacji zagłówka w zakresie +/- 40 stopni, pozostała część nieregulowana ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 1. Czy zamawiający dopuści kozetkę bez stalowych barierek ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 1. Czy zamawiający dopuści kozetkę na nóżkach, bez kólek ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 1. Czy zamawiający dopuści wymiary:

Długość 1880 mm

Szerokość 550 mm
Wysokość 510 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk; J. Śmietańska

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Joanna Śmietańska