



Znak: AE/ZP-27-50/24

Tarnów, 2024-06-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z akumulatorem zapewniającym zasilanie na minimum 12 godzin pracy?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z czasem ładowania akumulatora do 6 godzin i uzna tę wartość na maksymalną dopuszczoną?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z maksymalnymi wymiarami bez zbiornika i uchwytów do zawieszania: Wysokość 16,0 cm, Szerokość 6,0 cm Głębokość 13,0 cm ?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z maksymalnym natężeniem dźwięku 55 dB ?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z trybem pracy ciągłej w zakresie ciśnienia od 50 do 200 mmHg z krokiem regulacji co 5 mm Hg?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z trybem pracy przerywanym: z zakresem ciśnienia do 50 do 200 mmHg i czasowym spadkiem do 0 mmHg?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 15** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z komunikacją w języku polskim przy pomocy przycisków funkcyjnych?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 18** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez komunikatu uderzenia i okresu eksploatacji akumulatora?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 20, poz.21** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez menu z rejestracją historii zdarzeń?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 23** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie pozwalające zastosować zbiorniki na wydzielinę o pojemności 300 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran posiadającego wymiary bez zbiornika i uchwytów do zawieszania: wysokość 16,0 cm, szerokość 6,0 cm głębokość 13,0 cm.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

