



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 14.04.2022 r.

WZZ-2375-12-596-04/22

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nr postępowania: 12/2022.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

**Pytanie nr 1, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.12 Macerator)**

Czy Zamawiający dopuści macerator posiadający wydajność do 2 naczyń na cykl?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.12 Macerator)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające silnik o mocy 370W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.12 Macerator)**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wymaga rozwiązania zapewniającego szczelność komory podczas pracy.

**Pytanie nr 4, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.12 Macerator)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające wymagane certyfikaty.

**Pytanie nr 5, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.6 Krzesło interesanta)**

Czy Zamawiający dopuści krzesło o wymiarach zewnętrznych (całkowitych) 495x520x770 mm? Nadmieniamy, że wymagana głębokość krzesła 486 mm to parametr opisujący głębokość podstawy.



**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.8 Ławka 3 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach zewnętrznych /całkowitych (dł.gł.wys.) 1780x600x750 mm, wys. siedziska 440 mm?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.9 Ławka 4 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach zewnętrznych /całkowitych (dł.gł.wys.) 2345x600x750 mm, wys. siedziska 440 mm?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.10 Ławka 5 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści ławkę o wys. całkowitej 750 mm, pozostałe wymiary zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.13 Meble medyczne)**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje mebli medycznych zgodnie z opisem zawartym w opisie tabelarycznym? Nadmieniamy, iż Zamawiający zamieścił dodatkowy opis poniżej tabeli, który wyklucza rozwiązania w niej zawarte, do tego opis poniżej tabeli standardowo stosowany jest dla mebli niemedycznych.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający dopuszcza obie technologie opisane w załączniku 8.13 do SWZ oraz zmienia jego treść.

**Pytanie nr 10, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.13 Meble medyczne)**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga mebli, których wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016, który spełnia wymogi zarówno EN ISO 13485:2016 jak i ISO 9001? Nadmieniamy, iż EN ISO 13485:2016 jest nadrzędnym nad ISO 9001.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 11, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.13 Meble medyczne)**

Czy Zamawiający dopuści meble, które mogą być poddawane każdym procesom dekontaminacji tak NCC (urządzenie firmy Konkret), w tym zamgławianiu nadtlenkiem wodoru gwarantującym swego rodzaju sterylizacji mebla?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.13 Meble medyczne)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta? Nadmieniamy, iż taki certyfikat posiada tylko jedna firma w kraju – Konkret z o.o. Sp. komandytowa.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta.

**Pytanie nr 13, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga mebli z płyty meblowej zgodnie z opisem zawartym w opisie tabelarycznym? Nadmieniamy, iż Zamawiający zamieścił dodatkowy opis poniżej tabeli, który wyklucza rozwiązania w niej zawarte.

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza obie technologie opisane w załączniku 8.14 do SWZ oraz zmienia jego treść.

**Pytanie nr 14, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga mebli, których wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016, który spełnia wymogi zarówno EN ISO 13485:2016 jak i ISO 9001? Nadmieniamy, iż EN ISO 13485:2016 jest nadrzędnym nad ISO 9001.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 15, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Czy Zamawiający dopuści meble, które mogą być poddawane każdym procesom dekontaminacji tak NCC (urządzenie firmy Konkret) w tym zamgławianiu nadtlaniem wodoru gwarantującym swego rodzaju sterylizacji mebla?

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta? Nadmieniamy, iż taki certyfikat posiada tylko jedna firma w kraju – Konkret z o.o. Sp. komandytowa.

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta.

**Pytanie nr 17, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę wykonaną ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatów EN ISO 13485:2016 i ISO 9001? Nadmieniamy, iż jest to certyfikat dla wyrobów medycznych, a szafka gospodarcza takim nie jest.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający nie odstępuje.

**Pytanie nr 19, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną wg poniższego opisu:

Szafka w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem, wykonaną z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, wyposażoną w górny cokół wykończeniowy ułatwiający utrzymanie szafki w czystości.

Ściany wewnętrzne korpusu szafki szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm.

Drzwi, fronty wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ODPORNYM NA WILGOĆ. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe SILIKONOWE uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone - wykonane ze szkła bezpiecznego. W zależności od wysokości frontu – możliwość montażu zamka – w szafkach do 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, -w szafach powyżej 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin), zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem.

Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy dla spełnienia wymogów szafki wiszącej Zamawiający odstąpi od wymogów opisanych dla szafek stojących?

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający nie odstępuje.

**Pytanie nr 21, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga mebli, których wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016, który spełnia wymogi zarówno EN ISO 13485:2016 jak i ISO 9001? Nadmieniamy, iż EN ISO 13485:2016 jest nadrzędnym nad ISO 9001.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 22, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy Zamawiający dopuści meble, które mogą być poddawane każdym procesom dekontaminacji tak NCC (urządzenie firmy Konkret) w tym zamgławianiu nadtlakiem wodoru gwarantującym swego rodzaju sterylizacji mebla?

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.20 Szafka wisząca gospodarcza)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta? Nadmieniamy, iż taki certyfikat posiada tylko jedna firma w kraju – Konkret z o.o. Sp. komandytowa.

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta.

**Pytanie nr 24, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.21 Szafka podblatowa zlewozmywakowa)**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga szafki podblatowej zlewozmywakowej zgodnie z opisem zawartym w opisie tabelarycznym? Nadmieniamy, iż Zamawiający zamieścił dodatkowy opis poniżej tabeli, który wyklucza rozwiązania w niej zawarte.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający dopuszcza obie technologie opisane w załączniku 8.21 do SWZ oraz zmienia jego treść.

**Pytanie nr 25, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.21 Szafka podblatowa zlewozmywakowa)**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga mebli, których wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016, który spełnia wymogi zarówno EN ISO 13485:2016 jak i ISO 9001? Nadmieniamy, iż EN ISO 13485:2016 jest nadrzędnym nad ISO 9001.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 26, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.21 Szafka podblatowa zlewozmywakowa)**

Czy Zamawiający dopuści meble, które mogą być poddawane każdym procesom dekontaminacji tak NCC (urządzenie firmy Konkret) w tym zamgławianiu nadtlakiem wodoru gwarantującym swego rodzaju sterylizacji mebla?

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.21 Szafka podblatowa zlewozmywakowa)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez producenta? Nadmieniamy iż taki certyfikat posiada tylko jedna firma w kraju – Konkret z o.o. Sp. komandytowa.

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu kompatybilności technologii NCC wystawiony przez Producenta.

**Pytanie nr 28, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania wózek w całości wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego zarówno od strony higienicznej, trwałości jak i użytkowej.

**Odpowiedź nr 28:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 660mm? Nadmieniamy, że jest to różnica tylko 1 cm w stosunku do wymogów.

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema lub pięcioma szufladami, o głębokości dostosowanej do potrzeb użytkownika? Nadmieniamy, że jest to korzystniejsze rozwiązanie, głębokości ustalone są na etapie realizacji.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z frontami/czołami szuflad wyposażonymi w tabliczki do opisu identyfikującego zawartość szuflady? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikami szuflad w formie jednoczęściowych – odlanych form bez elementów łączenia, osadzonych na stalowej ramie, z możliwością wyjęcia w celu dokładnego umycia? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego pojemniki/wkłady nie posiadają miejsc powodujących kumulacje brudu i ognisk infekcji, a możliwość wyjęcia ułatwia umycie.

**Odpowiedź nr 32:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w narożach korpusu wózka?

**Odpowiedź nr 33:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestesjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony obrotowe krążki odbojowe, zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami? Krążki obrotowe są lepszym rozwiązaniem aniżeli stała listwa odbojowa. Podczas styku z punktem kolizyjnym krążek obracając się łatwo przesunie po przeszkodzie, nie narażając jej na uszkodzenie.

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez odchylanych przezroczystych pojemników w formie kieszeni? Rozwiązanie to nie tylko zabiera przestrzeń przez co zmniejszona musi być pojemność szuflad ale sprawia, że wózek staje się trudny do utrzymania w czystości na co Zamawiający zwraca uwagę w przypadku opisywania szuflad.

**Odpowiedź nr 35:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez odchylanych przezroczystych pojemników w formie kieszeni? Rozwiązanie to nie tylko zabiera przestrzeń przez co zmniejszona musi być pojemność szuflad ale sprawia, że wózek staje się trudny do utrzymania w czystości na co Zamawiający zwraca uwagę w przypadku opisywania szuflad.

**Odpowiedź nr 36:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na butlę z tlenem w postaci wyposażenia dodatkowego, mocowanego do szyny sprzętowej co się wydaje korzystniejsze? Wymagane rozwiązanie nie tylko zabiera przestrzeń z korpusu przez co zmniejszona musi być pojemność szuflad, ale sprawia, że wózek staje się trudny do utrzymania w czystości.

**Odpowiedź nr 37:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z wyposażony w dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie zamiast przezroczystej ścianki z tabliczką opisową pozwalające na ich identyfikację.

**Odpowiedź nr 38:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z wyposażeniem montowanym na szynach sprzętowych? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie korzystniejsze, pozwala na dowolną konfigurację wózka w dowolnym momencie, umożliwia również demontaż wyposażenia celem mycia i dezynfekcji, do tego jest uniwersalne, daje możliwość stosowania wyposażenia dodatkowego również od innych producentów.

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.23 Wózek anestezyjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek z demontowalnym wieszakiem kroplówki, mocowany do korpusu wózka? Nadmieniamy, iż blat roboczy to miejsce, które powinno być łatwe do mycia i dezynfekcji, każde zagłębienie/ otworowanie itp. to utrudnia.

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41, dotyczy zapisów SWZ**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 41:**

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora.

**Pytanie nr 42, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych**

Zwracamy się z prośbą o dodanie ilości wymaganego asortymentu do wszystkich zał. 8. SWZ – Zestawień parametrów i wymagań granicznych - w części opisów brakuje tej informacji.

**Odpowiedź nr 42:**

Ilości asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia jego treść.

**Pytanie nr 43, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.7 Ławka dwuosobowa)**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości oraz destynacji wyposażenia opisanego w zał. nr 8.7 do SWZ - ławka dwuosobowa- wyposażenie nie jest ujęte w zestawieniu zawartym w zał. 2 do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź nr 43:**

Ilości asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia jego treść.

**Pytanie nr 44, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.12 Macerator)**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości oraz destynacji wyposażenia opisanego w zał. nr 8.12 do SWZ - Macerator - wyposażenie nie jest ujęte w zestawieniu zawartym w zał. 2 do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź nr 44:**

Przedmiot zamówienia obejmuje Macerator 1szt.

**Pytanie nr 45, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.15 Parawan teleskopowy z zasłonką)**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości oraz destynacji wyposażenia opisanego w zał. nr 8.15 do SWZ - parawan teleskopowy z zasłonką ilość 5 szt. - wyposażenie jest ujęte w zestawieniu zawartym w zał. 2 do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w ilości 4 szt. (pom. 0/04 Sala chorych oraz pom. 0/09 Sala chorych).

**Odpowiedź nr 45:**

Przedmiot zamówienia obejmuje parawan teleskopowy 5szt. (pom. 0/04 Sala chorych – 2szt. oraz pom. 0/09 Sala chorych – 3szt.).

**Pytanie nr 46, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.16 Regał listwowy z koszami)**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości oraz destynacji wyposażenia opisanego w zał. nr 8.16 do SWZ - Regał listwowy z koszami – 2 szt. - wyposażenie jest ujęte w zestawieniu zawartym w zał. 2 do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w ilości 1 szt. (pom. 0/02 Brudownik/Macerator).

**Odpowiedź nr 46:**

Przedmiot zamówienia obejmuje Regał listwowy z koszami – 1 szt.

**Pytanie nr 47, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oraz załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Zwracamy się z prośbą o dookreślenie wymaganych parametrów dla krzesła ujętego w Załączniku nr 2 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wykazanych w pomieszczeniach Pom. 0/05\_Pom. HIGIENIOCZNO SANITARNE 3 szt. oraz Pom. 0/09\_Sala chorych 2 szt. W załączniku nr 8 brak jest opisu na tą pozycję.

**Odpowiedź nr 47:**

Wymagane parametry przedmiotowego krzesła zawiera Załącznik nr 8.5 do SWZ (Krzesło do socjalnego).

**Pytanie nr 48, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.1 Fotel obrotowy)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel biurowy o regulowanej wysokości siedziska w zakresie 400-525 mm, o maksymalnym obciążeniu na poziomie 110 kg?

**Odpowiedź nr 48:**

Zamawiający dopuszcza fotel biurowy o regulowanej wysokości siedziska w zakresie 400-525 mm, o maksymalnym obciążeniu na poziomie 130 kg.

**Pytanie nr 49, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.3 Kanapa rozkładana)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kanapę spełniającą poniższy opis:

Kanapa z funkcją spania tapicerowana w całości materiałem zmywalnym, łatwym do mycia.

Stelaż i konstrukcja wewnętrzna zbudowana z najwyższej jakości drewna litego oraz płyty wiórowej, Pojemnik na pościel, Siedzisko oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej o bardzo dużej wytrzymałości oraz sprężyn typu

bonell, Kanapa rozkładana za pomocą standardowego automatu wersalkowego, Tył kanapy obity materiałem podbitkowym. Szerokość 220 cm, głębokość 900 cm, powierzchnia spania 193x115 cm ?

**Odpowiedź nr 49:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.4 Kosz na brudną bieliznę)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania asortyment o poniższym opisie:

Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

Pojemność worka 100-120 l

Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniczem cichego opadania, podnoszona pedałem

Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Szerokość: 810 mm

Głębokość: 520 mm

Wysokość: 860 mm?

**Odpowiedź nr 50:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 51, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.4 Kosz na brudną bieliznę)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania asortyment o poniższym opisie:

Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l.

WYKONANIE:

- w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,

- stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych

- obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka;

- pokrywa lakierowana na wybrany kolor RAL, pokrywa ze spowalniczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch ciężkach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania

- koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite: 900x495x850 mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

**Odpowiedź nr 51:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 52, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.4 Kosz na brudną bieliznę)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek ze stali kwasoodpornej - nie malowany proszkowo z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź nr 52:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.5 Krzesło do stołu)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krzesło na czterech metalowych nogach malowanych proszkowo na kolor biały lub czarny, o wymiarach całkowitych szer. 529 mm gł. 476 mm oraz wysokość 810 mm, siedzisko kubelkowe tworzywowe o wysokości 425 mm?

**Odpowiedź nr 53:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.8 Ławka 3 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ławkę trzy siedziskową o wysokości siedziska na poziomie 440 mm, oraz wysokości całkowitej 750 mm z zachowaniem pozostałych parametrów opisu?

**Odpowiedź nr 54:**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 55, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.9 Ławka 4 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę czterosiedziskową o wysokości siedziska na poziomie 440 mm, oraz wysokości całkowitej 750 mm z zachowaniem pozostałych parametrów opisu?

**Odpowiedź nr 55:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 56, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.10 Ławka 5 osobowa)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ławkę pięciosiedziskową o wysokości całkowitej 750 mm z zachowaniem pozostałych parametrów opisu?

**Odpowiedź nr 56:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.11 Łóżko szpitalne)**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?

**Odpowiedź nr 57:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 58, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.11 Łóżko szpitalne)**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm z mechaniczną centralną blokadą kół?

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.11 Łóżko szpitalne)**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź nr 59:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.11 Łóżko szpitalne)**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało szerokość całkowitą poniżej 100 cm?

**Odpowiedź nr 60:**

Zamawiający będzie wymagał.

**Pytanie nr 61, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.11 Łóżko szpitalne)**

Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający będzie wymagał aby minimalna wysokość leża wynosiła mniej niż 40 cm, co ma istotne znaczenie dla pacjentów starszych, po operacjach oraz poniżej wzrostu 160cm?

**Odpowiedź nr 61:**

Zamawiający będzie wymagał.

**Pytanie nr 62, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.13 Meble medyczne)**

Zwracamy się z prośbą o dookreślenie technologii wykonania mebli – zapisy zawarte w tabeli parametrów oraz zapisy technologii umieszczonej na końcu dokumentu nie są tożsame.

Prosimy o wskazanie który opis jest obowiązującym celem przygotowania poprawnej wyceny.

**Odpowiedź nr 62:**

Zamawiający dopuszcza obie technologie opisane w załączniku 8.13 i zmienia jego treść.

**Pytanie nr 63, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Zwracamy się z prośbą o dookreślenie technologii wykonania mebli – zapisy zawarte w tabeli parametrów oraz zapisy technologii umieszczonej na końcu dokumentu nie są tożsame.

Prosimy o wskazanie który opis jest obowiązującym celem przygotowania poprawnej wyceny.

**Odpowiedź nr 63:**

Zamawiający dopuszcza obie technologie opisane w załączniku 8.14 i zmienia jego treść.

**Pytanie nr 64, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.14 Meble z płyty meblowej)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.14 do SWZ Meble z płyty meblowej Pom. 0/12\_Pom. Socjalne – Lp.14. Szafka podblatowa z wbudowaną chłodziarką – 1 szt. Wymiary: 600x580x870 mm (+/-30mm).

Zwracamy się z prośbą o dookreślenie czy opisana chłodziarka stanowi również przedmiot zamówienia, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udostępnienie wymaganych parametrów urządzenia.

**Odpowiedź nr 64:**

Chłodziarka stanowi przedmiot zamówienia.

**Dane techniczne:**

<b>Pojemność [l]</b>	Okolo 135l
<b>Bezsronowa (No Frost)</b>	Tak
<b>Zmiana kierunku otwierania drzwi</b>	Tak
<b>Wyświetlacz</b>	Tak
<b>Szerokość [cm]</b>	Okolo 50
<b>Wysokość [cm]</b>	Max. 85
<b>Głębokość [cm]</b>	Okolo 60
<b>Poziom hałasu [dB]</b>	Max. 38
<b>Sposób odszraniania (rozmrzania) chłodziarki</b>	Automatyczne

**Pytanie nr 65, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.17 Regały lakierowane)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.17 do SWZ Regał metalowy lakierowany proszkowo – 1 szt. Regał metalowy lakierowany proszkowo – 2 szt., Regał metalowy lakierowany proszkowo – 5 szt

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.7 – wymagane normy dotyczą odpowiednio:

PN-EN 15095+A1:2012 - regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym -- Wymagania bezpieczeństwa oraz PN-EN 15512:2011- Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji.

**Odpowiedź nr 65:**

Zamawiający odstępuje.

**Pytanie nr 66, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.17 Regały lakierowane)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.17 do SWZ Regał metalowy lakierowany proszkowo – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał składający się z wytrzymałego szkieletu wykonanego z ocynkowanej stali, która jest odporna na korozję posiadający 5 półek wykonanych z bardzo mocnej płyty MDF o nośności każda/100 kg. Regał o wymiarach szer. 100x45x180 cm?

**Odpowiedź nr 66:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.17 Regały lakierowane)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.17 do SWZ Regał metalowy lakierowany proszkowo – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał składający się z wytrzymałego szkieletu wykonanego z ocynkowanej stali, która jest odporna na korozję posiadający 5 półek wykonanych z bardzo mocnej płyty MDF o nośności każda/100 kg. Regał o wymiarach szer. 80x35x180 cm?

**Odpowiedź nr 67:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 68, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.17 Regały lakierowane)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.17 do SWZ Regał metalowy lakierowany proszkowo – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał składający się z wytrzymałego szkieletu wykonanego z ocynkowanej stali, która jest odporna na korozję posiadający 5 półek wykonanych z bardzo mocnej płyty MDF o nośności każda/100 kg. Regał o wymiarach szer. 80x45x180 cm?

**Odpowiedź nr 68:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 69, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.18 Szafa dwudrzwiowa)**

Dotyczy: Załącznik nr 8.18 do SWZ Szafa dwudrzwiowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o poniższym opisie;

Metalowa szafka lekarska dwudrzwiowa z przeszklonymi drzwiczkami, korpus wykonany z blachy o grubości 0,8 mm lakierowany proszkowo.

Wymiary (wysokość) 1800

Wymiary (szerokość) 800

Wymiary (głębokość) 435

Grubość blachy 0,8 mm

Ilość półek 4

Waga (kg) 83 kg?

**Odpowiedź nr 69:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.18 Szafa dwudrzwiowa)**

Czy w odniesieniu do pkt. 10 opisu - Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę bez wgłębień ułatwiających chwytanie na ściankach frontowych?

**Odpowiedź nr 70:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 71, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.18 Szafa dwudrzwiowa)**

Czy w odniesieniu do pkt. 11 opisu - Zamawiający dopuści do zaoferowania uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze czarnym?

**Odpowiedź nr 71:**

Zamawiający dopuszcza uszczelki w kolorze czarnym, niebrudzące.

**Pytanie nr 72, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.18 Szafa dwudrzwiowa)**

Czy w odniesieniu do pkt. 13 – Zamawiający dopuści zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt 110°?

**Odpowiedź nr 72:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 73, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510mm?

**Odpowiedź nr 73:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 74, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 485mm?

**Odpowiedź nr 74:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 75, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 930mm?

**Odpowiedź nr 75:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 76, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 2 szuflady oraz wolna przestrzeń między szufladami?

**Odpowiedź nr 76:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 77, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?

**Odpowiedź nr 77:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 78, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?

**Odpowiedź nr 78:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 79, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czterema kołami o średnicy 75mm z centralną blokadą kół?

**Odpowiedź nr 79:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 80, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 350x600mm?

**Odpowiedź nr 80:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladami w kolorze bieli szpitalnej z możliwością wyboru kolorystyki blatu?

**Odpowiedź nr 81:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 82, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.19 Szafka przyłóżkowa)**

Czy Zamawiający będzie wymagał szafki z systemem blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta? Rozwiązanie to gwarantuje możliwość przesuwania szafki i dostępu do niej bez konieczności opuszczania łóżka przez pacjenta.

**Odpowiedź nr 82:**

Zamawiający dopuszcza, nie będzie wymagał.

**Pytanie nr 83, dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych (8.25 Wózek wanna do mycia pacjenta leżącego)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę do mycia pacjentów o poniższym opisie?

Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne.

Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiającą łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu.

Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm.

Wymiary zewnętrzne wózka dł. 2050 x szer. 800mm.

Platforma materaca dł. 1900 x szer. 665 mm

Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami.

Cztery koła o  $\varnothing$  125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą.

Barierki boczne tworzywowe z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpeli.

Maksymalne obciążenie: 200kg

Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC.

Wbudowane dreny i wąż odpływowy.

**Odpowiedź nr 83:**

Zamawiający dopuszcza.

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, tj. Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 (8.1-8.25) - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych.

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin): zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zmodyfikowany Załącznik nr 8 (8.1-8.25) - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert,

dlatego Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: **21.04.2022 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **21.04.2022 r. o godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **20.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Dyrektora  
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie  
dr Elżbieta Kasprzak**