



Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziałów szpitalnych , sprawa ZP 19/24

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 10. Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o obudowie wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej? Materiał ten jest bardziej wytrzymały i łatwiejszy w utrzymaniu czystości.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

2. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 13. Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego lub za pomocą czujnika bezdotykowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o otwieraniu za pomocą przycisku nożnego, ale zamykaniu ręcznym? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na pracę urządzenia, a dodatkowo jest ergonomiczne*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

3. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 16. Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez powłoki, ale za to w całości wykonane ze stali nierdzewnej, która jest łatwa w utrzymaniu czystości, a co za tym idzie również chroni przed namnażaniem się bakterii.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

4. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 19. Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodującej zapchanie. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 1 otworem odpływowym umieszczonym na spodzie komory, posiadającym zabezpieczenie przed przedostaniem się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

5. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 20. Maceracja przy użyciu minimum dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym maceracja odbywa się przy użyciu jednego modułu tnąco rozrywającego o maksymalnej długości ostrza 12 cm? Takie rozwiązanie również pozwala na efektywną macerację*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

6. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 21. Wszystkie elementy tnące umiejscowione w górnej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia). Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w elementy tnące znajdujące się na spodzie komory z bezpośrednim dostępem po otwarciu pokrywy, również bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia, czy wyczyszczenia.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.





7. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 24. Zużycie wody na jeden cykl max 10 litrów. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody na cykl max. 27 l? Większe zużycie wody pozwala na dokładniejszą macerację, a co za tym idzie uniknięcie problemu blokowania urządzenia.*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
8. *Pakiet 2 – Macerator. Pkt. 25. Czas cyklu maceracji – max 180 sekund. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie cyklu wynoszącym 3-19 minut zależnie od poziomu dezynfekcji? Krótki czas cyklu może powodować niedokładną macerację naczyń, a co za tym idzie może to powodować zablokowanie odpływu.*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
9. *Pakiet 3 Ultrasonograf. Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada wbudowanego napędu DVD, ale oferuje możliwość zapisu danych na nośniki typu pen-drive w różnych formatach?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę - patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.
10. *Pakiet 3 Ultrasonograf. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D wynosi 400 obrazów na sekundę?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
11. *Pakiet 3 Ultrasonograf. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres stosowanych częstotliwości pracy wynosi od 1,5 MHz do 16 MHz?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
12. *Pakiet 3 Ultrasonograf. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym szerokość bramki dopplerowskiej wynosi od 0,5 mm do 20 mm?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
13. *Pakiet 3 Ultrasonograf. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym ilość cyfrowych kanałów przetwarzania wynosi co najmniej 50 000?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
14. *Pakiet 3 pkt. 48. Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli zaproponowany ultrasonograf mobilny wyposażony będzie w zewnętrzną nagrywarkę płyt CD/DVD zintegrowaną z aparatem w sposób ergonomiczny? Oferowany aparat USG jest nowoczesną konstrukcją, wprowadzoną do oferty w 2023 roku w której producent zaimplementował porty USB w standardzie 3.0 celem umożliwienia użytkownikowi szybkiej i łatwej archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym typu Pendrive. Aparat posiada możliwość nagrywanie zdjęć i filmów z badania w czasie rzeczywistym na nośniku zewnętrznym, bez potrzeby ręcznego kopiowania danych z pamięci wewnętrznej urządzenia.*
Wyjaśnienia: Patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.
15. *Pakiet 3 Dotyczy pkt.12. Czy Zamawiający dopuści aparat z ilością cyfrowych kanałów przetwarzania 28672?*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
16. *Pakiet 3. Dotyczy pkt.15. Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną częstotliwością odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D 435 obrazów/s?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.





17. *Pakiet 3. Dotyczy pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną optymalizacją obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (dopasowanie linii bazowej, wzmocnienie sygnału)?*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
18. *Pakiet 3. Dotyczy pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością archiwizacji raportów na dysku SSD o pojemności 250GB, Pendrive oraz zewnętrznych nośnikach takich jak dyski twarde podłączone do złączy USB?*
Wyjaśnienia: Patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.
19. *Pakiet 3. Dotyczy pkt.48 Czy Zamawiający dopuści aparat bez nagrywarki DVD wbudowanej w aparat ale z wystarczająco dużą pamięcią typu SSD, która pozwoli na zapis dużej ilości danych i w razie potrzeby archiwizację tych danych na zewnętrznych nośnikach pamięci podłączonych do portów USB?*
Wyjaśnienia: Patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.
20. *Pakiet 3. Dotyczy pkt.50 Czy Zamawiający dopuści aparat z oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:*
DICOM Send/Recive
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Comitment
DICOM Worklist
DICOM Print
DICOM Cardiac SR
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
21. *Pakiet 3. Zamawiający wymaga aparatu z głowicą liniową oraz kardiologiczną. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał aparatu wyposażonego w dwa wbudowane gniazda sond? Takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo używanych sond i wydłuży znacznie ich działanie ze względu na brak konieczności ich ciągłego wpinania i wypinania z aparatu w celu wykonania określonych badań.*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
22. *Pakiet 3. Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu zasilanego również z wbudowanej baterii z czasem pracy na baterii co najmniej 70 minut? Takie rozwiązanie umożliwi pracę bez konieczności ciągłego włączania urządzenia do prądu.*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
23. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG posiadający dynamikę aparatu 100 poziomów lub 258 db?*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
24. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maksymalną częstotliwość odświeżania (frame rate) dla obrazu 2D wynoszącą 300 obrazów na sekundę?*
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
25. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG z zakresem stosowanych częstotliwości pracy od 2 – 15 MHz?*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
26. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG z monitorem 13,3 cala?*





Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

27. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści obrazowanie trapezowe 15 stopni odchylenia?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

28. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści USG bez jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D+2D Doppler kolorowy (mocy)?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

29. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szerokość bramki dopplerowskiej od 0,23 mm do 20 mm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

30. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG bez automatycznego obrysowania i wyznaczania parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

31. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG bez automatycznego obrysowania i wyznaczania parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na zamrożonym spektrum?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

32. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG z archiwizacją raportów wyłącznie na dysku twardym?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę - patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.

33. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG z pamięcią dynamiczną obrazu 1X,2/2X, 1/4X,1/8X?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

34. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG z wewnętrznym dyskiem twardym do archiwizacji 512 GB?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

35. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG bez nagrywarki DVD wyposażonej w aparat?*

Wyjaśnienia: Patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.

36. *Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania USG bez parametrów opisanych w pkt. 50 tabeli parametrów?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

37. *Pakiet 4. Trendelenburga i anty – Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnych?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

38. *Pakiet 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka posiadającego regulację wysokości w zakresie 585-915 mm.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

39. *Pakiet 4. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia wózka w wieszak kroplówki?*





Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

40. *Pakiet 4. Czy Zamawiający pisząc „Wieszak na kroplówki z możliwością mocowania w ramie leża” miał na myśli możliwość mocowania wieszaka w specjalnych gniazdach – tulejach zamontowanych na ramie wózka?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

41. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki boczne stalowe?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

42. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barierki boczne lakierowane?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

43. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytów na worki urologiczne?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

44. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulowanym oparciem pleców w zakresie 0°-70°?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

45. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez możliwości włożenia detektora z czterech stron?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

46. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości 570-910 mm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

47. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z hamulcem centralnym sterowanym jedną stalową, chromowaną rurą – obejmą zlokalizowaną nad kołami od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy? Rozwiązanie takie jest niezwykle wygodne dla personelu.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

48. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami ze stali nierdzewnej?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

49. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o obciążeniu 250 kg?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

50. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez podstawy z ABS oraz bez zabudowania pokryw z tworzywa sztucznego?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

51. *Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listw odbojowych zabezpieczających naroża wózka?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

52. *dotyczy pakietu 2 – Macerator. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność,*





umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

53. **dotyczy pakietu 2 – Macerator.** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

54. **dotyczy pakietu 2 – Macerator.** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

55. **dotyczy pakietu 2 – Macerator.** Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

56. **dotyczy pakietu 2 – Macerator.** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy $\leq 0,6kW$? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

57. **dotyczy pakietu 2 – Macerator.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

58. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulowanego pochylenia segmentu oparcia pleców w zakresie $0^\circ - 90^\circ (+/- 2^\circ)$ wspomaganego sprężyną gazową? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

60. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga i anty -Trendelenburga uzyskiwanej za pomocą dźwigni nożnych realizowanych przed podnośniki regulowane hydrauliczne $0^\circ - 20^\circ (+/- 2^\circ)$?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.





61. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym jest możliwość włożenia kasety RTG tylko od strony głowy i nóg? Prosimy także o informację, czy Zamawiający oczekuje, aby wózki były wyposażone w tacę na kasetę RTG umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

62. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacji zmiany wysokości leża z obu stron wózka w zakresie 600 mm – 920 mm (+/- 10 mm)

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

63. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi i toczenia obsługiwany z dwóch stron wózka (od strony głowy i nóg) dźwigniami nożnymi dostępnymi przy każdym kole z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i braku blokady; osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

64. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej, składane, z gładką powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nierysującą ścian, składane wzdłuż ramy leża?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

65. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany dźwigniami z obu stron wózka (od strony nóg i głowy) dostępnymi przy każdym kole; każda dźwignia dwupozycyjna (jazda swobodna, hamulec) osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

66. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w zdejmowany materac w kolorze ciemnoniebieskim?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

67. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego haczyki na worki urologiczne po obu stronach leża?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

68. **Dotyczy: Pakiet 4** Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez listew odbojowych zabezpieczających naroża wózka?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

69. **dot. pkt 12 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat marki SAMSUNG posiadający 286 720 cyfrowych kanałów przetwarzania?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.





70. **dot. pkt 20 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat SAMSUNG, wyposażony w moduł sztucznej inteligencji, gdzie stopień odchylenia przy obrazowaniu trapezowym wynosi 12 stopni?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

71. **dot. pkt 39 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat SAMSUNG z głowicą liniową o zakresie pracy 2-9 MHz, posiadającą szerokość pola obrazowania wynoszącą 44 mm?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

72. **dot. pkt 44 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat SAMSUNG z możliwością archiwizacji raportów na zewnętrznych dyskach DVD, CD-R lub dysku twardym?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.

73. **dot. pkt 46 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat „...”, posiadający wbudowany dysk SSD o wielkości 256 GB z możliwością zapisu i archiwizacji danych na zewnętrznych dyskach o pojemności 1 TB?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

74. **dot. pkt 48 tabeli, załącznik nr 3 do SWZ** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat „...”, który posiada zewnętrzną nagrywarkę DVD?

Wyjaśnienia: Patrz modyfikacja SWZ - pkt II pisma.

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm) **modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 3 do SWZ Parametry techniczne dla pakietu nr 3.**

- **Pkt 44 przyjmuje brzmienie:** „Archiwizacja raportów minimum na dysku twardym”

- **Wykreśla się pkt 48** „Nagrywarka DVD wbudowana w aparat”.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ Parametry techniczne dla pakietu nr 3

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta