



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSSz -NZP – 801 / 23

Łódź, dnia 31. 10. 2023 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii w ramach realizacji projektu: "Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie układu krążenia – modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. Im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi", sprawa ZP 48/23

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. PAKIET 1 – Leżanka medyczna_Czy zamawiający dopuści do postępowania leżankę medyczną bez możliwości wyboru koloru powłok lakierowanych? Leżanka wykonana zostanie z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
2. Elektrokardiograf Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
3. PAKIET 2 – Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o następującym parametrze - Czułość: 5, 10, 20 ?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
4. PAKIET 2 –Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG posiadający pamięć wewnętrzną – minimum 100 badań, lecz z możliwością rozbudowy do 1 000 badań?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
5. PAKIET 2 –Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG nie posiadający możliwości integracji z systemem exPACS firmy Pixel?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
6. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z komunikacją z siecią/złącza LAN; WLAN; WEP; WPA; WPA2; TKIP; AES; 2,4 GHz?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
7. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 1 dot. §4 ust. 6 Zwracamy się o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że „istotna zmiana”, o którym mowa w postanowieniu polega na naprawie „o wartości większej niż 55% wartości brutto urządzenia”. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zdania 2. poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia są zgodne z treścią art. 581k.c.

8. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 2 dot. §6 ust. 1 pkt 1) i 2) Biorąc pod uwagę, że Zamawiający dokonał gradacji kar ze względu na długość ewentualnej zwłoki Wykonawcy, zwracamy się o zmniejszenie współczynnika kary dla pkt 1) i 2) – odpowiednio w miejsce „0,5%”- „0,2%” i w miejsce „0,75%” - „0,4%”. Wykonawca wskazuje, że ryzyka finansowe związane z możliwością naliczenia kar umownych Wykonawcy będą musiały zostać wkalkulowane do ceny ofertowej, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. Kary w zaproponowanej wysokości spełnią także należycie swoje funkcje, w tym kompensacyjną i stymulacyjną.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia są zgodne z treścią art. 581k.c.

9. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr dot. §6 ust. 1 pkt 3) Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być kalkulowana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Wrocław, XII C 698/19). Zaproponowana w ww. postanowieniu wartość kary (współczynnik kary) jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana już w dacie jej zastrzegania (art. 484 §2 k.c.). Zwracamy również uwagę, że ryzyka kontraktowe związane z możliwością obciążenia karami umownymi wykonawcy będą zmuszeni wliczać do cen ofertowych. Prawidłowe wyważenie ryzyka pozostaje zatem w najlepiej pojmowanym interesie Zmywającego. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację postanowienia: „(...) 0,5% wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka przekroczy 5 dni”.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

10. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 3 dot. §6 ust. 1 pkt 6) Na zasadzie jak dla wcześniejszych postanowień – wnosimy o zmniejszenie współczynnika kary do „0,5%”. Zwracamy uwagę, iż odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na winie, a zatem odpowiada on za zwłokę (kwalifikowaną postacią nieterminowej realizacji) nie zaś „opóźnienie” – jak zaproponował w w/w postanowieniu Zamawiający (analogicznie do powyższego ustawodawca ustanowił zakaz zawarty w art. 433 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych). W związku z powyższym zwracamy się o zmianę w postanowieniu słowa „opóźnienia” na „zwłoki”.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie współczynnika kary, natomiast modyfikuje treść poprzez zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”.

11. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 4 dot. §7 ust. 1 Wykonawca proponuje, aby w ramach zapisów umowy przewidziana została mimo wszystko możliwość zapobiegania potencjalnym przypadkom zerwania umowy poprzez ustanowienie procedury naprawczej, umożliwiającej Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu Umowy. Nawet, jeśli rozwiązanie następuje z winy Wykonawcy (art. 433 pkt 1) ustawy Pzp), poprzedzenie go wezwaniem do należytego wykonania może zapobiec potrzebie poszukiwania innego dostawcy, po nowej wyższej cenie. Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowienia poprzez dodanie na końcu ust. 1 poniższego zdania: „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie niniejszego ustępu, po bezskutecznym upływie odpowiedniego, dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni.”

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §7 ust. 2 umowy przewidział dodatkowy czas - 10 dniowy termin.

12. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 5 dot. §10 ust. 1 Wykonawca wnosi o zmianę użytego w w/w postanowieniu sformułowania „gwarantuje” na „zobowiązuje się”. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych - art. 471 i n. k.c.- za zwinione działania lub zaniechania.

Wyjaśnienia: Zamawiający modyfikuje treść §10 ust. 1 na następującą: „Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż sprzęt stanowiący przedmiot umowy może być dezynfekowany preparatami dostępnymi na terenie UE. Skuteczność preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona jest standardowymi metodami:

- 1) **badaniami i oceną przeprowadzoną według norm europejskich,**
- 2) **zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.”**

13. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 6 dot. §10 ust. 3 Wykonawca zwraca uwagę, że otrzymanie listy, o której mowa w postanowieniu pozostaje także w interesie Zamawiającego, w związku z czym uzasadnione pozostaje ewentualne wezwanie dodatkowe Wykonawcy w sytuacji, gdyby dokument nie został przekazany Zamawiającemu np. z powodu zwykłego przeoczenia. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę postanowienia zgodnie z propozycją: „W przypadku nieprzekazania listy, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę mailowo do przekazania ww. listy w terminie 3 dni roboczych w przypadku nieprzekazania wytycznych odpowiedzialność za skutki niewłaściwej dezynfekcji ponosi Wykonawca.”

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ

14. Pytania do wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Pytanie nr 7 dot. §11 ust. 4 Wykonawca wskazuje, że ze względu na wykonywaną działalność leczniczą Zamawiający jest równolegle zobowiązany do śledzenia zmian prawnych mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Stąd też, Wykonawca powinien informować o zmianach wskazanych w ust. 4, w okresie gwarancji, o ile sprzęt dostarczony w ramach umowy przestał spełniać wymogi ustawowe lub wymaga podjęcia dodatkowego działania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację postanowienia: „Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego w okresie gwarancji i rękami związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, o ile zmiana, o której mowa powyżej ma wpływ na możliwość korzystania z wyrobów medycznych przez Zamawiającego lub wymaga podjęcia odpowiednich działań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.”

Wyjaśnienia: Zamawiający modyfikuje treść §11 ust. 4 na następującą: „4. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego w okresie gwarancji i rękami związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, o ile zmiana, o której mowa powyżej ma wpływ na możliwość prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z wyrobów medycznych przez Zamawiającego lub wymaga podjęcia odpowiednich działań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji..”

15. Pytania do Załącznik Nr 7 do SWZ - Wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu Pytanie nr 8 dot. pkt 7 Tabeli Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji wynosił 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

16. Pytanie nr 9 dot. pkt 8 Tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w postanowieniu, że „w przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych z zagranicy czas naprawy będzie wynosił do 10 dni roboczych”? Wykonawca zwraca uwagę, że przeciętny czas napraw sprzętu medycznego z użyciem części z zagranicy, zważywszy na logistykę (w tym transport), wynosi do 10 dni roboczych. Jest to termin wynikający z okoliczności obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, akceptowany powszechnie przez odbiorców usług serwisu sprzętu medycznego, stąd wnioskowana wyżej zmiana.

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pytanie nr 10 dot. pkt 9 Tabeli Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

18. **Pytanie nr 11 dot. pkt 11 Tabeli** Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w postanowienia, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

19. Pytanie nr 12 dot. pkt 13-15 Tabeli Informacje wskazane w punktach 13-15 Tabeli są standardowo przekazywane Zamawiającym po zawarciu umowy. Czy Zamawiający wyrazi na usunięcie ww. postanowień/wierszy z Tabeli?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
20. Pytania do Załącznika nr 6a do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych Pytanie nr 13 dot. §1 ust. 3 Czy w celu należytego wykonania umowy głównej Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zakresu przetwarzanych danych o następujące dane: „dane zwykłe pacjentów: *imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia (wiek), płeć* dane szczególnych kategorii: parametry życiowe – informacje o stanie zdrowia dane zwykłe pracowników: *biznesowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PWZ, adres e-mail, nr telefonu)*”?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
21. Pytania do Załącznika nr 6a do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych Pytanie nr 14 dot. §1 ust. 7 Uprzejmie informujemy, że globalne koncerny podczas świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych) wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co znacznie przyspiesza proces oraz pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie/urządzeniu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do spełniania wymagań prawa unijnego. Ewentualne powierzenie danych odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych lub Standardowych Klauzul Umownych UE. W nawiązaniu do powyższego oraz przede wszystkim w celu należytego wykonania umowy głównej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do postanowienia zdania dostatniego: „Aktualna lista podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
22. Pytania do Załącznika nr 6a do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych Pytanie nr 15 dot. §1 ust. 21 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej, szczególnie, że Zamawiający wymaga informowania o samym podejrzeniu. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie w/w postanowienia: „Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia, poinformowania Administratora oraz przekazania Administratorowi wszelkich informacji o jakimkolwiek zdarzeniu, które stanowi lub może stanowić naruszenie ochrony danych.”
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
23. Pytanie dot. Rozdziału II. pkt 6 SWZ Pytanie nr 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji na 30 dni od podpisania umowy?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
24. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający dopuści aparat z przesyłem wykonanych badań na serwer PACS z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania pośredniczącego (tzw. bramki)?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
25. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z filtrami równoważnymi o szerszym zakresie działania 20, 40, 100, 150, lub 300 Hz?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
26. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści aparat współpracujący z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania pośredniczącego (tzw. bramki)?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
- II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:
- a) §6 ust. 1 pkt 6) na następującą: *1% wartości umowy netto za nieterminowe wykonanie gwarancyjnego przeglądu technicznego, lub innych przeglądów za każdy dzień zwłoki. Kara nie zostanie naliczona jeżeli brak przeglądu wynikać będzie z winy Zamawiającego.*

- b) §10 ust. 1 na następującą: „Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż sprzęt stanowiący przedmiot umowy może być dezynfekowany preparatami dostępnymi na terenie UE. Skuteczność preparatów dezynfekcyjnych potwierdzona jest standardowymi metodami:
- 1) badaniami i oceną przeprowadzoną według norm europejskich,
 - 2) zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.
- c) §11 ust. 4 na następującą: **4. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego w okresie gwarancji i rękojmi związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, o ile zmiana, o której mowa powyżej ma wpływ na możliwość prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z wyrobów medycznych przez Zamawiającego lub wymaga podjęcia odpowiednich działań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji..”**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH


mgr Paweł Lipiński

