

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Wojtek
nadkom. Józef WIGZ.

Załącznik nr 1.

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przeгляд i konserwacja 2 komór do polimeryzacji cyjanoakrylowej: Sirchie 48S i 48T

Usługa powinna obejmować:

- czyszczenie i konserwacje urządzenia,
- sprawdzenie układu elektrycznego,
- sprawdzenie parametrów wilgotności i temperatury,
- sprawdzenie i czyszczenie czujników temperatury i wilgotności,
- regulację i przygotowanie do pracy.

**PRZEGLĄD I KONSERWACJA – DATA WYKONANIA ZAMÓWIENIA: SIERPIEŃ
2026 R.**

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Lech
asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALISTA
Sekcji I
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
J. Józef
podkom. Józef ŁOŻYŃSKI

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA