

DZP/225/IBS/25

Tychy, 16.04.2025r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu
jednorazowego i wielorazowego użytku dla Oddziału Neonatologicznego
(nr postępowania: 7/25/ZP/PN).**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że
w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 Pakiet 23 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać nr katalogowego oraz nr REF w/w czujników.

Pytanie nr 2 Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 w poz. 1-2 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na
opakowanie a 200 szt. :

- Poz. 1 – 2 op
- Poz. 2 – 2 op ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie po 200 szt.

Pytanie nr 3 Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 w poz. 1-2 nakłuwacze, których mechanizm działania
uwalnia się poprzez naciśnięcie miejsca nakłucia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza nakłuwacze, których mechanizm działania uwalnia się poprzez naciśnięcie
miejsca nakłucia.**

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



Pytanie nr 4 Pakiet 16 – umowa § 6 Reklamacja / Gwarancja

W związku, iż produkt w części 16 (Mikrokuwety) posiada datę ważności 9 miesięcy od daty produkcji, oraz ze względu na system dystrybucji nie mamy możliwości zaoferowania produktu o określonym terminie ważności 12 miesięcy. Bardzo prosimy o zmianę zapisu umowy na:

Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać min. 12 miesięczny termin ważności, licząc od daty dostawy (dla części 16 nie może być krótszy niż 5 miesięcy). Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo uprzednią zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w ww. zakresie.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 19, pozycja nr 5

Informujemy Zamawiającego, że wymagany przez Państwa cewnik dwukanałowy Nutriline nie występuje w długości 20cm. Prosimy o dopuszczenie cewnika Nutriline o długości 30cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie ww. cewnika o długości 30 cm.

Pytanie nr 6 Pakiet 21 poz 1

Czy Zamawiający dopuści Generator CPAP wyposażony w elastyczne i odporne na załamanie przewody występujący w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowany zarówno dla wcześniaków i małych noworodków zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza generatora CPAP o jednym uniwersalnym rozmiarze. Wymaga głowicy o rozm. S, M, L.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 na Zestaw jednodniowy do odciągania pokarmu, kompatybilny z laktatorem szpitalnym SYMPHONY firmy MEDELA , MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTE, przeznaczone dla jednej pacjentki do użytku przez 24 godziny. W rozmiarach M, L, XL.(1 op=30 szt).?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zestaw jednorazowy do odciągania pokarmu mikrobiologicznie czysty.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 na rozszerzenie zakresu rozmiaru lejka w zestawach jednodniowych o rozmiar S ?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na rozszerzenie zakresu rozmiaru lejka w zestawach o rozm. S, zachowując podane ilości w zamawianiu zestawów zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe

- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, <1000 g i >1000 g) i wielkości główki noworodka.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanych okularków ponieważ przedstawiony asortyment jest niezgodny z opisem asortymentu umieszczonym w SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby okularki nie wymuszały konieczności rozłączenia lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 14, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednocześnie okularki, z mocowaniem głównym z tyłu głowy + dodatkowe mocowanie stabilizujące z boku głowy (przechodzące przez czubek), mocowanie za pomocą rzepów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawionych okularków, wymaga okularów w kształcie litery Y.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 14, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze M – 25 – 35cm oraz L – 30 – 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza okularów w przedstawionych rozmiarach. Wymaga rozmiarów według opisu przedstawionego w SWZ.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 18, pozycja nr 1 do 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 18, pozycja nr 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów z jednym drenem – dren między pacjentem a filtrem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 18, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o przepływie 10ml na godzinę, dla 20% emulsji lipidowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 Pakiet nr 18, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o przepływie około 30ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 18, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o przepływie około 2ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 Pakiet 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kontrolą siły ssania z 2 otworami naprzemianległymi oraz otworem centralnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 Pakiet 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kontrolą siły ssania dostępny tylko w rozmiarach CH 6 i CH 8 o długości 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza cewnika o długości 600 mm.

Pytanie nr 20 Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia o długości 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sondy do karmienia o długości 500 mm.

Pytanie nr 21 Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia dostępną tylko w rozmiarze Ch 4 i Ch 6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sondy do karmienia w rozmiarze Ch 4, natomiast sonda Ch 6 zgodna z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 22 Pakiet 5 Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do pobierania próbek moczu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie, 1 op = 100 szt.

Pytanie nr 23 Pakiet 13 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opasek za opakowanie, 1 op = 100 szt.

Pytanie nr 24 Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę zaciskaczy za opakowanie, 1 op = 50 szt.

Pytanie nr 25 Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie woreczków bez uszczelnienia z pianki, gdyż pianka/gąbka może prowadzić do dekontaminacji próbki moczu i stwarzać dobre środowisko do namnażania drobnoustrojów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza woreczki bez uszczelnienia z pianki.

Pytanie nr 26 Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie, 1 op = 100 szt.

Pytanie nr 27 Pakiet 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opaskę w kolorze mlecznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opaskę w kolorze mlecznym tylko wtedy kiedy w części opisowej danych identyfikacyjnych dziecka opaska będzie przeźroczysta, umożliwiającą lepszą widoczność danych.

Pytanie nr 28 Pakiet 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie, 1 op = 100 szt.

Pytanie nr 29 Pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków o poniższym opisie:

- wykonane z folii PE mocowane do skóry przylepcem akrylowym, bez gąbki
- z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację
- pojemność 100 ml
- wersja dla dziewczynek i dla chłopców
- pojedynczo pakowane
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. ofertę asortymentu: woreczków do moczu.

Pytanie nr 30 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o poniższym opisie:

- opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych posiadają zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych:
płeć – nazwisko – data – łózko
- kartonik z danymi wkładany do środka opaski
- nietoksyczna, miękka, wykonana z PVC
- brak DEHP
- opakowanie jednostkowe – 100 szt.
- zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask)
- otwory umożliwiające regulację długości tasiemki
- długość całkowita opaski dla dorosłych – ok. 24,3 cm
- długość całkowita opaski dla dzieci – ok. 17,2 cm
- jednorazowego użytku
- opaska dla niemowląt kolor niebieski (chłopcy)
- opaska dla niemowląt kolor różowy (dziewczynki)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany asortyment (opaska identyfikacyjna dla noworodków) w kolorze niebieskim i różowym tylko wtedy, jeśli w części opisowej danych

identyfikacyjnych dziecka będzie ona przeźroczysta, umożliwiającą bardzo dobrą widoczność danych.

Pytanie nr 31 Pakiet 32

Pytanie do pozycji 1 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków o pojemności 250 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza resuscytator dla noworodków o pojemności 250 ml.

Pytanie nr 32 Pakiet 32

Pytanie do pozycji 1 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maskami 0 i 1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza resuscytator z maską 0 i 1.

Pytanie nr 33 Pakiet 32

Pytanie do pozycji 3 – Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łyżkę wielorazowego użytku kompatybilną z rękojeściami w systemie zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łyżkę do laryngoskopu o nr 00, kompatybilną z laryngoskopem RI - Modul Miller.

Pytanie nr 34 Pakiet 32

Pytanie do pozycji 4 – Czy Zamawiający wymaga zestawu z kompletem łyżek typu Miller, czy MacIntosh?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu z kompletem łyżek typu Miller.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający w oparciu o przepis art. 137 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża:**

a) termin składania ofert do dnia 30.04.2025r do godz. 09:00

b) termin otwarcia ofert do dnia 30.04.2025r. do godz. 09:05

c) termin związania ofertą do dnia 28.07.2025r.

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
równocześnie pełniący obowiązki Kierownika
Działu Organizacyjno-Prawnego
Karolina Filipowska*