



Zielona Góra 14.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zg. z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzeń medycznych.**
- nr sprawy: NZ.261.21.2023.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1., w pakiecie nr 2 pozycji nr 22 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu o parametrach zgodnych z załączoną metodyką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art.286 ust.1 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmiana I

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (dotyczy zadania nr 1)

BYŁO:

(...)

13. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

JEST PO ZMIANIE:

(...)

13. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Zmiana II

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH (dotyczy zadania nr 1)

BYŁO:

Przedmiotem zamówienia są *Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzeń medycznych.* Zamówienie obejmuje 2 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2 - 3 do SWZ tj. Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich części/zadań.



Zadanie nr 1

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności.

Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy odczynników hematologicznych, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania 130 000 oznaczeń morfologii krwi i 2000 oznaczeń retikulocytów wraz z dzierżawą analizatorów i mikroskopu.

KOD CPV:

33140000-3 materiały medyczne

33696500-0 odczynniki laboratoryjne

33696300-8 odczynniki chemiczne

33124130-5 wyroby diagnostyczne

33100000-1 urządzenia medyczne

Uwaga:

- 1) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SWZ i jej załącznikach.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w **załącznikach 2-3** do SWZ - Formularze cenowo-techniczne.

JEST PO ZMIANIE:

Przedmiotem zamówienia są *Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą urządzeń medycznych*. Zamówienie obejmuje 2 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2 - 3 do SWZ tj. Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich części/zadań.

Zadanie nr 1

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności.

Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy odczynników hematologicznych, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania 130 000 oznaczeń morfologii krwi i 2000 oznaczeń retikulocytów wraz z dzierżawą analizatorów i mikroskopu.

KOD CPV:

33140000-3 materiały medyczne

33696500-0 odczynniki laboratoryjne

33696300-8 odczynniki chemiczne

33124130-5 wyroby diagnostyczne

33100000-1 urządzenia medyczne

Uwaga:

- 1) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SWZ i jej załącznikach.



- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w **załącznikach 2-3** do SWZ - Formularze cenowo-techniczne.

2. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty w języku polskim potwierdzające zgodność zaofertowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ :

2.1 Dotyczy zadania 1, poz. 1-65, Tabela nr 1

- Pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach. Stężenie antybiotyku na krążku musi zawierać się w zakresie 90-125 % ustalonego stężenia.
- Pozytywna opinia KORLD.
- Raport EUCAST potwierdzający wysoką jakość produktu.

2.2 Dotyczy zadania 1 poz. 1-30 Tabela nr 2

- Pozytywna opinia KORLD dla pasków gradientowych.

2.3. Dotyczy zadania 1 poz. 6-8 Tabela nr 4

- Pozytywna opinia KORLD.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zmiana III

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (dotyczy zadania nr 1)

BYŁO:

(...)

3.4. Dowód wniesienia wadium:

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 4 i 5 Rozdziału VIII SWZ;

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

JEST PO ZMIANIE:

(...)

3.4. Dowód wniesienia wadium:



- a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 4 i 5 Rozdziału VIII SWZ;
- b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

3.5 Przedmiotowe środki dowodowe:

3.5.1 Dotyczy zadania 1, poz. 1-65, Tabela nr 1

- Pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach. Stężenie antybiotyku na krążku musi zawierać się w zakresie 90-125 % ustalonego stężenia.
- Pozytywna opinia KORLD.
- Raport EUCAST potwierdzający wysoką jakość produktu.

3.5.2 Dotyczy zadania 1 poz. 1-30 Tabela nr 2

- Pozytywna opinia KORLD dla pasków gradientowych.

3.5.3 Dotyczy zadania 1 poz. 6-8 Tabela nr 4

- Pozytywna opinia KORLD.

Zmiana IV

W miejsce dotychczasowych formularzy cenowo technicznych dla zadania nr 1 i 2 wprowadza się formularze cenowo techniczne dla zadania nr 1 i 2 PO ZMIANACH.

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Prezes Zarządu
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginalne

Załączniki:

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 PO ZMIANACH
Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 PO ZMIANACH

Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl
a/a NZ.261.21.2023