

Wałbrzych, dnia 31.03.2022r.

DZPZ-530-Zp/10/PN/22

ZMIANA TREŚCI SWZ**„ Dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego, SOR oraz Zakładu Sterylizacji” - Zp/10/PN/22**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SWZ .

1. Załącznik nr 1 do SWZ dla pakietu nr 9 otrzymuje brzmienie :**Pakiet nr 9****Stapler okrężny, stapler poprzeczny**

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNO ST MIARY | ILOŚĆ (24 m-ce) | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY I PRODUCENT |
|------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy.Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 60 | | | | | |
| 2. | Stapler liniowy poprzeczny jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 10 | | | | | |
| 3. | Stapler liniowy poprzeczny jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym | szt. | 40 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|----|--|--|--|--|
| | ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | | | | | | |
| 4. | Stapler liniowy poprzeczny jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 10 | | | | |
| 5. | Ładunki staplera liniowego 45mm, o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 6 | | | | |
| 6. | Ładunki staplera liniowego 60mm, o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 6 | | | | |
| Razem : | | | | | | | |