



Wrocław, 18.02.2025r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych wraz z najmem analizatora przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.7.2025

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Dotyczy załącznika 2b: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie komputera sterującego pracującego w systemie Windows o następującej konfiguracji (szczegółowy opis znajduje się w załączniku do pytania):

- System operacyjny: Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade- z gwarantowanym wsparciem do 2027 roku
- Procesor: Procesor Intel Core i3-1315U
- GRAFIKA: Intel® UHD Graphics
- Klawiatura w Wielkiej Brytanii
- Wyświetlacz: Panel LCD 15,6 cala FHD (1920x1080) Anti-Glare WLED UWVA 45percent cg 250nits eDP 1.2 w/o PSR bent Touch on Panel NWBZ
- Pamięć operacyjna: 16 GB DDR4-3200 MT/s SDRAM (1x16 GB)
- Dysk: 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD
- Grafika: Zintegrowane dekodowanie HD, Obsługiwana grafika: DirectX 12, oraz HDMI 2.1b
- Zasilacze: Zasilacz sieciowy 65 W Smart nPFC Standard Barrel 4,5 mm Right Angle 1,8 m

Uzasadnienie prośby: Analizator jako wyrób medyczny musi spełniać wymogi IVD, które są gwarantem, że sprzęt nie zagraża zdrowiu, ani bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników lub innych osób. Producent w celu spełnienia wymogu bezpieczeństwa przeprowadza walidację analizatora i komputerów sterujących z analizatorem. Dlatego jesteśmy zobowiązani -jako dystrybutor sprzętu- zaoferować jednostki zwalidowane z analizatorem.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 - Dotyczy parametru granicznego p. 24: Wykonawca zapewni materiały kontrolne do sprawdzianów zewnętrznej oceny jakości wykonywanych parametrów. Ze względu na brak dostępności EQA dla parametrów z poz. 18, 19,20,21,22,23 prosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie EQA dla parametrów poz 1-17

Odpowiedz na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów kontrolnych sprawdzianów zewnętrznej oceny jakości (EQA) dla parametrów poz. 1-17 w przypadku braku dostępnych EQA dla parametrów w poz. 18-23.

Pytanie nr 3 - Dotyczy umowy- Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na nałożenia kary naliczanej od wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia zamiast od wartości gwarantowanej wartości umowy? Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zapis jak niżej:

§ 10 Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
 - 1) w wysokości ...% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto ~~gwarantowanej wartości umowy~~ niezrealizowanej części zamówienia w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

Odpowiedz na pytanie nr 3: Nie, Zapisy SWZ bez zmian.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych