

DOZ.240.8.2024

Bydgoszcz, 14 sierpnia 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2024/S 138-428351; data publikacji: 2024-07-17

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga w części 6 pasków testowych do glukometrów z zakresem pomiarowym 10-600mg/dL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga w części 6 glukometrów z podświetlanym ekranem i podświetlanym portem paska testowego ułatwiającym przeprowadzenie pomiaru w warunkach szpitalnych w nocy przy ograniczonym oświetleniu przy łóżku pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 3

W związku z wymogiem dostarczenia płynów kontrolnych prosimy o podanie minimalnych wymagań dotyczących: a) ilości wymaganych poziomów płynów kontrolnych, b) objętości wyrażonej w mililitrach każdego z wymaganych poziomów, c) minimalnego terminu ważności płynu kontrolnego po pierwszym otwarciu buteleczki z płynem kontrolnym. W uzasadnieniu do tego pytania informujemy, że płyny kontrolne w różnych systemach pomiarowych są dostarczane albo na dwóch, albo trzech poziomach, objętość pojedynczej buteleczki z jednym poziomem płynu kontrolnego waha się w różnych systemach pomiarowych od 2mL do 4mL, a termin ważności po pierwszym otwarciu buteleczki wynosi od 3 do 6 miesięcy. Brak podania minimalnych wymagań w tym zakresie może zmusić wykonawców do nieuzasadnionego zawyżenia ceny części numer 6 z powodu braku wyżej wymienionych parametrów minimalnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 poziomów, objętości 2 ml, ważności 6 m-cy po otwarciu.

Sporządziła: Anna Tomaszewska