

Poznań 24 maja 2024

W załączeniu wyjaśnienia treści swz.

Dzień dobry,
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
do pkt. 2 w tabeli - Kalibratory do poz 1-25: Czy Zamawiający dopuści multikalibrator
biochemiczny na jednym poziomie?

Odp. TAK

Dzień dobry,
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy Zamawiający zakupi podane ilości odczynników wraz z analizatorem w jednym terminie?
Jeżeli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na sukcesywne dostawy odpowiednich odczynników
przez okres 6 miesięcy, po wcześniejszym złożeniu przez Zamawiającego zamówienia
poprzez platformę Wykonawcy lub na podany adres email Wykonawcy?

Odp. Zamawiający zgadza się na sukcesywne dostawy odczynników po uprzednim zamówieniu.

Dzień dobry,
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Załącznik 1 4d - Pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści analizator o maksymalnym zużyciu wody
przekraczającym 10 L/h z jednoczesnym zagwarantowaniem stacji uzdatniania wody o
odpowiedniej wydajności względem pracy analizatora?

Odp. Załącznik 1 4d - Pkt 15 – : TAK

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary
umowne były naliczane od wartości netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.