

Nr postępowania: Nr ZOZ.V.260-61/ZP/24

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie dot. części 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wolny od ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym w języku angielskim – „DEHP FREE”)?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych wolnych od ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym w języku angielskim – „DEHP FREE”).

Część nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową z odseparowaną mechanicznie jak i elektrycznie powierzchnią ekwipotencjalną przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dzieci o wadze od 2 kg o wymiarach 170,5x 128,5 mm i powierzchni 108cm² przeznaczoną m.in. do diatermii firmy Emed?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** elektrody neutralnej jednorazowej z odseparowaną mechanicznie jak i elektrycznie powierzchnią ekwipotencjalną przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dzieci o wadze od 2 kg o wymiarach 170,5x 128,5 mm i powierzchni 108cm² przeznaczoną m.in. do diatermii firmy Emed.

Dotyczy części 26 Parametry techniczno-funkcjonalne dodatkowo oceniane pkt 3 W obecnym zapisie przyznane punkty są wszystkim probówkom z korkiem wciskany za wyjątkiem probówek do OB. – czyli probówka do OB. powinna mieć korek inny niż wciskany. Obecnie na rynku nie ma probówek do OB. w systemie próżniowym z innym korkiem niż wciskany. Czy Zamawiający miał na myśli przyznanie punktów probówkom z gwintem (korek zakręcany) za wyjątkiem probówek do OB. ?

Czyli probówki do OB. mają posiadać korek wciskany , a pozostałe korek z gwintem.

Odpowiedź:

Zamawiający w Parametrach techniczno-funkcjonalnych dodatkowo ocenianych pkt 3 będzie przyznawał punkty probówkom z gwintem (korek zakręcany) za wyjątkiem probówek do OB (korek wciskany) **W tym zakresie poprawia formularz cenowy.**

Część 34

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z włókna poliestrowego, nasączoną hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5 , aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu.

O wymiarach 12 x 20 x 0,5 cm i gramaturze 100 g/m² (Jest to standardowy rozmiar i gramatura gąbki powszechnie stosowana w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby). Zarajestrowana jako kosmetyk.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** myjki wykonanej z włókna poliestrowego, nasączonej hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5 , aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu.

O wymiarach 12 x 20 x 0,5 cm i gramaturze 100 g/m² (Jest to standardowy rozmiar i gramatura gąbki powszechnie stosowana w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby). Zarajestrowana jako kosmetyk.

Część 34

Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga** Raportu bezpieczeństwa kosmetyku.

Część 31, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazową klipsownicę endoskopową długość robocza 230 cm, otwarcie ramion klipsa wyłącznie 11,,16 mm; średnica cewnika 2,6 mm, długość ramion klipsa 9-9,5 mm, możliwość rotacji 360° w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica w osłonce transportowej, gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści**.

Część 31, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie owalne, do cięcia na ciepło i zimno, obrotowe 360°- obrót poprzez pokrętko na rękojeści, wykonane z plecionego drutu średnica pętli 10,15 mm średnica drutu tnącego 0,3 mm średnica osłonki 2.4 mm, długość robocza 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści**.

Czy Zamawiający w Części 25 w poz. 3 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części 25 w poz. 3 **nie wymaga dopuszcza** szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 25 poz. 3 do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Część 23, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: elektrodę neutralną jednorazową typu EMED SAFE, hydrożelową, dzieloną, dla dorosłych i dzieci, 163,5x117 mm, 105 cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści**.

PAKIET 1, poz. 1 h

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w rozmiarze 0,40 x 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na igły w rozmiarze 0,40 x 20 mm.

PAKIET 1, poz. 2 d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na strzykawki dwuczęściowe poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów formularza cenowego.

PAKIET 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul pakowanego w opakowanie twardego blistera, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** dopuszcza koreczki do kaniul pakowane w opakowania twardego blistera, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

PAKIET 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego pakowanego w opakowanie twardego blistera, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** dopuszcza kranika trójdrożnego pakowanego w opakowania twardego blistera, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

PAKIET 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm w opakowaniu 50 szt.? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku do kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm w opakowaniu 50 szt. odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

PAKIET 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do wkłuc centralnych w rozmiarze 9 x 11 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na opatrunki do wkłuc centralnych w rozmiarze 9 x 11 cm.

PAKIET 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na kaniule wykonane z PTFE.

PAKIET 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekaniem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** kaniuli dożylniej posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekaniem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej.

PAKIET 7, poz. 1 a,b,c,d,e

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,2 x 45	103 ml/min 80 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** kaniule różową i pomarańczową nie dopuszcza pozostałych kaniul.

PAKIET 7, poz. 1 e

Proszę o dopuszczenie kaniuli z FEP w rozmiarze G14 o przepływie 290 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** kaniuli z FEP w rozmiarze G14 o przepływie 290 ml/min pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów formularza cenowego.

PAKIET 7, poz. 2 a,b

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie neo posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekami krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** kaniul dożylnych neo posiadających filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekami krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej.

PAKIET 7, poz. 2 a,b

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie neo wykonane z PTFE?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** kaniul dożylnych neo wykonanych z PTFE.

PAKIET 7, poz. 2 a,b

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie neo wykonane z przepływami: G 24, G26 – 13 ml/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** kaniul dożylnych neo wykonanych z przepływami: G 24, G26 – 13 ml/min.

Część 31

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic z klipsami o otwarciu ramion 9, 11, 13, 16 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1 **nie dopuści** klipsownic z klipsami o otwarciu ramion 9, 11, 13, 16 mm.

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20 mm, średnica drutu 0,25 mm i 0,45 mm

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 2 **nie dopuści** pętli o średnicy 10, 15, 20 mm, średnica drutu 0,25 mm i 0,45 mm.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski