



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-28/24

Tarnów, 2024-04-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: endoprotez stawu: biodrowego, kolanowego, ramiennego, nadgarstkowo-śródręcznego, mieszadeł i cementu kostnego, implantów do zabiegów ortopedycznych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, membran do leczenia ubytków chrzęstnych i kostnych, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji, osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 Dwumobilne endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego Poz. 1. Trzpień o poniższych parametrach: Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru?
- Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 Dwumobilne endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego Poz.2. Szyjkę o następujących parametrach: Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 30° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?
- Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 Dwumobilne endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego Poz. 3 Panewkę o następujących parametrach: Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). Panewka w 3 rozmiarach 8,9,10mm; dostarczana w komplecie z wstępnie zmontowaną wkładką z wysokousieciowanego, odpornego na ścieranie polietylenu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 22.**

Handwritten mark

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

Handwritten signature
mgr Daruta Nosak

