



Zielona Góra 14.02.2024 r.

Nr referencyjny: NZ.261.2.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: **Sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), niniejszym udostępniła treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2, poz. 1.1-1.3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1-3 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2, poz. 1.1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie o pow. 1,6 m² klirens mocznika 259 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 2, poz. 1.3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie o pow. 2,0 m² klirens mocznika 274 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 2, poz. 1.3

Czy w pozycji 1.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów polisulfonowych, niskoprzepływowych, powierzchnia 2,2 m² o klirensie mocznika przy Q_b=300ml/min wynoszącym 259 – pozostałe parametry bez zmian. Takie dializatory są stosowane z powodzeniem od lat w Państwa ośrodku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginalnie)