

PAKIET 2

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Miniwirówka
1.	Max siła wirowania rcf co najmniej 2000 x g
2.	Rotor/ rotory wraz z niezbędnym wyposażeniem do wirowania jednocześnie co najmniej: 1) 8 probówek o pojemności 1,5/2 ml 2) 8 probówek o pojemności 0,5 ml 3) 4 pasków do PCR 8 x 0,2 ml
3.	Wymiana rotorów bez użycia narzędzi
4.	Zasilanie 230 V / 50 Hz
5.	Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego