



**Wykonawcy**

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Dotyczy: procedury udzielania zamówienia z dziedziny nauki na realizację zadania pn.:  
**Zakup i dostawa detektora 2D-CMOS do analizatora XPS - PHOIBOS 100.**

Nr post.: **BZP.2710.64.2022.GS.**

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW  
 WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA  
 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku z wpływaniem wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz działając na podstawie rozdz. VII ust. 3 Ogłoszenia przedłuża termin składania ofert.

**Pytanie nr 1:**

W dokumentacji do Postępowania nr BZP.2710.64.2022.GS, w treści dokumentu: Załącznik nr 2, część: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE, pkt. 1, rozdział „dane techniczne”. Znajduje się następujący zapis: „Zakres dynamiczny >106 znaków na sekundę”

Proszę o doprecyzowanie tego parametru, który zawiera ewidentny błąd, skoro zakres dynamiczny ludzkiego oka wynosi około 1000-16000 a zakres dynamiczny typowych kamer CMOS zaczyna się od 15000 znaków na sekundę. Dla kamer wysokoczułych, typowo używanych w detektorach, bardziej realistyczną liczbą wydaje się być rzędu  $10^6$  czyli 1,000,000 zamiast 106.

**Odpowiedź nr 1:**

**Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania minimalne w poniżej określonym zakresie:**

Było:

1.	Zakres dynamiczny >106 znaków na sekundę.	Zakres dynamiczny >..... na sekundę
----	-------------------------------------------	-------------------------------------

Jest:

1.	Zakres dynamiczny > <b>1000000</b> znaków na sekundę.	Zakres dynamiczny >..... <b>znaków</b> na sekundę
----	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Ponadto, zmienia się rozdział XII ust. 1, 2 i 5 Ogłoszenia:

1. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/universytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings)

na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **11 stycznia 2023 r. do godziny 09:00**.

2. Otwarcie ofert nastąpi **11 stycznia 2023 r. o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings).

5. Wykonawca jest związany ofertą do **9 lutego 2023 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, Zamawiający do niniejszej Informacji zamieszcza nowo obowiązujący załącznik tj. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania minimalne. Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.**

*Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Ogłoszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.*

DYREKTOR GENERALNY  
mgr Elżbieta Solarewicz