



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSzSL/DZ/072-⁴⁰⁰...../19

Legnica, 07-06-2019 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: zamówienia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (znak sprawy WSzSL/DZ-30/19)

Pytania dotyczące Części 6 (respirator)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o następujących parametrach i wyposażeniu:

PARAMETRY OGÓLNE

1. Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony
2. Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg
3. Funkcja wspomaganie oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów
3. Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz
4. Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na 180 minut pracy
5. Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar
6. Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością.
7. Waga respiratora – bez podstawy 9,5 kg
9. Pobór mocy - max. 70 W
9. Wbudowany port komunikacji RS232 oraz USB
- 10 Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny
- .
- 11 Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika)
- .

METODY WENTYLACJI

1. IPPV
2. CPAP/PEEP – regulowane płynnie
3. SIMV, SIPPV
4. PSV
5. SIMV + PSV
6. Limit objętości oddechowej (VL)
7. Objętość gwarantowana (VG)
8. Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie
9. NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni)
10. Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP
11. Automatyczna kompensacja nieuszczelnności
12. Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC

PARAMETRY NASTAWIALNE

1. Częstość oddechów 3- 165odd./min.

12

1.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min
3. Czas wdechu regulowany 0,15 do 2 sek.
4. Regulacja czasu wydechu 0,2 do 30 sek
5. Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml.
6. Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego
7. Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min
- 7.1 Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min
8. Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100%
9. Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100%
10. PEEP/CPAP 0-30 cmH₂O
- 10.1 NCPAP 2-13 cmH₂O (bezpośrednia regulacja wartości ciśnienia)
12. Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH₂O

MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

1. Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - 5,7"
2. Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny
3. Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB
4. Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB
5. Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM
6. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta
7. Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna
8. Funkcja STANDBY (stan gotowości)

9. Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości
10. Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych.
11. Obrazowanie pętli:
przepływ/objętość,
objętość/ciśnienie
- 11.1 Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie
12. Ciśnienie szczytowe PIP
13. Ciśnienie średnie MAP
14. Ciśnienie PEEP
15. Nieszczelność rurki intubacyjnej,
16. Oporność dróg oddechowych (R),
17. Pomiar podatności dynamicznej (C),
18. Proksymalny pomiar przepływu
19. Pomiar FiO₂
20. Objętość minutowa
21. Objętość oddechowa - wydechowa
22. Przepływ bazowy w ml
23. Przepływ wdechowy w ml

ALARMY

1. Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie
2. Bezdechu
3. Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym
4. Ciśnienia CPAP
5. Braku zasilania gazowego i elektrycznego
6. Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej
7. Alarm za dużej i za małej objętości minutowej
8. Alarm za dużej nieszczelności
9. Alarm zbyt dużej ilości oddechów

WYPOSAŻENIE

1. Wózek jezdny
2. Nawilżacz aktywny z automatyczną



kontrolą temperatury:

- wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej,
 - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilzacza,

 - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta,
 - wyświetlacz LED czterocyfrowy,
 - waga 2,9 kg (bez komory),
 - zasilanie 230V, 50Hz,
 - moc max. 210W.
- 3 Dreny zasilające w tlen i powietrze
4 Czujnik przepływu – 2 sztuki
5 Ramię podtrzymujące układ oddechowy
6 Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym – 5 sztuk
7 Komora nawilzacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używania przez okres 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 10 sztuk
8 Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra – 5 sztuk
- W skład zestawu wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilzacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.)
 - odcinek pomiarowy - generator
- 9 Końcówka donosowa w trzech rozmiarach - 5 sztuk w różnych rozmiarach
1 Maseczka donosowa w 4 rozmiarach - 5 sztuk w różnych rozmiarach
0 Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka - 5 sztuk w różnych rozmiarach

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany aparat posiadał możliwość kalibracji czujnika tlenu również w trakcie prowadzonej terapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytania dotyczące Projektu umowy

Pytanie 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

a) w wysokości **2%** wartości brutto urządzenia (którego wadliwość dotyczy) w przypadku wystąpienia jego wadliwości w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej w terminie części umowy**, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy**



- c) w wysokości **200 zł** za każde uchybienie obowiązku opisanemu w Załączniku nr 2 do umowy – Karcie gwarancyjnej w §2 ust 10;
d) określone w Załączniku nr 2 do umowy – Karta gwarancyjna;
e) w wysokości **50 zł** za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §6 ust. 2., **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy opóźnienie**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Części 4 (pompy strzykawkowe infuzyjne)

Pytanie 5

Poz. 7

Dot. Udzielonej odpowiedzi: *pismo nr WSzSL/DZ/072-346/19 z dn. 22.05.19 do zadanego pytania .*

W odpowiedzi na zadane pytanie :

Poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach:

mg, µg, ng, IU, mEq, mmol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz.?”

Zamawiający odpowiedział: „, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zasilania przy użyciu akumulatorów pod warunkiem złożenia oferty wraz z ładowarką do przedmiotowych akumulatorów . Jednocześnie wskazuje iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma)”.

Nie jest to odpowiedź na nasze pytanie gdyż nie dotyczy poz. 7.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: NASTĘPUJE KOREKTA ODPOWIEDZI UDZIELONEJ pismem nr WSzSL/DZ/072-346/19 z dn. 22.05.19.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ OTRZYMUJE BRZMIENIE: „ZAMAWIĄCY NIE WYRAŻA ZGODY PODTRZYMUJĄC WYMAGANIA SIWZ”.

Pytanie 6

Poz. 16.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z regulowanym poziomem ciśnienia okluzji do 9 poziomów 75-900 mm/Hg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 7

Poz. 26.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 8

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z czasem pracy akumulatora 10h przy przepływie 5 ml/h

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytania dotyczące Części 2 (ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami)

Pytanie 9

do pkt. 19

W pkt. 19 Zamawiający opisuje wymagania stawiane dla pracy aparatu w trybie Doppler Kolorowy jednak wymaga podania wybieralnych częstotliwości w trybie PWD: „*wybieranie częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 Mhz*”.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie bądź sprostowanie wyżej wymienionego parametru gdyż dotyczy opisuje on projekcji PWD.

Pragniemy nadmienić, że aparat w trybie CD pracuje na niższych częstotliwościach niż w trybie PWD.

Proponujemy zmianę zapisu na: „*wybieranie częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 Mhz*”

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

do pkt. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego wyposażonego w fabryczne akumulatory umożliwiające podtrzymanie włączonego systemu lecz nie pracę na aparacie przez czas 30 minut? Proponowane rozwiązanie umożliwia transport aparatu między gabinetami lub oddziałami bez konieczności wyłączenia aparatu. Aparat pozostaje włączony na czas transportu, a po ponowny podpięciu do zasilania jest od razu gotowy do pracy. Ponad to baterie te pozwalają również na przejście aparatu w tryb czuwania na czas aż do 20 godzin bez zasilania sieciowego, a następnie szybki start systemu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące Części 2 (ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami)

Pytanie 11

PKT. NR 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wprowadzony do produkcji w 2015r.?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

PKT. NR 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego regulacja położenia konsoli na boki wynosi +/-30°?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 13

PKT. NR 6-7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez ekranu dotykowego i wynikających z tego faktu funkcji opisanych w pkt 6 i 7?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

PKT. NR 8

Czy Zamawiający, zamawiając trzy głowice ultrasonograficzne, wymaga trzy aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

PKT. NR 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z kolorowym monitorem LED o przekątnej ekranu 17”?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

PKT. NR 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 17

PKT. NR 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z wybieraniem częstotliwości pracy w trybie 2D 1-20 MHz?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 18

PKT. NR 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 1500 Hz?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

PKT. NR 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, z możliwością regulacji wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) 0,5 mm - 20,0 mm?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w

12

6,



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 20

PKT. NR 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z funkcjami użytkowymi: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – 60 presetów; - możliwość nagrywania i odtwarzania - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 21

PKT. NR 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością zapisu obrazów w formatach: BMP, JPEG, bez PNG. Z możliwością zapisu pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

PKT. NR 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości eksportu raportu w jednym z dwóch opisanych formatów.

Pytanie 23

PKT. NR 38

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

PKT. NR 40

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez nagrywarka DVD wbudowanej w aparat?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

PKT. NR 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym 1 port umieszczony bezpośrednio na konsoli operatorskiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 26

PKT. NR 44

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez wyjście HDMI?

4

4.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

PKT. NR 49

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z zasilaniem awaryjnym (UPS luba akumulatory) pozwalające na pracę 10 min bez zasilenia sieciowego?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

PKT. NR 50

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 29

PKT. NR 51

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowic liniową wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów. Linia elementów min. 125. Pole widzenia głowicy max, 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min, 5-12 MHz Tryb 2D – min, 8 wybierane częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – 3 wybierane częstotliwości pracy. Praca w trybie obrazowania trapezowego dla trybu 2D oraz CD?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 30

PKT. NR 52

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej. Liczba elementów min. 192 Pole widzenia głowicy max, 60 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-6 MHz Tryb 2D – min, 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego – min, 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytania dotyczące Części 2 (ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami)

Pytanie 31

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości regulacji położenia konsoli na boki min. +/- 60°, z regulacją obrotu monitora +/- 160°, Podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 32

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością regulacji wysokości konsoli min 18 cm? Tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 33

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z uchwytami na głowice po obu stronach konsoli, bez możliwości zmiany położenia uchwytów? Podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę – w takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 34

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparat ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 35

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 12

Zamawiający wymaga: „fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192”. Z racji tego iż producent podają liczbę procesowych kanałów cyfrowych, wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparat wysokiej klasy z liczbą procesowych kanałów cyfrowych powyżej 286 000.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 36

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, o zakresie fundamentalnych częstotliwości pracy ultrasonografu emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert min. 2-16 MHz? Pragniemy zauważyć iż Zamawiający wymaga głowic pracujących w zakresie max do 12 MHz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Ma

S-



Pytanie 37

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z trybem 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku;- wybieranie częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-16 MHz; - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm; - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom o wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 7 stref; - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode; - możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 38

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z trybem Doppler Kolorowy (CD) - wybieranie częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 Mhz - regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – min. 12 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 39

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z obrazowaniem typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 7 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę – w takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 40

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z anatomicznym M-Mode na obrazach rzeczywistych – możliwość ustawienia min.1 linią prostą?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 41

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z ustawieniami wstępnymi użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 40 presetów; - możliwość nagrywania i odtwarzania - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).



Pytanie 42

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością zapisu obrazów w formatach: MPEG,BMP, JPEG, TIFF oraz zapisy pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 43

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 44

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.). Pragniemy zauważyć iż możliwość eksportu danych przez sieć WiFi jest obarczone dużym ryzykiem wycieku danych tym samym naraża Zamawiającego na ryzyku dostępu do danych wrażliwych przez osoby trzecie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 47

Pragniemy zauważyć i Zamawiający nie określił parametrów technicznych komputera obsługującego wymagane oprogramowanie oraz wymagań podłączenia aparatu do Szpitalnego systemu informatycznego. Wnosimy zatem o podanie parametrów technicznych komputera oraz potwierdzenie wymogu podłączenia aparatu USG wraz z licencją do Szpitalnego systemu informatycznego lub rezygnację z zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości określenia parametrów technicznych komputera, gdyż nie jest on obecnie użytkowany. W związku z powyższym modyfikuje opis parametru punktowanego w tym zakresie. Zmiany zostały wprowadzone w SIWZ.

Pytanie 46

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 47

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z funkcją przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 30 sekund



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 48

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą liniową wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów. Linia elementów min. 125 Pole widzenia głowicy max. 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5-12 MHz Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min, 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – min, 2 wybierane częstotliwości pracy. Praca w trybie obrazowania trapezowego dla trybu 2D oraz CD

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 49

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Pole widzenia głowicy min, 58° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-8 MHz; Tryb 2D – min, 3 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego – min, 3 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 38 cm

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 50

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 53

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkraniálních Liczba elementów min. 60. Pole widzenia min, 85 ° Zakres częstotliwości pracy min, 2-4 MHz Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min, 2 częstotliwości pracy

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 51

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym. Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy, Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4 Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę – w takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

ME



Pytanie 52

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 55

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości 3-16 MHz Tryb 2D – min, 3 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 3 Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę uznając je za równoważne i jednocześnie przyzna punkty. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 53

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej” Zakres głowicy min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4 Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę – w takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytania dotyczące Części 7 – (Pulsoksymetr)

Pytanie 54

dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast wykresu słupkowego pulsu będzie posiadało krzywą platyzmograficzną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 55

dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem pulsu w zakresie 25-240 bpm (dokładność +/-2% lub +/-2 bpm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 56

dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 20

Czy zamawiający zrezygnuje z określania procentowego odporności na światło z otoczenia, ponieważ producent oferowanego urządzenia nie ujmuje tego parametru w ujęciu procentowym? Producent gwarantuje swoją opatentowaną technologią Masimo SET odporność na światło z otoczenia, przy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



założeniu, że czujnik został prawidłowo założony ponadto ww. technologia charakteryzuje się odpornością na artefakty ruchowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 57

dotyczy Pakietu nr 7 pozycja 22

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem u pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim u pacjentów pobudzonych i w ruchu

Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który:

- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn)
- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów resuscytowanych co 2-4 s a pacjentów stabilnych co 8 s
- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru - bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytania Dotyczące projektu umowy Części 7 – (Pulsoksymetr)

Pytanie 58

dotyczy §3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy projektu umowy w tym zakresie tj. dla części 7 zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie 59

dotyczy §5 ust. 1 pkt. b)

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości sprzęt, którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

dotyczy §6 ust. 1 pkt. a)

Prosimy o modyfikację w/w zapisu na: „w wysokości 0,5% wartości urządzenia brutto (...)”.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy projektu umowy dla części 7.

Pytanie 61

dotyczy §5 ust. 1 pkt. c)

Prosimy o wykreślenie zapisu, jest on podwójnym naliczaniem kary za to samo przewinienie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14

14



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 62

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 63
dotyczy §9**

Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy karty gwarancyjnej:

Pytanie 64

dotyczy §3 ust.4

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na podjęcie czynności do 3 dni roboczych oraz wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy projektu umowy w tym zakresie tj. w części 7 zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie 65

dotyczy §3 ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA!

1. Informacje przekazane niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany dokonane w SIWZ zostały naniesione czcionką koloru niebieskiego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Legnica
mgr Krystyna Barcik