



**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

AL-V.272.1.2025

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest **Zakup i dostawa dwóch przenośnych spektrometrów promieniowania gamma i neutronowego dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Łodzi.**

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytanie do przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

Dotyczy OPZ załącznik nr 1 do SWZ, pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści detektor promieniowania gamma wykorzystujący technologię CsI(Tl) detekcji gamma, zapewniającą rozdzielczość $\leq 9\%$ FWHM przy 0.662 MeV (137Cs). Detektor spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania detektora gamma o rozdzielczości energetycznej gorszej niż określona w SWZ, tj. $\leq 7,2\%$ FWHM dla energii 662 keV (137Cs).

2. Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Dyrektor Generalny Urzędu
Aleksandra Sowińska-Banaszkiewicz**

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6681141.21697806.21726180
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.04.2025.docx
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.04.2025
Sygnatura dokumentu	AL-V.272.1.2025
Data dokumentu	10.04.2025
Skrót dokumentu	FC4796A4F058C56322C676C16D413D78639FFA64
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	10.04.2025 11:18:26
Podpisane przez	Aleksandra Ewa Sowińska-Banaszkiewicz Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 10.04.2025

Autor wydruku: Lewandowska Natalia (Inspektor wojewódzki)