



Poznań, dnia 25 marca 2019 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 8/19

Dz.Z.P.11/10/19

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę sprzętu dla pracowni diagnostycznych.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ.

Cz. 11 – stół sekcyjny – 1 szt.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości 700mm? Oferowany parametr różni się nieznacznie od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 6

Odpowiedź

TAK zgodnie ze zmianą

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający może wyjaśnić, co rozumie przez pojęcie „bezobsługowy młynek koloidalny ...”? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź

Pod pojęciem „bezobsługowy młynek koloidalny” rozumie się urządzenie – młynek, który wymaga jedynie włączenia/wyłączenia zasilania młynka w żądanym przez użytkownika momencie. Nie wymaga on innej obsługi np.: czyszczenia, ostrzenia itp.


Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku przesunięcia terminu składania ofert, wydłuży również termin wykonania stołu. Wnioskujemy o taką czynność Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, ani wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 11 – po zmianach


Dyrektor Szpitala
dr Maciej Sobkowski

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego