

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lampa naczolowa - laryngologiczna lampa diagnostyczna czołowa typu clara

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej lampy, zgodnej z poniższymi wymaganiami, gotowej do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego

Lampa:

1. ze światłem diodowym.
2. bezprzewodowa - zasilana z akumulatorów ładowanych za pomocą ładowarki sieciowej, posiadająca zintegrowane gniazdo ładowarki w pojemniku baterii oraz zasilacz (ładowarkę) ładowanie akumulatorów bez wyjmowania ich z lampy.
3. bardzo dobrze wyważona, pojemnik z akumulatorami stanowiący przeciwwagę głowicy
4. podłączenie ładowania akumulatorów skutkujące odłączeniem zasilania diody LED lampy, praca możliwa tylko po odłączeniu zasilacza.

Opaska czołowa - łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, wewnętrzne gąbki na rzepy z możliwością wyciągania i prania. Opaskę z możliwością można blokowania w dowolnej pozycji.

Proste mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokręta.

Oświetlenie diagnozowanego obszaru

Regulowana wielkość pola zabiegowego (diagnozowanego) realizowana poprzez uchwyt żarówki na lusterku. Ruchome ramie pozwalające skupić światło. Aluminiowy łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła, Biała dioda o mocy 1 W i temperaturze barwy 4000° Kelvina.

Natężenie oświetlenia dla lampy wyposażonej w diodę LED:

- 11600 lux przy odległości roboczej 400 mm
- 30000 lux przy odległości roboczej 200 mm

Czas pracy lampy - ok. 90 minut – przy naładowanych na maksimum akumulatorki AAA

Żywotność źródła światła - około 15000 godzin

Waga z lusterkami 55 mm: maksymalnie 260 g z akumulatorkami AAA.

W wyposażeniu lusterko 55 mm oraz komplet akumulatorków.