

SPZOZ-ZP/27D/2023

Kępno, dnia 20.11.2023r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup BIEŻNI do TRENINGU i OCENY POSTURALNYCH PERTURBACJI - realizowany w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego. Numer projektu: FM-STI.01.Rehabilitacja.Roboty.2023” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/27D/2023.

Działając na podstawie art.284 Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia j.w.:

ZESTAW PYTAŃ nr 1

Pytanie nr 1

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, że uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym terminie, jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się zgodnie z terminem wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia tj. do 29.04.2024r.? W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem oraz wymogami jakimi rządzą się szkolenia certyfikowane (określony czas trwania min. 6h itd.), profesjonalne jakościowo szkolenie z obsługi sprzętu nie jest możliwe do wykonania podczas dostawy.

Pytanie o dany termin nie oznacza, że nie wykonamy szkolenia tak szybko jak to możliwe. Prosimy o wydłużenie terminu możliwości wykonania szkolenia i podanie przedziału czasowego. **. ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu szkolenia, jednak nie później niż do dnia 29.04.2024r.**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zmieni termin płatności na 30 dni? **. ODPOWIEDŹ: TAK**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 10 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni? Podane przez zamawiającego ramy czasowe, są fizycznie bardzo trudne do zrealizowania. **. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, jednak czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 7 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni. Jednocześnie zmieniony zostanie PKT 4 - „w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 9 dni”.**

ZESTAW PYTAŃ nr 2

Pytanie nr 1

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, że uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym terminie, jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się zgodnie z terminem wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia tj. do 29.04.2024r.? W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem oraz wymogami jakimi rządzą się szkolenia certyfikowane (określony czas trwania min. 6h itd.), profesjonalne jakościowo szkolenie z obsługi sprzętu nie jest możliwe do wykonania podczas dostawy.

Pytanie o dany termin nie oznacza, że nie wykonamy szkolenia tak szybko jak to możliwe. Prosimy o wydłużenie terminu możliwości wykonania szkolenia i podanie przedziału czasowego.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu szkolenia, jednak nie później niż do dnia 29.04.2024r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zmieni termin płatności na 30 dni? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 10 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni? Podane przez zamawiającego ramy czasowe, są fizycznie bardzo trudne do zrealizowania. **ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, jednak czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 7 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni. Jednocześnie zmieniony zostanie PKT 4 - „w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 9 dni”.**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o parametrach:

Prędkość bieżni: 3...194 cm/s

Przyśpieszenie: 10...625 cm/s²

Zmniejszanie prędkości: 10...625 cm/s²

Takie parametry odpowiadają po przeliczeniu realnej wartości wymaganej prędkości bieżni przez Zamawiającego, a więc regulacji od 0-7 km/h? **ODPOWIEDŹ: TAK**

ZESTAW PYTAŃ nr 3

Pytanie nr 1

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, że uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym terminie, jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się zgodnie z terminem wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia tj. do 29.04.2024r.? W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem oraz wymogami jakimi rządzą się szkolenia certyfikowane (określony czas trwania min. 6h itd.), profesjonalne jakościowo szkolenie z obsługi sprzętu nie jest możliwe do wykonania podczas dostawy.

Pytanie o dany termin nie oznacza, że nie wykonamy szkolenia tak szybko jak to możliwe. Prosimy o wydłużenie terminu możliwości wykonania szkolenia i podanie przedziału czasowego. **ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający**

wyraża zgodę na zmianę terminu szkolenia, jednak nie później niż do dnia 29.04.2024r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zmieni termin płatności na 30 dni? **ODPOWIEDŹ: TAK**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 10 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni? Podane przez zamawiającego ramy czasowe, są fizycznie bardzo trudne do zrealizowania. **ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, jednak czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 7 dni, a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 28 dni. Jednocześnie zmieniony zostanie PKT 4 - „w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 9 dni”.**

Pytanie nr 4

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 sugerujemy złożenie wniosku o wydłużenie okresu realizacji do standardowo przyznanego większości placówek 20.12.2023. W przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, wnosimy o wydłużenie terminu dostawy sprzętu o adekwatny czas.

Czy zamawiający wydłuży zatem termin dostawy do 20.12.2023 – terminu podanego w Tabeli konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023? **ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 5

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 sugerujemy złożenie wniosku o wydłużenie okresu realizacji do standardowo przyznanego większości placówek 20.12.2023. W przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, wnosimy o wydłużenie terminu dostawy sprzętu o adekwatny czas.

Czy zamawiający przywróci termin sprzed zmian, czyli do 11.12.2023 – terminu podanego w Tabeli konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023? **ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

ZESTAW PYTAŃ nr 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniające SWZ urządzenie o poniższych parametrach technicznych?

| | |
|----|--|
| 1. | Kolorowy ekran dotykowy- 12,1 cala +/-3% |
| 2. | Waga pacjenta w zakresie minimum 35 kg – 180 kg |
| 3. | Wzrost pacjenta w zakresie minimum 140 cm – 210 cm |
| 4. | Stałe poręczce dla wsparcia pacjenta – barierki od panelu sterującego bieżni aż do jej końca |

| | |
|-----|--|
| 5. | Ustawienia odciążenia w zakresie minimum od 0% do 100% wagi ciała pacjenta |
| 6. | Regulacja masy ciała co 1%. |
| 7. | Zintegrowana komora powietrzna z widokiem 360 stopni. Komora przezierna z boków, z tyłu i od przodu bieżni celem umożliwienia bezpośredniej obserwacji pacjenta. |
| 8. | Regulowana wysokość ramy komory. |
| 9. | Blokada ramy komory za pomocą elektrozamków |
| 10. | Prędkość początkowa od 0,2 km/h. |
| 11. | Prędkość do przodu do minimum 25 km/h. |
| 12. | Prędkość do tyłu do minimum 8 km/h. |
| 13. | Regulacja prędkości: Od 0,2 km/h do 3 km/h – co 0,1 km/h Od 3 km/h do 5 km/h – co 0,2 km/h Od 5 km/h – co 0,5 km/h |
| 14. | Zakres stopnia nachylenia w zakresie minimum do 15%. |
| 15. | Regulacja kąta nachylenia co 1 % |
| 16. | Maksymalna głośność urządzenia do 68 dB |
| 17. | Magnes bezpieczeństwa. |
| 18. | Możliwość podpięcia do urządzenia spodenek w różnych rozmiarach (od 2XS do 5XL). |
| 19. | Możliwość generowania raportów z sesji rehabilitacyjnej. |
| 20. | Możliwość eksportowania danych za pomocą USB. |
| 21. | Wbudowany system monitorowania HD. |
| 22. | Możliwość nagrywania sesji rehabilitacyjnych. |
| 23. | Wbudowany system analizy chodu. |
| 24. | Pomiar symetrii obciążania kończyn. |
| 25. | Pomiar kadencji. |

| | |
|-----|--|
| 26. | Pomiar symetrii czasu w fazie podporu. |
| 27. | Pomiar symetrii długości kroku. |
| 28. | Wartość poszczególnych parametrów chodu wyświetlana w czasie rzeczywistym. |
| 29. | Tryb chodu nożycowego. |
| 30. | Graficzna analiza przebiegu sesji. |
| 31. | Gotowe programy terapeutyczne rehabilitacyjne i sportowe |
| 32. | Interaktywne gry motywacyjne |
| 33. | Funkcja zero gravity umożliwiająca odciążenie w zakresie minimum od 80% do 100% |
| 34. | Napięcie zasilania 200 V do 240 V AC (impedancja sieci max. 0,20 Ω) Zaleca się zasilanie urządzenia z obwodu zasilania z osobnym wyłącznikiem. Częstotliwość 50 do 60 Hz |
| 35. | Maksymalna moc 3200W |
| 36. | Wyłącznik obwodu napięcia zasilania 16 amperów |
| 37. | Waga 470 kg do 550 kg łącznie z opakowaniem i akcesoriami +/-3% |
| 38. | Klasa ochrony I |

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Podpisano: *Dyrektor SPZOZ w Kępnie*
/-/ Beata Andrzejewska