



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, 06.09.2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/9/2021**

Do wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty w postępowaniu

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej.**

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z Dz. U. z 2021.1129 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty złożonej przez:

Pracownia badawczo-rozwojowa Marcin Mróz
ul. Kościuszki 132/1, 49-340 Lewin Brzeski

UZASADNIENIE PRAWNE

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Wykonawca złożył ofertę w zakresie części zamówienia oznaczonej jako Pakiet nr 7 – Urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń przez zamglawianie(fumigację). W trybie art. 107 ust. 2 ustawy, pismem z dnia 19.08.2021 r. Wykonawca został wezwany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie wymogami określonymi w SWZ. Po wstępnej analizie złożonych dokumentów Zamawiający dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy jako najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 7. W dniu 06.09.2021 r. czynność wyboru oferty została unieważniona i po dokonaniu ponownej szczegółowej analizy oferty oraz złożonych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający uznał, że oferta złożona przez Pracownię badawczą-rozwojową Marcin Mróz jest niezgodna z treścią SWZ.

Zamawiający wymagał aby system do dezynfekcji pomieszczeń poprzez fumigację posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN 17272 (2020) – skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor. Środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia powinny mieć pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające ważność min. do 2024 r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze(wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor) i dopuszczające do stosowania w obszarze medycznym.



Certyfikat ISO 9001:2015

Pracownia badawczo-rozwojowa Marcin Mróz przedłożyła Zamawiającemu dokumenty m.in.:

- Sprawozdanie nr DZ/54/11/20 z dnia 09.12.2020 r.– Ocena aktywności w dezynfekcji metodą zamglawiania wg PN-EN 17272:2020-10 przeprowadzone przez Lab-Test Laboratorium S.C., 40-868 Katowice, ul. Piastów 6. Ocenie poddano preparat dezynfekcyjny Redox Ag 12 wraz z elektrofumigatorem Bartek, organizm testowy – *Staphylococcus aureus* ATCC 6538,
- pozwolenie nr 3144/TP/2020 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Red'Ox – płynu do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym przeznaczonego do powszechnego stosowania. Pozwolenie wydano w dniu 30.11.2020 r. na okres do 180 dni od daty wydania pozwolenia,

z których wynika:

- zaoferowany przez Pracownię badawczo-rozwojową Marcin Mróz system do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamglawianie (urządzenie wraz z dedykowanym środkiem dezynfekcyjnym) **nie posiada** potwierdzonej badaniami skuteczności zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub normą PN-EN 17272 (2020) wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor,
- zaoferowany preparat dezynfekcyjny dedykowany do urządzenia **nie posiada** zezwolenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamglawianie (fumigację) w obszarze medycznym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności ofertę Wykonawcy **Pracownia badawczo-rozwojowa Marcin Mróz, ul. Kościuszki 132/1, 49-340 Lewin Brzeski**– należało odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(na oryginale właściwy podpis: p.o. Dyrektora SPZOOZ w Wieluniu Anna Freus)



Certyfikat ISO