

Wałbrzych, dnia 27.01.2020r.

DZPZ-530-Zp/7/PN-7/20

ZMIANA TREŚCI SIWZ

„Dostawa: Igły i zestawy zewnątrzoponowe, igły do bezpiecznego rozpuszczania leków, przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, zestaw jednorazowego użytku do znieczulenia rdzeniowego, kasety do Fluido, strzykawka bursztynowa, papier do drukarki Niccomo, elektroda ICG, zestaw do zmiany opatrunku, igły do biopsji szpiku i do trepanobiopsji, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca” - Zp/1/PN-1/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść SIWZ.

1. załącznik nr 1 do SIWZ dla pakietu nr 10 otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 10

Igły do biopsji szpiku, Igły do trepanobiopsji

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ 24 m-ce	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Igła do punkcji mostka, sterylna 1x	szt.	1 500					
2.	Igła do trepanobiopsji sterylna 1x	szt.	1 300					
RAZEM:								

PARAMETRY:

Ad. 1

- średnica zewn. 15G załkowitza długość igły 60-70 mm., regulowana długość igły w zakresie 25-45 mm., metalowe zakończenie typu luer,
- średnica zewn. 15G całkowita długość igły 75 mm., regulowana długość igły w zakresie 35-55 mm., metalowe zakończenie typu luer,
- dodatkowy zdejmowany uchwyt motylkowy,
- pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji.

Ad. 2

- średnica zewn. 3,5 mm (9G) oraz 4,0 mm (8G),
- długość igły 100-120 mm., ostrze tulipanowe + mandryn trójgraniasty,
- Igła tnąca wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny i przytrzymujący bioptat, trwale połączony z igłą tnącą, metalowe zakończenie typu luer, plastikowy ergonomiczny uchwyt,
- W zestawie dodatkowo próbnik do kontroli długości pobieranego bioptatu.