

**RI.7013.21.2023**

Wschowa, 13-09-2023r.

### **Wyjaśnienia nr 3 do Zapytania ofertowego.**

Dnia 12-09-2023r. poprzez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) wpłynęło zapytanie dot. postępowania- **„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II.**

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Siedlnica wraz z uruchomieniem sprzętu i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi .

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane w ramach rezerwy celowej na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa podpisana pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zamówienie obejmuje realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na: rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na utworzeniu gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoły podstawowej w Siedlnicy, stanowiący drugi etap inwestycji oraz zakup wyposażenia (w odrębnym postępowaniu) zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022r. wraz z korektą z 15.12.2022r.



[Wpisz tutaj]



W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający - Gmina Wschowa związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

### **Pytanie 1.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. UGUL ze stołem rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem – 1kpl.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 64 do 87cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wysokości regulowanej w zakresie od 64 do 87 cm.

### **Pytanie 2.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. UGUL ze stołem rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem – 1kpl.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny którego kąt nachylenia zagłówka regulowany jest w zakresie: od -60° do +45°

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kąt nachylenia zagłówka regulowanego Od -60° do +45°

### **Pytanie 3.**

#### **Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. UGUL ze stołem rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem – 1kpl.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół rehabilitacyjny którego waga wynosi: 82kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny, którego waga wynosi 82 kg.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza

(-)Edyta Stańczak  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

[Wpisz tutaj]