



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spozmswia.szczecin.pl biuro@spozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 17 października 2019 r.

WTG-2375-50-.....-09/19

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka)”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 44**

W pozycji 7 zamawiający opisał w sposób następujący przedmiot zamówienia: łącznik przejściowy, tymczasowy, umożliwiający połączenie zestawu do podaży diety z końcówką żeńską ENFit z portem zgłębnika typu ENLock. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak.

**Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 39**

Czy Zamawiający do uści w Pakiecie nr 39 w poz. 4 pojenik dla dorosłych o pojemności 200 do 250 ml (pozostałe warunki zgodne z SIWZ)?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 3: dot. Pakietu nr 8, poz. 1, 2, 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 8 pozycji 1, 2, 9 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**Odpowiedź nr 3:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy dla dorosłych o długości 300 cm, ramię dodatkowe 150 cm oraz ramię dodatkowe 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 4:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy dla dorosłych o długości 300 cm, ramię dodatkowe 150 cm oraz ramię dodatkowe 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 5:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 6: dot. Pakietu nr 9, poz. 3, 4, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski twarzowe jednorazowe mikrobiologicznie czyste? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź nr 6:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 10, poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 10 pozycji 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**Odpowiedź nr 7:**

Nie.

**Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 10, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego wymiennika ciepła i wilgoci do tracheostomii o następujących parametrach :

- Opór przepływu:

0,63 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l / min,

1,8 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l / min,

3,5 cm H<sub>2</sub>O przy 90 l / min,

- Masa 8,4 g,

- Przestrzeń martwa 15 ml,

- Nawilżanie:

po 1 godz. 27,5 mg / l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> = 500 ml,

po 24 godz. 28,8 mg / l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> = 500 ml,

- Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie,

- Wkład celulozowy higroskopowy.

**Odpowiedź nr 8:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 10, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Opór przepływu :

przy 30 l / min 0,82 cm H<sub>2</sub>O

przy 60 l / min 2,14 cm H<sub>2</sub>O

przy 90 l / min 3,95 cm H<sub>2</sub>O,

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml,

- Masa 35,6 g,

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml,

- Nawilżanie 37 mg / l H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> = 500 ml,

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% - Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem.

**Odpowiedź nr 9:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 10, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o następujących parametrach:

- Powierzchnia filtracji 25 cm<sup>2</sup>,

- Opór przepływu

przy 30 l / min 0,41 cm H<sub>2</sub>O,

przy 60 l / min 1,16 cm H<sub>2</sub>O,

przy 90 l / min 2,46 cm H<sub>2</sub>O,

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml,

- Masa 23 g.

**Odpowiedź nr 10:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 10, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny dren tlenowy o długości 200 cm?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 10, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o długości 300 cm, rura do worka 150 cm?

**Odpowiedź nr 12:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 10, poz. 8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l / min., opór wdechowy 0,18 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,22 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l / min.”, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych i charakterystyczne dla pacjentów noworodkowych (szczególnie przepływ 4 l / min).

**Odpowiedź nr 13:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14: dot. Pakietu nr 10, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o długości 180 cm, rura do worka 150 cm?

**Odpowiedź nr 14:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15: dot. Pakietu nr 10, poz. 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l / min., opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l / min.”, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych i charakterystyczne dla pacjentów noworodkowych (szczególnie przepływ 4 l / min).

**Odpowiedź nr 15:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16: dot. Pakietu nr 10, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o długości 180 cm, rura do worka 150 cm?

**Odpowiedź nr 16:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17: dot. Pakietu nr 10, poz. 10**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l / min., opór wdechowy 0,11 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,13 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l / min.”, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych i charakterystyczne dla pacjentów noworodkowych (szczególnie przepływ 4 l / min).

**Odpowiedź nr 17:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18: dot. Pakietu nr 10, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o długości 180 cm?

**Odpowiedź nr 18:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 19: dot. Pakietu nr 10, poz. 11**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l / min., opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l / min.”, gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych i charakterystyczne dla pacjentów noworodkowych (szczególnie przepływ 4 l / min).

**Odpowiedź nr 19:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20: dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny dren do kapnografii mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21: dot. Pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny zestaw do terapii tlenowej z nebulizatorem, drenem tlenowym oraz maską w rozmiarze dla dorosłych oraz pediatryczny?

**Odpowiedź nr 21:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22: dot. Pakietu nr 25, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny zestaw do terapii tlenowej z rezerwuarem, drenem tlenowym oraz maską w rozmiarze dla dorosłych oraz pediatryczny?

**Odpowiedź nr 22:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 23: dot. Pakietu nr 25, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważny maski tlenowe z drenem w rozmiarze dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź nr 23:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 24: dot. Pakietu nr 4, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 zamkniętego systemu do odsysania pacjenta o długości cewnika 56 cm dla rozmiaru 12, 14, 16 i 54 cm dla rozmiaru 18.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 25: dot. Pakietu nr 4, poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pozycji 2 zamkniętego systemu do odsysania pacjenta o długości cewnika 36 cm.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 26: dot. Pakietu nr 4, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuszcza, w pozycji 1 i 2, zamiast zastawki silikonowej, obrotową zastawkę oddzielającą cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, na wysokości portu do przepłukiwania?

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 27: dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 drenu do kapnografii biologicznie czystego celem zwiększenia konkurencyjności ofert.



**Odpowiedź nr 27:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 57**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów renomowanego producenta - firmy Boston Scientific – o poniższych parametrach:

rozmiar stentu 4,8 Fr, długość 26 cm, cewnik obustronnie otwarty, z pokryciem hydrofilnym na całej długości dla ułatwionego wprowadzania stentu, możliwość utrzymania w moczowodzie do 12 miesięcy, dzięki biokompatybilnemu materiałowi zapobiegającemu inkrustacji. W zestawie drut stalowy pokryty PTFE o długości 150 cm z elastyczną końcówką oraz popychacz.

**Odpowiedź nr 28:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 44, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik posiadający 2 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada cztery boczne otwory z zaokrągloną końcówką zgłębnika ułatwiającą wprowadzenie, spełniający wszystkie pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź nr 29:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 44, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik posiadający 2 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory z zaokrągloną końcówką zgłębnika ułatwiającą wprowadzenie, spełniający wszystkie pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź nr 30:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 7, poz. 1**

Prosimy o podanie ilości wymaganych elektrod do defibrylatora Cardio- Aid 100 i ilości elektrod do Lifepak 20.

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający informuje, że wymaga 10 sztuk elektrod do defibrylatora Cardio – Aid oraz 90 sztuk elektrod do Lifepak 20.

**Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 7, poz. 1, 2, 3**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary dla elektrod z pakietu nr 7. Czy Zamawiający oczekuje kompletów / opakowań elektrod. Tzn. pozycja 1- 100 kompletów (kpl. = 2 sztuki), pozycja 2 - 100 opakowań (op. = 4 szt.), pozycja 3- 240 kompletów (kpl. = 2 sztuki).

**Odpowiedź nr 32:**

Zamawiający informuje, że podane ilości dotyczą: w poz. 1: 100 kompletów (kpl. = 2 szt.), w poz. 2: 100 opakowań (op. = 4 szt.), w poz. 3: 240 kompletów (kpl. = 2 sztuki).

**Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 40, poz. 1, 2 oraz Pakietu nr 48, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź nr 33:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 40, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG dla dorosłych prostokątnych o rozmiarze min. 55mm x 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 35: dot. Pakietu nr 40, poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie na przewód ma być podłużne, bez przecięcia boków elektrody?

**Odpowiedź nr 35:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 36: dot. Pakietu nr 40, poz. 1, 2**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego żeluz w powyższych elektrodach: ciekły czy stały?

**Odpowiedź nr 36:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie żeluz stałego. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 37: dot. Pakietu nr 40, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego kształtu elektrody. Czy Zamawiający oczekuje elektrody okrągłej czy też dopuszcza elektrody prostokątne?

**Odpowiedź nr 37:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie obydwu ww. rozwiązań. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 38: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żeluz ciekłym.

**Odpowiedź nr 38:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żeluz stałym.

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 40: dot. par. 1 ust. 7 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 41: dot. par. 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1.1) i 2. projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978 r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.



Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odpowiedź nr 41:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 42: dot. Pakietu nr 57**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z drutem o długości 150 cm.

**Odpowiedź nr 42:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 43: dot. Pakietu nr 12, poz. 1, 2, 3**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)? Cechy oferowanego systemu:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest kątowy, uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV, biologicznie czyste, łącznik odcinający próżnię (ON-OFF) montowany na drenie do próżni. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) o pojemności 1 L, 2 L, 3 L, o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa (kompatybilne z oferowanymi wkładami), ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp. 121 st. C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odpowiedź nr 43:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 44: dot. Pakietu nr 12, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

**Odpowiedź nr 44:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 45: dot. Pakietu nr 12, poz. 4, 5**

W oferowanym systemie występują bardzo trwałe mocowniki metalowe (trzymające kanistry), prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania, kompatybilnego z oferowanym systemem.

**Odpowiedź nr 45:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 46: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarki ze specjalnie zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami), karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru?

**Odpowiedź nr 46:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 47: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

**Odpowiedź nr 47:**

Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie.

**Pytanie nr 48: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

**Odpowiedź nr 48:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 49: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?

**Odpowiedź nr 49:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 50: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

**Odpowiedź nr 50:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 51: dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź nr 51:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 52: dot. rozdziału I, działu 2. SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź nr 52:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie składania ofert zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału II SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 53: dot. Pakietu nr 47**

Czy Zamawiający ma na myśli narzędzie zamykające naczynia krwionośne do 7 mm włącznie, naczynia limfatyczne oraz pęczki naczyniowe, narzędzie o długości 18 - 19 cm, z zakrzywionymi szczękami o długości linii zamknięcia 16 - 17 mm i długości linii cięcia 14 - 16 mm szczęki zakrzywione po kątem 28 stopni, szczęki fakturowane punktami ceramicznymi w celu zmniejszenia przylegania tkanki do szczęk, kompatybilne z posiadany przez Państwa generatorem Force Triad?

**Odpowiedź nr 53:**

Tak.

**Pytanie nr 54: dot. Pakietu nr 32, poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania pojemniki min. 30 ml max. 50 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?



**Odpowiedź nr 54:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 55: dot. Pakietu nr 32, poz. 2**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaferowania oprócz pojemnika 300 lub 366 ml pojemnik o pojemności 500 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź nr 55:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 56: dot. Pakietu nr 27, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27 dopuszcza: w poz. 2 worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, beżowy, kompatybilny z płytką o rozmiarze 70 mm?

**Odpowiedź nr 56:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 57: dot. Pakietu nr 27, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27 dopuszcza: w poz. 2 worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, przezroczysty, kompatybilny z płytką w rozmiarze 70 mm?

**Odpowiedź nr 57:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 58: dot. Pakietu nr 27, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27 dopuszcza: w poz. 2 płytka stomijna hydrokoloidowa, rozmiar 70, do docięcia 10 - 65 mm, kompatybilna z workiem, kolor części przylepnej płytki mleczny z dokładną skalą do docięcia otworu, kolor płytki kompatybilny z kolorem skóry.

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 59: dot. zapisów SIWZ**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

**Odpowiedź nr 59:**

Zamawiający wyjaśnia, że przesyłanie faktur winno zostać poczynione stosownie do dyspozycji wyartykułowanej przez Zamawiającego w Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1.11 SIWZ oraz w Rozdziale IV - Wzór umowy, par. 6 ust. 5 SIWZ: „Uiszczenie zapłaty nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy (danej partii zamówienia), w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).”

**Pytanie nr 60: dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech, skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 60:**

Zamawiający wyjaśnia, że przeliczenie ilości opakowań winno zostać poczynione stosownie do dyspozycji wyartykułowanej przez Zamawiającego treści w formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.



**Pytanie nr 61: dot. Pakietu nr 3, poz. 13, 14**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 13 - 14 z Pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 61:**

Nie.

**Pytanie nr 62: dot. Pakietu nr 3, poz. 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów oraz IS bursztynowy standardowy, bez automatycznego zatrzymywania infuzji?

**Odpowiedź nr 62:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 63: dot. Pakietu nr 3, poz. 13, 14**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz IS bursztyn. bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 63:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

---

**Pytanie nr 64: dot. Pakietu nr 14, poz. 6, 7**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 - 7 z Pakietu nr 14. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 64:**

Nie.

---

**Pytanie nr 65: dot. Pakietu nr 14, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy worek pakowany oddzielnie – sterylny.

**Odpowiedź nr 65:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje

w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 66: dot. Pakietu nr 17, poz. 2, 7, 8**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA / DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź nr 66:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 67: dot. Pakietu nr 17, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyzęściową z rozszerzoną skalą 50 / 60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź nr 67:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 68: dot. Pakietu nr 17, poz. 4**

Czy zamawiający wymaga strzykawkę cewnikowa 50 (60) ml z rozszerzoną skalą?

**Odpowiedź nr 68:**

Tak.

**Pytanie nr 69: dot. Pakietu nr 17, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji, posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali: strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1 ml?

**Odpowiedź nr 69:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 70: dot. Pakietu nr 17, poz. 2-4, 7, 8**

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 - 4, 7 - 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 70:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 71: dot. Pakietu nr 17, poz. 2, 7, 8**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA / DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź nr 71:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 72: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 72:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 73: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczelem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 73:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 74: dot. Pakietu nr 24, poz. 1, 2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi oraz przyrząd do przetaczania płynów bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 74:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 75: dot. Pakietu nr 24, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści przyrząd IS bursztynowy bez osłonki na butelkę?

**Odpowiedź nr 75:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 76: dot. Pakietu nr 24, poz. 1-3**

Czy zamawiający rozumie przez 1 opakowanie – 1 sztukę produktu?

**Odpowiedź nr 76:**

Tak.

**Pytanie nr 77: dot. Pakietu nr 29, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

**Odpowiedź nr 77:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 78: dot. Pakietu nr 31, poz. 1**

Czy zamawiający ma na myśli koc termiczny o wymiarze 210 cm x 160 cm, a wartość 210 x 1600 jest omyłkowa?

**Odpowiedź nr 78:**

Zamawiający ma na myśli wymiar 210 cm x 160 cm.

**Pytanie nr 79: dot. Pakietu nr 35, poz. 1, 2, 3**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 79:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 80: dot. Pakietu nr 35, poz. 2**

Czy zamawiający oczekuje szczoteczek typu wachlarzyk?

**Odpowiedź nr 80:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 81: dot. Pakietu nr 35, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 81:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 82: dot. Pakietu nr 37, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 82:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 83: dot. Pakietu nr 37, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 83:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt



występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 84: dot. Pakietu nr 37, poz. 1-4**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 - 4 z Pakietu nr 37. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 84:**

Nie.

**Pytanie nr 85: dot. Pakietu nr 40, poz. 1, 2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 85:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 86: dot. Pakietu nr 41, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści krótkie spodenki do kolonoskopii, z gumką w pasie, z otworem z tyłu, o gramaturze ok. 30 g / m<sup>2</sup> (+/- 5) - nieprześwitujące, w kolorze granatowym lub zielonym?

**Odpowiedź nr 86:**

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 87: dot. Pakietu nr 41, poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuszcza aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm?

**Odpowiedź nr 87:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 88: dot. Pakietu nr 41, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 88:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 89: dot. Pakietu nr 41, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 89:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 90: dot. Pakietu nr 41, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź nr 90:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 91: dot. Pakietu nr 41, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 91:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 92: dot. Pakietu nr 41, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?



**Odpowiedź nr 92:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 93: dot. Pakietu nr 41, poz. 4, 5**

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 41 pozycji nr 4 - 5 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 41A na podkłady celulozowe. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 93:**

Nie.

**Pytanie nr 94: dot. Pakietu nr 41, poz. 1-3**

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 41 pozycji nr 1 - 3 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 41B na ubranie włókninowe. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 94:**

Nie.

**Pytanie nr 95: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 95:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 96: dot. Pakietu nr 56, poz. 1**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 56. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 96:**

Nie.

**Pytanie nr 97: dot. Pakietu nr 56, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 97:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 98: dot. Pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 1 wkłady workowe jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany).

**Odpowiedź nr 98:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 99: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 2 przeźelowane o poj. 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany).

**Odpowiedź nr 99:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 100: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 3 pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep, do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA.

**Odpowiedź nr 100:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 101: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 4 uchwyt automatyczny z mechanizmem sprężynowym no mocowania pojemników na szynach modura.

**Odpowiedź nr 101:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 102: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 5 wspornik do montowania pojemnika na niestandardowych szynach i łózkach szpitalnych.

**Odpowiedź nr 102:**

Zamawiający

**Pytanie nr 103: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres w pozycji 6 Zawór on/of montowany na kanistrze wielorazowym. Dopuszczenie naszego systemu umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 103:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 104: dot. Pakietu nr 70, poz. 2, 3**

Czy zamawiający ma na myśli zatyczkę typu Cap zintegrowaną z drenem do zamknięcia końcówki męskiej.

**Odpowiedź nr 104:**

Tak.

**Pytanie nr 105: dot. Pakietu nr 70, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści kanki do odsysania CH 12 / 18 / 22 / 24, które mają otwory upowietrzające zapobiegające przysysaniu się tkanki. Zamawiający obecnie pracuje na kankach tego typu.

**Odpowiedź nr 105:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 106: dot. Pakietu nr 70, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści dreny balonowe średnica: 6 mm, 7 mm, 8 mm w zwojach 30 m (po odpowiednim przeliczeniu).

**Odpowiedź nr 106:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 107: dot. zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź nr 107:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 108: dot. par. 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2,
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2.

Zwracamy się z prośbą o zmianę kar umownych z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto.

**Odpowiedź nr 108:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 109: dot. par. 8 ust. 1 pkt 10) i pkt 20) rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Paragraf 8 ust. 1. wzoru umowy zawiera informacje, że Kupującemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Sprzedawca:

- 1) opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres 7 dni,
- 2) minimum trzy razy opóźnił się z dostawą partii zamówienia przez 5 dni,

Z uwagi na długi okres obowiązywania umowy, wnosimy o modyfikację w/w § na:

Kupującemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Sprzedawca:

- 1) opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres 3 kolejnych dostaw,
- 2) minimum trzy kolejne razy opóźnił się z dostawą partii zamówienia przez 7 dni,

**Odpowiedź nr 109:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 110: dot. zapisów rozdziału I, pkt 6.1 SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź nr 110:**

Nie. Naddto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 111: dot. par. 7 ust. 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy na „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”.

**Odpowiedź nr 111:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 112: dot. par. 2 ust. 1 i 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź nr 112:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 113: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem zgodnym z SIWZ?



**Odpowiedź nr 113:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 114: dot. Pakietu nr 17, poz. 2, 6**

Czy z powodu wycofania wymienionej strzykawki z produkcji Zamawiający dopuści strzykawkę 50 - 60 ml pakowana po 60 sztuk z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź nr 114:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 115: dot. Pakietu nr 17, poz. 2, 6**

Czy zamawiający oczekuje, aby strzykawki stosowane w pompach były wpisane w menu tych pomp? Prosimy o podanie nazw posiadanych pomp.

**Odpowiedź nr 115:**

Zamawiający nie oczekuje, aby strzykawki stosowane w pompach były wpisane w menu tych pomp. Zamawiający posiada pompy producenta Aesculap Chifa sp. z o.o.

**Pytanie nr 116: dot. Pakietu nr 17, poz. 9**

Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. pozycji w kolumnie nie doszło do omyłkowego wpisania rozmiaru 10 ml? Czy należy potraktować to jako omyłkę pisarską?

**Odpowiedź nr 116:**

Tak.

**Pytanie nr 117: dot. Pakietu nr 6, poz. 1, 7**

Czy biorąc pod uwagę znaczną wartość tych pozycji zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu oraz dla poz. 1 zrezygnuje z połączenia kaniuli z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500 g / m<sup>2</sup> / 24 h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii? Wskazany system nie jest częścią integralną kaniuli a obecna forma pakietu nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 117:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że dla poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 118: dot. Pakietu nr 6, poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system był kompletny? To znaczy posiadał dodatkową zatyczkę w celu utrzymania sterylności po rozpakowaniu?

**Odpowiedź nr 118:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 119: dot. par. 4 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty powiadomienia o wadze” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź nr 119:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 120: dot. par. 6 ust. 7 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź nr 120:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 121: dot. par. 7 ust. 1 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:



1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 2;

2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia w wysokości ... wartości ceny brutto tej partii, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii zamówienia.

**Odpowiedź nr 121:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 122: dot. Pakietu nr 55, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 55 w punkcie 1 cewnik moczowodowy, typ flexi-tip z otwartym końcem CH 4.8, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 122:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 123: dot. Pakietu nr 57**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57 zestaw do szynowania moczowodów 4,8 CH, z drutem ze stali nierdzewnej powlekanym PTFE o długości 100 i 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 123:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 124: dot. Pakietu nr 10, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 2 wysokiej klasy filtrów firmy Gibeck o następujących parametrach: Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, przeciwwirusowej 99,9999 %, przeciwprątkowej 99.999 %; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500 ml: 33.8; 750 ml: 31.5; 1000 ml: 28.5; 1200 ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg /L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 6.87; 500 ml: 10.18; 750 ml: 12.47; 1000 ml: 15.50; 1200 ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 2.8 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 124:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 125: dot. Pakietu nr 10, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 3 wysokiej klasy filtrów firmy Gibeck o następujących parametrach: Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, przeciwwirusowej 99,9999 %, przeciwprątkowej 99.999 %; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm<sup>2</sup>; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 38.4; 500 ml: 37.1; 750 ml: 36.3; 1000 ml: 35.1; 1200 ml: 34.7; o utracie wilgoci mg /L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 5.61; 500 ml: 6.90; 750 ml: 7.69 ;1000 ml: 8.92; 1200 ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 1.1 cm H<sub>2</sub>O oraz przy 60 l/min. 2.6 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15.

**Odpowiedź nr 125:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 126: dot. Pakietu nr 10, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 4 wysokiej klasy wymiennik ciepła i wilgoci firmy Gibeck o następujących parametrach: Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 32.89; 500 ml: 32.42; 750 ml: 32.09; 1000 ml: 31.16; o utracie wilgoci mg /L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 11.10; 500 ml: 11.57; 750 ml: 11.90; 1000 ml:



12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15.

**Odpowiedź nr 126:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 127: dot. Pakietu nr 10, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 5 wysokiej klasy filtrów firmy Gibeck o następujących parametrach: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 % ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 37.9; 500 ml: 35.6; 750 ml: 34.5; 1000 ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500 ml: 8.42; 750 ml: 9.44; 1000 ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 2,1 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15,

**Odpowiedź nr 127:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 128: dot. Pakietu nr 10, poz. 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 6 wysokiej klasy filtrów firmy Gibeck o następujących parametrach: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 % ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 30.9; 500 ml: 21.8 o utracie wilgoci mg /L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250 ml: 13.12; 500 ml: 22.15; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H<sub>2</sub>O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15

**Odpowiedź nr 128:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 129: dot. Pakietu nr 10, poz. 2, 3, 4, 5, 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji: 2, 3, 4, 5, 6 i utworzenie osobnego pakietu, co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 129:**

Nie.

**Pytanie nr 130: dot. Pakietu nr 2, poz. 8**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 18 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź nr 130:**

Nie.

**Pytanie nr 131: dot. Pakietu nr 29, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, worek na wymiociny z sztywnym ustnikiem (plastikowym) obejmującym usta pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona, ustnik ma wcięcie służące do szczelnego zamknięcia, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 131:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 132: dot. Pakietu nr 37, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 2 134 pełne opakowania, co daje 160 050 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź nr 132:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 133: dot. Pakietu nr 37, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków do termometrów elektronicznych w opakowaniu a'200 sztuk z przeliczeniem na 28 pełnych opakowań, co daje 5 600 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź nr 133:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 134: dot. Pakietu nr 37, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści Tacę medyczną do leków wykonaną z lekkiego tworzywa, wyposażoną w 16 podstawek, każda z nich przeznaczona na 2 kieliszki. Na tacy mieszczą się 32 sztuki kieliszków?

Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 134:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 135: dot. Pakietu nr , poz.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź nr 135:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 136: dot. Pakietu nr 45, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści klin do układania tułowia o wymiarach 56 x 31 x 23 cm?

**Odpowiedź nr 136:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 137: dot. Pakietu nr 8, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurkę Guedela w rozmiarze 3.0, w kolorze żółtym?

**Odpowiedź nr 137:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 138: dot. Pakietu nr 8, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści rurkę Gudela w rozmiarze 4.0, w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź nr 138:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 139: dot. Pakietu nr 8, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej, sterylną j.u., długość prowadnika 275 mm oraz 340 mm, średnica wewnętrzna rurki powyżej 5.0 dł. 340 mm, od 4.0 -5.5 dł. 340 mm, 2.5 - 3.5 dł. 275 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?



**Odpowiedź nr 139:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 140: dot. Pakietu nr 7, poz. 1-3**

Czy zamawiający ma na myśli szt. czy kpl. (kpl. = 2 sztuki)?

**Odpowiedź nr 140:**

Zamawiający informuje, że podane ilości dotyczą: w poz. 1: 100 kompletów (kpl. = 2 szt.), w poz. 2: 100 opakowań (op. = 4 szt.), w poz. 3: 240 kompletów (kpl. = 2 sztuki).

**Pytanie nr 141: dot. Pakietu nr 4, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści z jako produkt równoważny ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ/TRACHEOSTOMIJNEJ o następujących cechach :

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora,
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl,
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI),
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej,
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu,
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”,
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°,
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu,
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów,
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania,
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm,
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym,
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim,
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów,
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu,
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin,
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy,
- długość 60 cm dla rurek intubacyjnych, 34 cm dla rurek tracheotomijnych?

**Odpowiedź nr 141:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 142: dot. Pakietu nr 13, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowe butelki do drenażu ran z drenem o długości 125 cm?

**Odpowiedź nr 142:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 143: dot. Pakietu nr 13, poz. 9**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli używając słowa „bezpieczny”? Czy Zamawiający ma na myśli dren wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej?

**Odpowiedź nr 143:**

Zamawiający ma na myśli dren do opłucnej wykonany z miękkiego plastycznego materiału z atraumatycznym zakończeniem.

**Pytanie nr 144: dot. Pakietu nr 13, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe w rozmiarach CH 22 – CH 36 bez zatyczki lub z dołączoną (pakowaną osobno) zatyczką?



**Odpowiedź nr 144:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 145: dot. Pakietu nr 13, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 145:**

Nie.

**Pytanie nr 146: dot. Pakietu nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające na konektorze tylko kod barwny oznaczający rozmiar, kod cyfrowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź nr 146:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 147: dot. Pakietu nr 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 30ml dla rozmiarów CH 12 – CH 14 oraz balonem o pojemności 30 – 45 ml dla pozostałych rozmiarów, wyposażone w 2 naprzeciwległe otwory drenujące, wyposażone w twardą, plastikową zastawkę?

**Odpowiedź nr 147:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 148: dot. Pakietu nr 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena z balonem wykonanym ze 100 % silikonu medycznego, o długości roboczej 85 cm?

**Odpowiedź nr 148:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 149: dot. Pakietu nr 14, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o dokładności pomiaru co 1 ml w zakresie 3 ml – 40 ml?

**Odpowiedź nr 149:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 150: dot. Pakietu nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer'a o długości 400 m, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź nr 150:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 151: dot. Pakietu nr 15, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik zewnętrzny w rozmiarach 29 mm, 32 mm i 36 mm?

**Odpowiedź nr 151:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 152: dot. Pakietu nr 18, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 152:**

Nie.



**Pytanie nr 153: dot. Pakietu nr 24, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 153:**

Nie.

**Pytanie nr 154: dot. Pakietu nr 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Pęseta plastikowa niebieska 13 cm 1 szt.,  
Pęseta ADSON metalowa 12 cm 1 szt.,  
Nerka z pulpy celulozowej poj. 700 ml 1 szt.,  
Tupfery gazowe śr. 3 cm (20 cm x 20 cm) z nitką RTG 3 szt.,  
Ostrze do ściągania szwów długie 11 cm, opakowane 1 szt.  
Zestaw zapakowany w opakowanie papier-foolia.

**Odpowiedź nr 154:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 155: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową, włókninową w rozmiarze 70 cm x 50 cm, stanowiącą owinięcie zestawu?

**Odpowiedź nr 155:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 156: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową włókninową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z centralnym otworem o średnicy 6 cm?

**Odpowiedź nr 156:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 157: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe proste ostre / tępe 15 cm?

**Odpowiedź nr 157:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 158: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo-Hegar 15 cm?

**Odpowiedź nr 158:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 159: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną prostą 14,5 cm?

**Odpowiedź nr 159:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 160: dot. Pakietu nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 13,9 cm?

**Odpowiedź nr 160:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 161: dot. Pakietu nr 28, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową 300ml o wymiarach 21 x 10,5 x 4,5 cm?

**Odpowiedź nr 161:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 162: dot. Pakietu nr 28, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną metalową prostą 14,5 cm ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź nr 162:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 163: dot. Pakietu nr 30**

Czy Zamawiający dopuści kompresy ciepło-zimno wypełnione żelem?

**Odpowiedź nr 163:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 164: dot. Pakietu nr 31**

Czy Zamawiający ma na myśli koc ratunkowy w rozmiarze 160 x 210 cm?

**Odpowiedź nr 164:**

Tak.

**Pytanie nr 165: dot. Pakietu nr 37, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 165:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 166: dot. Pakietu nr 37, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści op. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 166:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 167: dot. Pakietu nr 37, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka 76 x 25?

**Odpowiedź nr 167:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 168: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkki j.u. z rozszerzoną skalą: 2 - 3 ml; 5 - 6 ml; 10 - 12 ml; 20 - 24 ml ?

**Odpowiedź nr 168:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 169: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawkki j.u. z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?

**Odpowiedź nr 169:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 170: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawkki j.u. Nazwą producenta na cylindrze?

**Odpowiedź nr 170:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 171: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawkki dwuczęściowej z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź nr 171:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 172: dot. Pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. 20 ml w opakowaniu po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniu w formularzu asortymentowo- cenowym?

**Odpowiedź nr 172:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 173: dot. Pakietu nr 17, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp z rozszerzoną skalą: 50 - 60 ml?

**Odpowiedź nr 173:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 174: dot. Pakietu nr 17, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp 50 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź nr 174:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 175: dot. Pakietu nr 17, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp 50 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?

**Odpowiedź nr 175:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 176: dot. Pakietu nr 17, poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z podwójnym reduktorem?

**Odpowiedź nr 176:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 177: dot. Pakietu nr 17, poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź nr 177:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 178: dot. Pakietu nr 17, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do cewników 50 - 60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź nr 178:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 179: dot. Pakietu nr 17, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do cewników 50 - 60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem?

**Odpowiedź nr 179:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 180: dot. Pakietu nr 17, poz. 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawka 3-częściowa 50 ml posiadała oświadczenie producenta o przeznaczeniu do podawania i przygotowywania cytostatyków?

**Odpowiedź nr 180:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 181: dot. Pakietu nr 17, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp 50 ml Perfuzor o dł. 17 cm w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

**Odpowiedź nr 181:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 182: dot. Pakietu nr 17, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 6 z Pakietu nr 17?

**Odpowiedź nr 182:**

Nie.

**Pytanie nr 183: dot. Pakietu nr 17, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3-częściowej z rozszerzeniem 5 - 6 ml?

**Odpowiedź nr 183:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 184: dot. Pakietu nr 17, poz. 6-8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3-częściowej posiadającej cylinder z polipropylenu a tłok z polietylenu?

**Odpowiedź nr 184:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 185: dot. Pakietu nr 17, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych z pojedynczym identyfikatorem tylko optycznym?

**Odpowiedź nr 185:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 186: dot. Pakietu nr 17, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych z pokrętkiem w kolorze czerwonym i niebieskim?

**Odpowiedź nr 186:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 187: dot. Pakietu nr 17, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych posiadający objętość wypełnienia 0,32 ml?

**Odpowiedź nr 187:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 188: dot. Pakietu nr 17, poz. 9**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy pozycji 9 wymagając kranika 10 ml?

**Odpowiedź nr 188:**

Zamawiający informuje, że zapis „10 ml” jest omyłką. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio zmodyfikowane.

**Pytanie nr 189: dot. Pakietu nr 17, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych z przedłużaczem posiadającym pojedynczy identyfikator w pozycji otwarty / zamknięty tylko optycznym?

**Odpowiedź nr 189:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 190: dot. Pakietu nr 17, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych z przedłużaczem bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

**Odpowiedź nr 190:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 191: dot. Pakietu nr 17, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego z przedłużaczem do terapii dożylną posiadający objętość wypełnienia 0,9 ml?

**Odpowiedź nr 191:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 192: dot. dot. Pakietu nr 17, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylną z przedłużaczem bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

**Odpowiedź nr 192:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 193: dot. Pakietu nr 17, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej luer -lock sterylizowanej tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź nr 193:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 194: dot. Pakietu nr 17, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z zakończeniem luer ?

**Odpowiedź nr 194:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 195: dot. Pakietu nr 17, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 14 z Pakietu nr 17?

**Odpowiedź nr 195:**

Nie.

**Pytanie nr 196: dot. Pakietu nr 24, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odpowiedź nr 196:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 197: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do infuzji IS posiadał logo producenta na zaciskaczu?

**Odpowiedź nr 197:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 198: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do transfuzji TS posiadał logo producenta na zaciskaczu?

**Odpowiedź nr 198:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 199: dot. Pakietu nr 24, poz. 1-3**

Czy Zamawiający może określić, że na pewno wymaga ilość opakowań sztuk w poz. od 1 - 3?

**Odpowiedź nr 199:**

Zamawiający informuje, że podane ilości dotyczą sztuk. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio zmodyfikowane.

**Pytanie nr 200: dot. Pakietu nr 52**

Czy ze względu na znajdujące się w pakiecie 52 produkty wyskospecjalistyczne, które znajdują się na magazynie poza granicami kraju Zamawiający wydłuży czas dostawy częściowej do 10 dni roboczych?



**Odpowiedź nr 200:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 201: dot. Pakietu nr 52**

W związku z tym, że niektóre pozycje w Pakiecie nr 52 - mogą wystąpić w ofercie ze stawką vat 23% np. typu uszczelka - nie są wyrobem medycznym, czyli nie posiadają deklaracji zgodności ani certyfikatu CE, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia ze stawką VAT 23% i zrezygnuje z konieczności dostarczenia dla tych wyrobów dokumentów typu deklaracja zgodności czy certyfikat CE?

**Odpowiedź nr 201:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 202: dot. Pakietu nr 6, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, wskazującym kierunek nakładania, karbowane na całej długości części chwytnej koreczka, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób zapobiegający przypadkowej kontaminacji i pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200 szt., blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź nr 202:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 203: dot. Pakietu nr 6, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków dwustronnych męsko-żeńskich (combi), w kolorze czerwonym, wykonane z ABS- materiału zapewniającego szczelność połączenia, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuc obwodowych, centralnych, tętnicznych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200 szt.

**Odpowiedź nr 203:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 204: dot. Pakietu nr 6, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego o poniższych parametrach: przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer lock, z płaską, łatwą do dezynfekcji, silikonową przezierną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym konektorze, niesprzysługającą kolonizacji bakterii, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o prędkości przepływu do 600 ml, objętość wypełnienia 0,04 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 50 psi, o długości roboczej – 2 – 2,5 cm, długość całkowita 3 cm, możliwość podłączenia u pacjenta do 600 aktywacji lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze, dostosowany do użytku z krwią, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

**Odpowiedź nr 204:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 205: dot. Pakietu nr 6, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego z neutralnym ciśnieniem?

**Odpowiedź nr 205:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 206: dot. Pakietu nr 10, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnej typ Biesalski wykonanej z polietylenu pozostałe parametry jak w siwz.

**Odpowiedź nr 206:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 207: dot. Pakietu nr 10, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ ,  $\geq p/wirusowej 99,9999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,978\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 92 ml, opory przepływu 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 23 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 13 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300 - 1500 ml, waga 47 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.

**Odpowiedź nr 207:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 208: dot. Pakietu nr 10, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ ,  $\geq p/wirusowej 99,9999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,764\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 34 mg H<sub>2</sub>O przy VT = 500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300 - 1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.

**Odpowiedź nr 208:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 209: dot. Pakietu nr 10, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, utrata wilgotności 11 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny.

**Odpowiedź nr 209:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 210: dot. Pakietu nr 10, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9998\%$ , p/wirusowej  $\geq 99,999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 97,416\%$  z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H<sub>2</sub>O przy VT = 500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,2 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150 - 1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

**Odpowiedź nr 210:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 211: dot. Pakietu nr 10, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ , p/wirusowej  $\geq 99,999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 97,100\%$ ; bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 36 ml, opory przepływu 2,1 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150 - 1200 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

**Odpowiedź nr 211:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 212: dot. Pakietu nr 10, poz. 10**

Czy zamawiający oczekuje układu jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,8 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. W zestawie wewnętrzny (zintegrowany), jednorazowy przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9



m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź nr 212:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 213: dot. Pakietu nr 10, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), łącznik T (ID 22 mm/OD 22 mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

**Odpowiedź nr 213:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 214: dot. Pakietu nr 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

**Odpowiedź nr 214:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 215: dot. Pakietu nr 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

**Odpowiedź nr 215:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 216: dot. Pakietu nr 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego, co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

**Odpowiedź nr 216:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 217: dot. Pakietu nr 14, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu foley, jałowego, lateksowego, silikonowanego zewnątrz, dwudrożnego o dł. min. 40 cm, wyposażonego w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30 - 50 ml, średnice CH 14-CH28, co 2, kodowany barwnie, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley znajduje się logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu, pakowany podwójnie, sterylizowany EO.

**Odpowiedź nr 217:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 218: dot. Pakietu nr 14, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zaofetowania cewników do embolektomii wykonanych z poliamidu, wyjąławianych promieniami gamma służących do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych, widocznych w rtg, stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzeniu do naczynia, system barwnego oznaczenia rozmiaru i strzykawką do napełnienia balonu, cewniki pakowane w opakowanie wewnętrzne – sztywna tuba i zewnętrzne – torebka papier folia do sterylizacji radiacyjnej.

**Odpowiedź nr 218:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 219: dot. Pakietu nr 14, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zaferowani cewników do embolektomii do bezpiecznego i wygodnego usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń tętniczych i żylnych, cewnik wykonany z PVC termoplastycznego o sztywności katetera zmieniającej się wraz z rozmiarem., znakowany co 10 cm, balon wykonany z lateksu. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie do naczynia. Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebiccia naczynia; Kateter zakończony nasadką luer - lock. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV.

**Odpowiedź nr 219:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 220: dot. Pakietu nr 14, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie zaferowania sondy sengstakena wykonanej z miękkiej gumy, długość 120 cm, pakowanej po 1 szt. w opakowanie folia / papier w rozmiarze 18ch.

**Odpowiedź nr 220:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 221: dot. Pakietu nr 14, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek oraz zapobiegał cofaniu się moczu do pacjenta?

**Odpowiedź nr 221:**

Tak.

**Pytanie nr 222: dot. Pakietu nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

**Odpowiedź nr 222:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 223: dot. Pakietu nr 17, poz. 1-14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowane produkty mają mieć okres ważności min. 24 m-ce od daty produkcji.

**Odpowiedź nr 223:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 224: dot. Pakietu nr 17, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer lock, pojemność 1 ml, skalowana co 0,01 ml, wykonana z poliwęglanu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.

**Odpowiedź nr 224:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 225: dot. Pakietu nr 17, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawka ma posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wysuwaniem się tłoka.

**Odpowiedź nr 225:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 226: dot. Pakietu nr 25, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanych rozmiarów masek aerozolowych dla dorosłych i dla dzieci obejmujących zakresy rozmiarowe S, M, L i XL z nebulizatorem i drenem tlenowym.

**Odpowiedź nr 226:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 227: dot. Pakietu nr 25, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga produktów do nebulizacji i tlenoterapii wolnych od DEHP z oryginalnie nadrukowanym przez producenta symbolem?

**Odpowiedź nr 227:**

Tak.

**Pytanie nr 228: dot. Pakietu nr 25, poz. 2, 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanych rozmiarów masek tlenowych dla dorosłych obejmujących zakresy rozmiarowe L i XL.

**Odpowiedź nr 228:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 229: dot. Pakietu nr 25, poz. 2, 3, 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski do podawania tlenu oraz cewniki donosowe mają być zakończone uniwersalnym łącznikiem pasujących do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych?

**Odpowiedź nr 229:**

Tak.

**Pytanie nr 230: dot. Pakietu nr 25, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla zwiększenia komfortu pacjenta i personelu zestaw do nebulizacji ma posiadać jednoelementowy zintegrowany w łącznikiem ustnik z przegubowym złączem obrotowym w pionie i w poziomie?

**Odpowiedź nr 230:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 231: dot. Pakietu nr 56, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych worków do dobowej zbiórki moczu z drenem długości 150 cm, taki jak jest obecnie stosowany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 231:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 232: dot. Pakietu nr 57, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozm. 4,8 Fr długość 26 cm, cewnik otwarty zamknięty, prowadnica Seldingera dł. 150 cm z ruchomym rdzeniem – stalowa pokryta PTFE, popychacz, czas utrzymania zestawu do 12 miesięcy.

**Odpowiedź nr 232:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 233: dot. Pakietu nr 57, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu skalowanego co 1 cm z linią pozycjonującą, cewnika połączonego z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy - sterowalny.  
- zestawu pre-connected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia?

**Odpowiedź nr 233:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 234: dot. Pakietu nr 26, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o wartości AQL max. 0,65.

**Odpowiedź nr 234:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 235: dot. Pakietu nr 34, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźniowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z



włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 40 ml / 100 cm<sup>2</sup>,
- gramatura podstawowa: min. 210 g / m<sup>2</sup>,
- wymiary: min. 100 x 225 cm ± 5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 205 +/- 3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/- 3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu,
- wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź nr 235:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 236: dot. Pakietu nr 34, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoślizgowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 35 ml/ 100 cm<sup>2</sup>,
- gramatura podstawowa: 295 g / m<sup>2</sup>,
- wymiary: min. 100 x 150 cm ± 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 130 +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu,
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60 s, wskaźnik chłonności min. 2650 %,
- wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź nr 236:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 237: dot. Pakietu nr 34, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na buty, wykonanych z powłoki polietylenowej na polipropylene Spunbound.

**Odpowiedź nr 237:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 238: dot. Pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: pozycji 1 wkłady workowe jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany)

**Odpowiedź nr 238:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 239: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w pozycji 2 przeżelowane o poj. 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany).



**Odpowiedź nr 239:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 240: dot. Pakietu nr 12, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w pozycji 3 pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, przezroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep, do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA.

**Odpowiedź nr 240:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 241: dot. Pakietu nr 12, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w pozycji 4 uchwyt automatyczny z mechanizmem sprężynowych no mocowania pojemników na szynach modura.

**Odpowiedź nr 241:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 242: dot. Pakietu nr , poz.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w pozycji 5 wspornik do montowania pojemnika na niestandardowych szynach i łózkach szpitalnych.

**Odpowiedź nr 242:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 243: dot. Pakietu nr 12, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w pozycji 6 Zawór on/of montowany na kanistrze wielorazowym. Dopuszczenie naszego systemu umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Zamawiający pracuje obecnie na w/w systemie.

**Odpowiedź nr 243:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 244: dot. Pakietu nr 70, poz. 2, 3**

Czy zamawiający ma na myśli zatyczkę typu Cap zintegrowaną z drenem do zamknięcia końcówki męskiej.

**Odpowiedź nr 244:**

Tak.

**Pytanie nr 245: dot. Pakietu nr 70, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści kanki do odsysania CH 12 / 18 / 22 / 24, które mają otwory upowietrzające zapobiegające przysysaniu się tkanki. Zamawiający obecnie pracuje na kankach tego typu.

**Odpowiedź nr 245:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 246: dot. Pakietu nr 70, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści dreny balonowe średnica: 6 mm, 7 mm, 8 mm w zwojach 30 m (po odpowiednim przeliczeniu).

**Odpowiedź nr 246:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 247: dot. zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1



pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

**Odpowiedź nr 247:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 248: dot. Pakietu nr 46, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne osłony uchwytu lampy operacyjnej, składające się z twardego plastikowego pierścienia ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony w rozmiarze uniwersalnym w pełni kompatybilnych do uchwytów lamp, będących na wyposażeniu szpitala - tak jak obecnie z powodzeniem stosowane.

Prosimy o potwierdzenie, iż w celu wypełnienia zapisów SIWZ odnoszących się do pełnej kompatybilności, gwarantującej dopasowanie oferowanych osłon do posiadanych lamp operacyjnych użytkowanych w szpitalu - oferowane rozwiązania powinny wypełniać wymogi techniczne jak poniżej:

- Uniwersalny adapter powinien mieć postać plastikowego pierścienia o średnicy 118mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu,
- Foliowa osłona powinna posiadać rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 50 mm i długości do 14 cm,
- Wszystkie oferowane elementy powinny być sterylne, pakowanej podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo- foliowe.

**Odpowiedź nr 248:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Dodatkowo, Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby oferowane rozwiązania wypełniały ww. wymogi techniczne.





