



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/ 82 /2021

ZP.26.6.2021

Błonie, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00037751/01 z dnia 21.04.2021 r. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem [Nr postępowania: RM/ZP/6/21]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

1. Pytanie: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie SWZ, gdzie Zamawiający opisuje w wyposażeniu ambulansu transporter noszący główne podając parametr „System automatycznego składania goleni przednich i tylnych transportera w trakcie załadunku do ambulansu bez konieczności zwalniania jakichkolwiek dźwigni, czy przycisków, pozwalający na załadunek noszący wraz z transporterem bez konieczności jego dźwigania” jako parametr wymagany i jednocześnie podaje ten sam parametr jako punktowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie wyżej wymienionego parametru jako punktowanego z opisu z parametrów punktowanych i pozostawienie go jako wymaganego w Opisie przedmiotu zamówienia/ Formularzu cenowym. Jednocześnie Zamawiający zmienia zasady punktacji w pozostałych parametrach punktowanych. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

2. Pytanie: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie SWZ, gdzie Zamawiający opisuje w wyposażeniu ambulansu defibrylator/monitor przenośny podając parametr „Funkcja wyświetlania na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz z prezentacją graficzną wykresu głębokości uciśnień klatki” jako parametr wymagany i jednocześnie podaje ten sam parametr jako punktowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie wyżej wymienionego parametru jako punktowanego z opisu z parametrów punktowanych i pozostawienie go jako wymaganego w Opisie przedmiotu zamówienia/ Formularzu cenowym. Jednocześnie Zamawiający zmienia zasady punktacji w pozostałych parametrach punktowanych. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

3. Pytanie: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie SWZ, gdzie Zamawiający opisuje w wyposażeniu ambulansu defibrylator/monitor przenośny podając parametr „Z funkcją umożliwiającą prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej.” jako parametr wymagany i jednocześnie podaje ten sam parametr jako punktowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie wyżej wymienionego parametru jako punktowanego z opisu z parametrów punktowanych i pozostawienie go jako

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Pety Medycyny



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

wymaganego w Opisie przedmiotu zamówienia/ Formularzu cenowym. Jednocześnie Zamawiający zmienia zasady punktacji w pozostałych parametrach punktowanych. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający silnik o mocy 120 kW ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ambulans posiadający silnik o mocy 120 kW.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor

Piotr Kosyl

Sprawę prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perty Medycyny



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

