

Gorzów Wlkp., 11.03.2024 r.

**Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
66-400 Gorzów Wlkp.**

OATZP.272.4.2024

Dotyczy: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień:

Pytanie część 3, poz. 12

Pipeta wielomiarowa z części 3 pozycja 12 o podanej pojemności 10ml przestała być produkowana, wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość zaproponowania pipety wielomiarowej o pojemności 10ml w klasie AS ze skalą co 0,1 ml; kalibrowana na "ex"; z niebieską podziałką; z certyfikatem zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipety wielomiarowej o pojemności 10 ml w klasie AS ze skalą co 0,1 ml; kalibrowana na „ex”; z niebieską podziałką; z certyfikatem zgodności-pod warunkiem wykonania z PP