

Hajnówka dn. 16 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

Pytanie 1.

„Dotyczy SWZ , V Opis przedmiotu zamówienia, 7. Serwer do przechowywania danych pracowni RTG. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie dodatkowego komputera serwerowego oraz systemu archiwizacji PACS, czy dopuszcza archiwizowanie zdjęć na posiadanej stacji opisowej?”

Pytanie 2.

Dotyczy SWZ , V Opis przedmiotu zamówienia - Linia zasilania RTG bezpiecznie przeniesie prąd 32 A (moc ~19kW przy zasilaniu 3f)

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę zabezpieczenia w rozdzielni głównej na 63A, celem instalacji aparatu z generatorem o mocy 50 kW? Jaka moc przyłączeniowa jest przewidziana dla pracowni RTG?

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający informuje, iż ewentualnie dopuszcza doposażenie posiadanej stacji w dodatkowe dyski do archiwizacji oraz doposażenie w dodatkowy komputer serwerowy. Posiadana stacja robocza to HP Z2 G9 z kartą Eizo MED.-XN51LP.
2. W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymianę zabezpieczenia na 63A. Koszty wymiany zabezpieczenia należy przewidzieć w cenie urządzenia.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus
– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania