

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wirówki laboratoryjnej z osprzętem dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

1. Maksymalna prędkość obrotowa (w rotorze mikrolitrowym): 16000 min⁻¹.
2. Prędkość obrotowa regulowana w odstępach co 10 min⁻¹.
3. Maksymalna RCF: 24900 x g.
4. Minimalna prędkość obrotowa: 500 min⁻¹.
5. Minimalna RCF: 24 x g.
6. Funkcja timera: 1 do 99 min / praca ciągła / przycisk impulsowy.
7. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.
8. Możliwość wyboru 9 szybkości hamowania i rozruchu lub niehamowany czas zatrzymania.
9. Możliwość programowania i zapamiętywania do 10 programów.
10. Automatyczne rozpoznawanie rotora.
11. Możliwość wskazywania min⁻¹ lub x g, gdy podany jest promień rotora.
12. Posiadanie wizjera w pokrywie.
13. Metalowa obudowa.
14. Awaryjne zwolnienie blokady pokrywy.
15. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.
16. Wyłącznik niewyważenia.