



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 24.03.2025r.

Postępowanie nr 141.272.4.2025/2

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.4.2025 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (końcówki uniwersalne do pipet, bez filtra, w pudełkach/ końcówki uniwersalne do pipet, z filtrem, w pudełkach, probówki typu Falcon) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
oraz MODYFIKACJA SWZ**

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 10

Dot. projektu umowy § 3 ust 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „na własny koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, iż ze względów organizacyjnych nie jest możliwe oszacowanie przez Zamawiającego jednostkowego zamówienia. Zamówienia na przedmiotowy asortyment składane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dot. projektu umowy § 7

Prosimy o modyfikację zapisów §7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w powyższym zakresie. Wskazane kwoty stanowią jedynie punkt odniesienia do ustalenia wysokości kary umownej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dot. części I

Czy Zamawiający wymaga by wszystkie pozycje w części I pochodziły od jednego producenta celem zapewnienia jednakowej jakości?

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że w załączniku **A do Formularza oferty** w kolumnie D; *Minimalna jakość produktu wg specyfikacji*, nie wymaga, aby końcówki uniwersalne do pipet z pozycji od 1- 4 pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 13

Dot. części III Poz. 2

Czy zamawiający dopuści produkt bez zaznaczonego i opisanego poziomu 50 ml.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produktu, w którym nie jest zaznaczony i opisany poziom 50 ml. Zamawiający w załączniku **C do Formularza oferty** w kolumnie D; *Minimalna jakość produktu wg specyfikacji* wskazuje, iż wymaga zaoferowania probówek PP typu Falcon, które muszą posiadać podziałkę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dot. części III poz. 2

Czy zamawiający dopuści probówki o wytrzymałości na wirowanie poniżej max. RCF 14000 x g

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że takie probówki są dopuszczalne. Zamawiający w załączniku **C do Formularza oferty** w kolumnie D; *Minimalna jakość produktu wg specyfikacji*, nie podaje parametru odnoszącego się do wytrzymałości probówek na wirowanie.

Pytanie 15

dot. Załącznik C do Formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści probówki typu falkon pakowane po 25 szt. w worki, 20 worków w kartonie zbiorczym (500 szt.)?

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, iż dopuszcza probówki typu Falcon pakowane po 25 szt. w worki, 20 worków w kartonie zbiorczym (500 szt.).

Pytanie 16

dot. Załącznik C do Formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty poz. 3

Czy Zamawiający dopuści probówki typu Falcon pakowane po 25 szt. w worki, 12 worków w kartonie zbiorczym (300 szt.)?

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, iż przychyli się do prośby Wykonawcy i dopuszcza zaoferowanie probówek typu Falcon pakowanych po 25 szt. w worki, 12 worków w kartonie zbiorczym (300 szt.).

W związku z powyższym **Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w części 3 zamówienia zmieniając załącznik C do Formularza oferty odpowiednio w pozycji 3 (kolumna C – Zamawiana ilość).**

Powyższą modyfikację Zamawiający uwzględnił w **Załączniku C do Formularza oferty** – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową – część 3 (probówki typu Falcon), który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacja SWZ stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 27.03.2025r. godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.