



Znak sprawy: ZP/45/PN/2023

Zabrze, 26.09.2023 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ, W TYM ULTRASONOGRAFICZNEJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ MINISTRA ZDROWIA

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 2 pkt. 20

Prosimy Zamawiającego o informację czy w pkt. 20 nie doszło do omyłki gdyż parametr ten jest identyczny jak pkt. 18? I czy nie powinien brzmieć „Oprogramowanie do obrazowania Color Doppler i Power Doppler dla głowicy endorektalnej typu „side-fire”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w zakresie pkt. 18. W związku z powyższym pkt. 20 zostaje wykreślony. Patrz Modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2 dot. §6 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający w § 6, ust. 3, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw gwarancyjnych albo wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części po nieskutecznej naprawie z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.”?

Zakres usług opisanych w § 6, ust. 3 poszerza ogólnie określone warunki gwarancji o zużycie eksploatacyjne sprzęt (które w tej samej umowie jest wyłączone zgodnie z zapisem w § 6, ust. 2e), które nie wchodzi w zakres gwarancji. Pozostawienie zapisu w nie zmienionej formie spowoduje zwiększenie wyceny sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz Modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3 dot. §7 ust. 2 pkt a) wzoru umowy

Czy Zamawiający w §7 ust. 2, pkt. a) wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 4 dot. §7 ust. 2 pkt c) wzoru umowy

Czy Zamawiający w § 7, ust. 2 pkt. c), wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

„za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii elementu przedmiotu umowy względem terminu określonego w §5 ust. 6 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych00/100); W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewnienie ciągłości pracy) zapisu, a co za tym idzie kar nie stosuje się.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.



Pytanie nr 5 dot. §7 ust. 2 pkt e) wzoru umowy

Czy Zamawiający w §7 ust. 2, pkt. e) wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 6 dot. §7 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający w §7 ust. 6 wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20% ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 2 pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści stepper posiadający jednorazowy adapter do biopsji przez-kroczowej stercza typu „grid”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski