



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pleszew, dn. 09.02.2024 r.

Znak sprawy: Te 2300-01/2024

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: dostawa kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów serca
Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1:

Ze względu na możliwość zaferowania produktu konkurencyjnego cenowo i jakościowo, od producenta z UE, prosimy o dopuszczenie koszulek typu peel-away:

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.
5. Możliwość zakupu introducerów długich: 23cm oraz 33cm.

Introduktory do łatwego umieszczenia elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

3. W przypadku uchybień któregoś z terminów określonych w: § 3 ust. 2 pkt 1, 17 i 18 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. – brak § 3 ust. 2 pkt 1, 17 i 18 w umowie

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

4. W przypadku uchybień któregoś z terminów określonych w: § 3 ust. 2 pkt 15 i 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. - brak § 3 ust. 2 pkt 15 i 16 w umowie

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji nr 3 w zakresie podpunktu 48 , dopuści urządzenie z czasem ładowania kondensatorów 12,3 s co nieznacznie różni się od wymagań technicznych?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w części nr 8 introducery do wprowadzania elektrod do układu żylnego, typu "peel away" w rozmiarze od 6 do 11F? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak.- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

do Pakietu 8 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie introducerów do wprowadzania elektrod do układu żylnego, typu „peel away”, zawierającego przewodnik drutowy 0,035 o długości 50 cm (pozostałe parametry SWZ bez zmian)?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński