

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 28.10.2024 roku

ZP/p/33/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych II”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 15

Pytanie 1 - dotyczy Część nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych, jednorazowego użytku, chroniące przed cytotatykami, sterylne, neoprenowe, bezpydrowe, AQL po zapakowaniu 0.65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny (jasnobrązowy), mankiet rolowany bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień, opakowanie podwójne, produkt posiada badania na przenikalność dla wirusów oraz badania na przenikalność minimum 8 cytotatyków na poziomie >240minut wg ASTM D 6978.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Zestaw pytań nr 16

Dotyczy części 24 Czy w części 24 poz. 1 Zamawiający dopuści worek 200 ml (obecnie wymagane 225-250 ml)?

Odpowiedź Zamawiającego: W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 24.

Zestaw pytań nr 17

1. Czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnień o długości 160 cm (130 + 30 cm) lub 150cm (120+30cm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane długości.


2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Odpowiedź Zamawiającego: Końcówka „Edward”

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Zestaw pytań nr 18

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego pakowany podwójnie: wewnątrz opakowanie foliowe, zewnątrz opakowanie folia/papier?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze Ch30 i średnicy 10mm?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Część nr 12, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny w kształcie beczułki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt. W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 12.

Część nr 12, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści dren łączący balonik z rurką w tym samym kolorze co balonik (niebieski)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt. W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 12.

Część nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości dla dorosłych 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt. W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 12.

Zestaw pytań nr 19

1. Czy w pakiecie nr 17 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1: dł. nici 100 cm
- Poz. nr 16: wielkość igły 40 mm, wzmocniona podwójnie (pozostałe parametry bez zmian)
- Poz. nr 19: wielkość igły 26 mm (pozostałe parametry bez zmian)

2. Czy w pakiecie nr 28 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. 21: igła ½ koła, okrągła 26 mm, dł. nici 150 cm, grubość nici 2/0

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 17

Zestaw pytań nr 20

- 1) **Dotyczy zapisów SWZ, rozdział III, punkt 9 oraz punkt 21, podpunkt pierwszy oraz załącznik nr 3 (oświadczenie) i wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 1, ustęp 6:** Czy w zakresie Pakietu nr 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie posiada rejestracji jako wyrób medyczny i nie posiada deklaracji zgodności / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie jest wyrobem medycznym i posiada 23% stawkę podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

- 2) **Dotyczy załącznika nr 2 – pakiet nr 10:** Prosimy o określenie wymaganej j.m.

Odpowiedź Zamawiającego Jednostka miary to paczka - 150 arkuszy, Zamawiający zaktualizował treść Części 10.

- 3) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 3, ustęp 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 4) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 5, ustęp 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności.

W konsekwencji § 5 ust. 2. Wzoru umowy przyjmuje brzemienie: „Należność za każdorazową realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w terminie 45 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego (...).”

- 5) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c):** W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 6) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie następującej części podpunktu c): „jednak nie mniej niż 100 zł”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 7) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt g):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie podpunktu g dla umowy do pakietu nr 10, gdyż oferowany asortyment nie jest wyrobem medycznym (zgodnie z pytaniem nr 1)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapisy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt g) dotyczą kary za nieudostępnienie w terminie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6, a jeżeli dopuszczony produkt nie jest wyrobem medycznym i/lub został dopuszczony do zaoferowania jako wyrób niemedyyczny, ww. zapisy umowy nie mają zastosowania.

- 8) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 6, ustęp 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy (danej części). Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 50% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodnie z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 9) **Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 6, ustęp 6:** Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw pytań nr 21

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w części nr 27 dopuści opakowanie zbiorcze zawierające 12 saszetek ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w części nr 27 w poz. 13 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w części nr 27 dopuści szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni ? Zaproponowane szwy są obecnie dostarczane do Państwa jednostki.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w części nr 27 dopuści pakowanie w pojedynczą, aluminiową sterylną saszetkę? Pakowanie w pojedynczą, aluminiową saszetkę jest standardem praktykowanym na całym świecie, zapewniającym pełną sterylność szwu, szybki dostęp do igły i wygodę podczas zabiegu.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu, wymaga podwójnego jałowego pakowania.

Zestaw pytań nr 22

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Część 24, poz. 3 Trokary jednorazowe optyczne 5 i 12mm z transparentną, ściętą, zewnętrźnie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm. Trokar posiada: uchwyt umożliwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną, uniwersalną redukcję/ podwójną uszczelkę 5mm-12mm, dodatkową uszczelką w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce przezroczystego obturatora zakończonych grotem w kształcie eliptycznego stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz wejściem na optykę z dodatkową uszczelką umieszczoną w główce obturatora?

Odpowiedź Zamawiającego W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 24

Zestaw pytań nr 23

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – część nr 8

Prosimy o dopuszczenie w części nr 8 poz. 2 przedłużaczy wysokociśnieniowych o długości 150 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt i modyfikuje Część 8.

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – część nr 8

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu (np. części nr 8a). Obecne połączenie asortymentu znajdującego się w części nr 8, a który nie jest ściśle związane z pozostałymi pozycjami dyskwalifikuje wykonawców, którzy w swojej ofercie nie posiadają Y adapterów, a posiadają pozostały asortyment wyspecyfikowany w tej części. Zmiana pozwoli na pozyskanie przez Zamawiającego większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo. Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może kierować się wyłącznie korzyściami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego, takimi jak wygodniejsza obsługa jednej umowy niż kilku, co potwierdza też stanowisko Prezesa UZP. Stanowisko to ma na celu zwiększenie konkurencji między wykonawcami.

Odpowiedź Zamawiającego W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał modyfikacji Części 8

Zestaw pytań nr 24

Pytanie do części nr. 1 - Jednorazowe wyroby do sporządzania leków cytotoksycznych
Czy Zamawiający dopuści system igłowy, który wyklucza możliwość zakłucia pracownika dzięki zastosowanym zabezpieczeniom technicznym, w tym zabudowie igieł wewnątrz strzykawki z adapterem? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Zestaw pytań nr 25

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Część nr 2. Czy Zamawiający wymaga zestawu z drenem 25CH?

Odpowiedź Zamawiającego W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający modyfikuje Część 2.

2. Część nr 2. Czy Zamawiający wymaga graficznej instrukcji obsługi?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

3. Część nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o średnicy 25CH (różnica wynosi zaledwie 0,33mm)?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

4. Część nr 12 poz.1 i 2. Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu z podanym rozmiarem rurki na baloniku, dopuszcza się podanie także innych informacji.

Część nr 12 poz.1 i 2. Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach i dokonał modyfikacji Części 12.

Część nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach i dokonał modyfikacji Części 12

Część nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach i dokonał modyfikacji Części 12

Część nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni dookoła rurki?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach

Część nr 12 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach i dokonał modyfikacji Części 12

Część nr 12 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach i dokonał modyfikacji Części 12

Część nr 12 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru na balonikach kontrolnych?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wymaga produktu o opisanych parametrach

Część nr 12 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z mosiądzu, który znacznie lepiej utrzymuje pożądaną kształt rurki?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

13. Część nr 12 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści prowadnice dla dorosłych o długości 340mm lub 370mm?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza 340mm

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: J. Śmietańska

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Joanna Śmietańska