



Bytów, 01.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: **dostawa sprzętu medycznego – umowa ramowa do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP11/A/5/2025**, Komisja przetargowa informuje:

Pytanie 1 Dotyczy część 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1 - Mankiet ciśnieniowy typu C-Fusor do szybkiej infuzji i transfuzji z automatycznym zaworem bezpieczeństwa dla opakowań: 500ml Mankiet wykonany z transparentnego materiału umożliwiającego obserwację włączanego płynu, uchwyt do zawieszenia, haczyk na opakowanie z płynem po wewnętrznej stronie kieszeni mankieta, ogranicznik ciśnienia do 300mmHg (zawór bezpieczeństwa), manometr ciśnienia z 360 st. czterokolorową skalą odczytu, trójdrożny zawór kranikowy, ergonomiczną, wysokowydajną gruszkę. Całość całkowicie zespolona bez możliwości jej ewentualnego rozłącznie. Możliwość stosowania w środowisku MRI do Tesla 7.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Części 3 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z pętlą o długości 160 cm, 2 igły do iniekcji 19G i 25G, zewnętrzne urządzenie mocujące w postaci okrągłej płytki silikonowej z czterema stopkami zapewniającymi przepływ powietrza pod płytką, samozaciskową, nożyczki i pean o długości 125 mm, pozostałe właściwości według opisu. .

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy

Część nr 1. Mankiet do szybkiego przetaczania płynów, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Mankiet ciśnieniowy C-Fusor do szybkich przetoczeń jednorazowej o użytku. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy. Ciśnienie obserwowalne na manometrze ze skalą 0-750mmHg z podziałką co 5 mm Hg oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia z różnych stron mankieta. Manometr przytwierdzony na przedniej części mankieta za pomocą rzepu. Mankiet wyposażony w zamek umożliwiający szybką zmianę worka. Mankiet wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu. W obudowie pozwalającej na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankieta. Worek do płynu zawieszony na haczyku wewnątrz mankieta.” *Produktu o poniższym parametrze:* „Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń jednorazowego użytku. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy. Ciśnienie obserwowalne na manometrze ze skalą 0-400mmHg z podziałką co 50 mm Hg oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr pozwala na obserwację ciśnienia z różnych stron mankieta. Manometr przytwierdzony na przedniej części mankieta. Mankiet wyposażony w rzep umożliwiający szybką zmianę worka. Mankiet wykonany z półprzezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu. W obudowie pozwalającej na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankieta. Worek do płynu zawieszony na haczyku wewnątrz mankieta.”



Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Karolina Glanc
Sekretarz Komisji przetargowej