



Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa ultrasonografu”

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 1, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 20.04.2020 r., do godz. 11:00
- Otwarcie ofert odbędzie dnia 20.04.2020 r., o godz. 11:30

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zestaw 1

Pytanie 1

Dotyczy części 2 USG, punkt 7 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości kanałów procesowych 4 000 000.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy części 2 USG, punkt 11. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości wykonany w technologii OLED o wielkości 22 cale.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy części 2 USG, punkt 15 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy 1 – 18 MHz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy części 2 USG, punkt 25 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wartości Frame Rate dla trybu B 1470 obr/sek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy części 2 USG, punkt 76 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniowa o częstotliwości pracy 4.8 – 17.8 MHz, szerokości skanowania 57.5 mm i 3 pasmami THI.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Pytanie 6

Dotyczy części 2 USG, punkt 83 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 1.0 – 5.7 MHz, kącie skanowania 72° i 3 pasmami THI.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza





Pytanie 7

Dotyczy części 2 USG, punkt 91 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową wykonana w technologii półprzewodnikowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1-3:

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy;
- 2) w razie opóźnienia w dostawie Towaru - w wysokości 0,2 % ceny brutto **niedostarczonej części umowy**- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie Towaru ponad terminy ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust.1 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,**
- 3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady oraz opóźnienia w wykonaniu przeglądu określonego w harmonogramie przeglądów - w wysokości 0,1% ceny brutto **wadliwej części umowy lub części której dotyczy niewykonany w terminie przegląd** - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w § 4 ust. 6 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy lub części której dotyczy niewykonany w terminie przegląd.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału II wzory dokumentów - wzór 1 „Formularz ofertowy”, który w tabeli przedstawiającej zaoferowaną cenę w kolumnie ilości otrzymuje brzmienie "1", zgodnie z poniższym wzorem:

| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto sprzętu | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|--|----------|--------------------------------|---------------|-----|----------------|
| Ultrasonograf klasy Premium z 2 głowicami z funkcją elastografii akustycznej | 1 | | | | |
| RAZEM | | | | | |

Zmodyfikowana SIWZ znajduje się platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Alicja Cegłowska

