



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/627/2025

Jelenia Góra 01.04.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dzierżawa zbiorników ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze z podziałem na 4 zadania na okres 24 miesięcy
Nr referencyjny: ZP/PN/01/01/2025**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do postępowania jak w tytule, które wpłynęły do Zamawiającego. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Rozumiemy, że Wykonawca może dołączyć do oferty formularz JEDZ zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie <https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> wypełniony w zakresie opisanym przez Zamawiającego w SWZ.

Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,

Pytanie Nr 2

Dotyczy Formularza Cenowego dla zadania nr 3 – w pozycji nr 7 oraz nr 8, prawdopodobnie przez omyłkę, Zamawiający pisze o butlach na dwutlenek węgla spożywczy. Proszę o odpowiednią zmianę. Prawdopodobnie winien tam być zapis o butlach na dwutlenek węgla medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w nazwie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia w postaci dzierżawy butli dwutlenku węgla medycznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy w Załączniku Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu Nr 3.

Zamawiający informuje również, iż dokonał w Załączniku Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 3 podziału przedmiotu zamówienia na dwie oddzielne tabele – Tabela Nr 1 dotyczy dostawy; Tabela Nr 2 dotyczy dzierżawy.

W związku z tym ulega zmianie numeracja pozycji przedmiotu zamówienia:

pozycja Nr 7 otrzymuje Nr 1

pozycja Nr 8 otrzymuje Nr 2



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Było:

| | | |
|---|--|-----|
| 7 | Dzierżawa butli dwutlenek węgla spożywczy sug. 26 kg – ilość sztuk 7 | BDZ |
| 8 | Dzierżawa butli dwutlenek węgla spożywczy sug. 6 kg - ilość sztuk 1 | BDZ |

Po zmianie:

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Dzierżawa butli dwutlenek węgla medyczny sug. 26 kg – ilość sztuk 7 | BDZ |
| 2 | Dzierżawa butli dwutlenek węgla medyczny sug. 6 kg - ilość sztuk 1 | BDZ |

Pytanie Nr 3

Dotyczy Formularza Cenowego dla zadania nr 3 pozycja nr 13,14 i 15 – w jaki sposób powinna być podana jednostkowa cena netto ? W opisie tej kolumny jest „Cena jednostkowa zł/m-c (dzierżawa)”. Prawdopodobnie winien tam być opis „Cena jednostkowa za 1 dostawę.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje również, iż dokonał w Załączniku Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 3 podziału przedmiotu zamówienia na dwie oddzielne tabele – Tabela Nr 1 dotyczy dostawy; Tabela Nr 2 dotyczy dzierżawy.

W związku z tym ulega zmianie numeracja pozycji przedmiotu zamówienia:

pozycja Nr 13 otrzymuje Nr 7

pozycja Nr 14 otrzymuje Nr 8

pozycja Nr 15 otrzymuje Nr 9

Zamawiający dokonał zmiany jednostki miary z 1/mc na szt. W związku ze zmianą Wykonawca w Załączniku Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym powinien podać:

- 1) w kolumnie E – cenę jednostkową netto za dostawę 1 szt. butli;
- 2) w kolumnie F – łączną cenę netto za dostawę butli;
- 3) w kolumnie G – stawkę VAT%;
- 4) w kolumnie H – łączną cenę brutto za dostawę butli;

Bvlo:

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 13 | Dostawa butli – tlen medyczny | 1/m-c | 24 |
| 14 | Dostawa butli – dwutlenek węgla medyczny | 1/m-c | 24 |
| 15 | Dostawa butli – dwutlenek węgla techniczny | 1/m-c | 4 |

Po zmianie:

| | | | |
|---|--|------|----|
| 7 | Dostawa butli – tlen medyczny | szt. | 24 |
| 8 | Dostawa butli – dwutlenek węgla medyczny | szt. | 24 |
| 9 | Dostawa butli – dwutlenek węgla techniczny | szt. | 4 |

Pytanie Nr 4

Prosimy o zmianę w Formularzu Oferta w punkcie 10 polegającą na wykreśleniu zwrotu „i podpisania poprawnie wystawionej faktury”. Faktury od dawna nie wymagają podpisu odbiorcy, ponadto większość Firm działających w Polsce nie ma możliwości dostarczania faktury wraz z dostawą. Z dostawą wysyłany jest dokument DDZ lub WZ, więc podpisanie faktury przez Zamawiającego jest niemożliwe natomiast jak najbardziej właściwe jest podpisanie dokumentu DDZ lub WZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść punkt 10 Załącznika Nr 2 do SWZ Formularz ofertowy, który otrzymuje brzmienie:

„Oferujemy termin płatności w ciągu 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury”.

Pytanie Nr 5

Proszę o wprowadzenie następujących zmian we wzorze Umowy **dla Pakietu nr 3:**

W § 1 ust 5 prosimy o wykreślenie w całości. Treść tego ustępu wydaje się być niezgodna z zakresem tej Umowy. Umowa ta dotyczy tylko i wyłącznie dostaw gazów w butlach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał wykreślenia zapisu w § 1 ust. 5 w umowie dla Pakietu Nr 3.

Pytanie Nr 6

W § 2 ust 2 prosimy o wykreślenie zwrotu „wjazdu na teren parkingu WCSKJ”. Kierowca samochodu dostarczający gazy w butlach, które są w myśl przepisów ADR, ładunkiem niebezpiecznym, nie może zajmować się jakimiś płatnościami za przejazd przez parking. Umożliwienie sprawnego, szybkiego i bezpiecznego dojazdu, zwłaszcza przebiegającego przez jego teren, do magazynu Zamawiającego, leży tylko i wyłącznie w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał wykreślenia z projektów umów dostawy, stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ, zwrotu „wjazdu na teren parkingu WCSKJ”.

Pytanie Nr 7

W § 3 ust 2 a) prosimy o zmianę z treści:

„Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: faktury@spzoz.jgora.pl. Faktury Wykonawca dołączy do dostawy w wersji papierowej.” **na:**

„Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: faktury@spzoz.jgora.pl lub faktury Wykonawca dołączy do dostawy w wersji papierowej.”

W wielu Firmach dostarczanie faktur w formie elektronicznej oraz papierowej nie jest możliwe tak jak i w wielu Firmach dostarczanie faktury wraz z towarem nie jest możliwe. Brak tych ograniczeń będzie skutkowało większą ilością ofert, co bezsprzecznie leży w interesie publicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść § 3 ust 2 a) Załącznika Nr 3 do SWZ stanowiącego projekty umów dostawy w zakresie Pakietu Nr 1,2,3,4, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: faktury@spzoz.jgora.pl”.

Pytanie Nr 8

W § 4 ust 18 prosimy o informację jaki ciekły tlen medyczny dla pakietu nr 3 Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał poprawy w projekcie umowy dostawy dla Pakietu Nr 3 zapis § 4 ust 18, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„ 18. W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę ciekłego tlenu następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy”.

Po zmianie:

„18. W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę butli gazów medycznych następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy”.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1 – Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,->

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2– Kwota przeznaczona

W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: *Wartość dla poszczególnych części*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3 – Projekt umowy § 6 (zał. 3,3a,3b,4)

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 (zał. 3,3a,3b,4) Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: *„Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”*

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Projekt umowy § 6 (zał. 3,3a,3b,4)

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 (zał. 3,3a,3b,4) Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: *„W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 5– (wizja lokalna)

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, iż nie jest wymogiem obligatoryjnym postępowania przedłożenia wraz z ofertą potwierdzenia odbycia wizji lokalnej, a brak jej odbycia może skutkować odrzuceniem oferty?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wizja lokalna nie jest wymogiem obligatoryjnym.

Pytanie nr 6 – Przedmiotowe środki dowodowe

Wnoskujemy do Zamawiającego o doprecyzowanie SWZ poprzez wskazanie czy oczekuje przedłożenie jakichkolwiek przedmiotowych środków dowodowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualnej Deklaracji zgodności dla ustnika do podania mieszaniny gazowej (pakiet Nr 4 poz. 1b)

Pytanie nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy (tlen ciekły, pakiet nr 2)

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania oferty na ciekły tlen medyczny produkowany w 100% z odnawialnych źródeł energii (potwierdzony przez jednostkę certyfikującą „Klimat i Energia”), co skutkuje znacznie niższym śladem CO₂ w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcyjnym i pozwala Zamawiającemu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub innowacyjnych zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – Przedmiot zamówienia (tlen ciekły, pakiet nr 2)

Czy w celu optymalnego zaopatrywania Zamawiającego w skroplony tlen medyczny Zamawiający oczekuje w ramach opisu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji treści złożonej oferty zaoferowania:

Układ zdalnej transmisji danych, za pomocą której można przekazywać wartości analogowe i cyfrowe poprzez sieć telefonii publicznej lub GSM z punktu zbiornikowego do komputera centralnego wykonawcy. Na podstawie tych danych, dysponent wykonawcy jest w stanie optymalnie zaplanować napełnianie instalacji zbiornikowej u Zamawiającego.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy/sugerujemy utworzenie odrębnej pozycji asortymentowej na usługę dzierżawy urządzenia do zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiorników (telemetrii).

Odpowiedź Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 – Zadanie 4 (mieszanina gazowa 50 % tlen i 50% podtlenek azotu)

A. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innej gazów sprężonych?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

B. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów które bez użycia dedykowanych do tego narzędzi można: swobodnie, przypadkowo, spontanicznie lub natychmiastowo odkręcić, usunąć, względnie może dojść do poluzowania związanego eksploatacją, co może stworzyć potencjalne zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu oraz

zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu:

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

C. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet i pochodzić od tego samego wytwórcy co producent zaworu dozującego.

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

D. Czy w związku z opisem przedmiotu zamówienia : „Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, który zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie wymaga rutynowych konserwacji i regularnych kontroli wskazanych w tejże instrukcji, polegających na rozkręceniu na części, czyszczeniu, osuszaniu, wymian zużytych elementów”, opisany powyżej wymóg dotyczy wszystkich sytuacji przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

E. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które jest wyposażone w dodatkowe uszczelnienie, zapewniające wydajniejsze (mniejsze zużycie) i bezpieczniejsze (brak kontaktu mieszaniny z bezpośrednim otoczeniem) użytkowanie w/w mieszaniny, co zostanie potwierdzone stosowną poświadczeniem wytwórcy?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

F. Czy Zamawiający opisując przedmiotu zamówienia w zakresie użytkowanej obecnie przez Zamawiającego mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu miał na myśli butle o pojemności 10l tj. 2,8m³?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

G. Czy przedmiotem oferty ma być urządzenie (zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu), które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części”, dotyczące wszystkich sytuacji przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

H. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mogą być stosowane u jednego pacjenta do 14 dni bez konieczności wymiany na nowy element ?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10- Zadanie 4 (mieszanina gazowa 50% tlen i 50 % podtlenek azotu)

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 1b dla Pakietu 4, poprzez potwierdzenie czy wyspecyfikowana ilość (15 op. a` 100 szt.) ustników do podawania mieszaniny gazowej jest rzeczywistą ilością jednorazowego osprzętu medycznego niezbędną dla Zamawiającego do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – Zadanie 4 (mieszanina gazowa 50 % tlen i 50% podtlenek azotu)

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie formularza cenowego dla zadania 4, Nazwa kolumny D formularza dzierżaw : *Szacunkowa ilość zamówienia (36 m-cy)* w opozycji do

Zawartość kolumny D formularza dzierżaw dla pozycji a, b, c: *24 miesiące*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał ujednoczenia zapisu w Załączniku Nr 1 do SWZ w zakresie Pakietu Nr 4

Było:

„Szacunkowa ilość zamówienia (36 m-cy)”

Po zmianie:

„Szacunkowa ilość zamówienia (24 m-cy)”

Zmianie ulega zapis pkt. 8. 3 SWZ - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Było:

Sytuacja ekonomicznej lub finansowa (dotyczy wszystkich pakietów)

Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w zamówieniu, gdy przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – **min. 100 000,00 zł**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę **min. 150 000,00 zł**.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia

Jest:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dotyczy wszystkich pakietów)

Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w zamówieniu gdy przedstawi dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

W zakresie pakietu Nr 1 i 2 - **minimum 200 000,00 zł**

W zakresie Pakietu Nr 3 i 4 – **minimum 100 000,00 zł**

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

Zmianie ulega zapis pkt. 9.1 SWZ

Było:

1. „Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ oraz **załączyć do oferty** aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:

1) **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**; oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, **w skrócie: „JEDZ”**, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r., s. 16), Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SWZ w Załączniku nr 5 do SWZ (wzór JEDZ) oraz w *„Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ” (poniżej):*”

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo - cenowym

2) **Załącznik nr 2 – Formularz oferty** zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcy, złożone

w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze

5) Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 13 SWZ).

Jest:

1. „Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ oraz **załączyć do oferty** aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:

1) **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;** oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, **w skrócie: „JEDZ”**, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r., s. 16), Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SWZ w Załączniku nr 5 do SWZ (wzór JEDZ) oraz w „Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ” (poniżej):”

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo - cenowym

2) **Załącznik nr 2 – Formularz oferty** zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcy, złożone w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze

5) Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 13 SWZ).

1a Przedmiotowe środki dowodowe:

1) aktualna Deklaracja zgodności oferowanego wyrobu - dla ustnika do podania mieszaniny gazowej (pakiet Nr 4 poz. 1b)

Zmianie ulega zapis pkt. 9.2 SWZ

Było:

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 Ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 594, 1237), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7.1. do SWZ**. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
- 2) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy PZP. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7.2. do SWZ**.
- 3) Wykaz wykonania min. 2 dostaw dla pakietu Nr 1 oraz pakietu Nr 2 - 2 dostawy, na min. **50.000,00 zł brutto** każda dla zbiorników tlenu w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, rodzaju, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według Załącznika Nr 6.

Wykaz wykonania min. 2 dostaw dla pakietu Nr 3 oraz pakietu Nr 4 - dostawy, na min. **50.000,00 zł brutto** każda dla butli gazów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, rodzaju, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według Załącznika Nr 6.

4) Zezwolenia i pozwolenia:

4.1. Zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego (zadanie nr 1 i 2), oraz na wytwarzanie gazów medycznych (zadanie nr 3) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

4.2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

4.3. Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pozwalające na sprzedaż produktów leczniczych oraz wyszczególnione pozwolenia.

3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – **min. 100 000,00 zł**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę **min. 150 000,00 zł (dotyczy wszystkich pakietów)**.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane powyżej składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia pkt 9.2. i 9.3. stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy postanowienia pkt. 9.2 stosuje się odpowiednio.

Jest:

- 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:**

- 1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 594 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7.1. do SWZ**. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język

polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy PZP. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7.2. do SWZ.**

5) Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Pakiet Nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu o masie 12 ton wraz z dostawą ciekłego tlenu wartości nie mniejszej niż **300.000,00 zł** brutto każda dostawa.

Pakiet Nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu o masie 6 ton wraz z dostawą ciekłego tlenu wartości nie mniejszej niż **250.000,00 zł** brutto każda dostawa.

Pakiet Nr 3 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dzierżawy butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych o wartości nie mniejszej niż **140.000,00 zł** brutto każda dostawa.

Pakiet Nr 4 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dzierżawy butli gazu medycznego Entonox wraz z dzierżawą sprzętu kompatybilnego z produktem oraz dostawą gazu o wartości nie mniejszej niż **130.000,00 zł** brutto każda dostawa.

6) Zezwolenia i pozwolenia:

6.1. Zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego (zadanie nr 1 i 2), oraz na wytwarzanie gazów medycznych (zadanie nr 3) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

6.2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

6.3. Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

7) Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w zamówieniu gdy przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

W zakresie pakietu Nr 1 i 2 - **minimum 200 000,00 zł**

W zakresie Pakietu Nr 3 i 4 – **minimum 100 000,00 zł**

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) Wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument:
 - 1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 9.2 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 - 2) zamiast dokumentów, o którym mowa w 9.2. ppkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
 - 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
 - 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane powyżej składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia pkt 9.2., 9.3 stosuje się odpowiednio.
 - 5) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy postanowienia pkt. 9.2, 9.3 stosuje się odpowiednio.

Zmianie ulega zapis pkt 15.1 SWZ

Było:

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Termin dostawy (TD) – waga 40 % (40% = 40 pkt.)

Punktacja w kryterium **CENA (C) waga 60%** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- Cena za dzierżawę sprzętu (C1)

$$C1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 10$$

gdzie:

C1 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{min.}- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad.} - cena oferty badanej.

- Cena za dostawę (C2)

$$C2 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 50$$

gdzie:

C2 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{min.}- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad.} - cena oferty badanej.

$$C = C1 + C2$$

Punktacja w kryterium **TERMIN DOSTAWY (TD) waga 40%** zostanie obliczona następujący sposób:

- do dwóch dni roboczych – 40 pkt.,
- do 3 dni roboczych- 20 pkt
- 4 dni robocze – 0 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = C + TD$$

Jest:

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Dotyczy pakietu Nr 1 i 2

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Termin dostawy (TD) – waga 40 % (40% = 40 pkt.)

Punktacja w kryterium CENA (C) waga 60% zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- **Cena za dzierżawę sprzętu wraz z montażem (C1)**

$$C1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 10$$

gdzie:

C1 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{\min} .- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad} . - cena oferty badanej.

- **Cena za dostawę (C2)**

$$C2 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 50$$

gdzie:

C2 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{\min} .- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad} . - cena oferty badanej.

$$C = C1 + C2$$

Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY (TD) waga 40% zostanie obliczona następujący sposób:

- do dwóch dni roboczych – 40 pkt.,
- do 3 dni roboczych- 20 pkt
- 4 dni robocze – 0 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY DLA PAKIETU 1 I 2
zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = C + TD$$

Dotyczy pakietu Nr 3 i 4

Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

Termin dostawy (TD) – waga 40 % (40% = 40 pkt.)

Punktacja w kryterium **CENA (C) waga 60%** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

- Cena za dzierżawę sprzętu (C1)

$$C1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 10$$

gdzie:

C1 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{min.}- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad.} - cena oferty badanej.

- Cena za dostawę (C2)

$$C2 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 50$$

gdzie:

C2 - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

C_{min.}- najniższa cena spośród ocenianych ofert.

C_{bad.} - cena oferty badanej.

$$C = C1 + C2$$

Punktacja w kryterium **TERMIN DOSTAWY (TD) waga 40%** zostanie obliczona następujący sposób:

- do dwóch dni roboczych – 40 pkt.,
- do 3 dni roboczych- 20 pkt
- 4 dni robocze – 0 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY DLA PAKIETU 3 I 4
zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = C + TD$$

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT I TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin składania ofert i otwarcia ofert, termin związania ofertą:

Było:

12. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065503/> w terminie **do dnia 04.04.2025.r. do godziny 11:00.**

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **04.04.2025 r. o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

3. Termin związania ofertą: do dnia 02.07.2025 r.

Jest:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065503/> w terminie **do dnia 14.04.2025.r. do godziny 11:00.**

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **14.04.2025 r. o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

3. Termin związania ofertą: do dnia 12.07.2025 r.

Załączniki po zmianach:

1. Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym
2. Załącznik Nr 2 do SWZ Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 do SWZ Projekt umowy dostawy Pakiet Nr 1 i 2
4. Załącznik Nr 3 do SWZ Projekt umowy dostawy Pakiet Nr 3
5. Załącznik Nr 3 do SWZ Projekt umowy dostawy Pakiet Nr 4
6. Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy dzierżawy Pakiet Nr 1 i 2
7. Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy dzierżawy Pakiet Nr 3
8. Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy dzierżawy Pakiet Nr 4
9. Załącznik Nr 6 do SWZ Wykaz dostaw
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.04.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz