

Bielsko-Biała dn. 10.10.2024 r.

DZP.271.41.2024 - 19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.41.2024

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

Wykonawca wnosi o wskazanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 będzie wymagał od oferentów bezpłatnego użyczenia generatora noża harmonicznego wraz z 2 przetwornikami? Urządzenie kompatybilne z pozycjami 11-14 pakiet 3.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 zapisy SWZ w zakresie Rozdziału:

- IV SWZ poprzez dodanie pkt 17. O brzmieniu „ Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca użyczy generatora do nożyc harmonicznych wraz z dwoma przetwornikami – dotyczy ofert składanych na Pakiet nr 3”.
- V SWZ poprzez dodanie dodatkowego punktu 1.20 o brzmieniu: „1.20. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca użyczy na czas trwania umowy generatora do nożyc harmonicznych wraz z dwoma przetwornikami.”
- XIV.A. poprzez dodanie ppkt 2.5.20. o brzmieniu: „ Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca użyczy generatora do nożyc harmonicznych wraz z dwoma przetwornikami – dotyczy ofert składanych na Pakiet nr 3”.

Modyfikacji ulega również załącznik nr 5 do SWZ tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie Pakietu nr 3 w uwadze nad Pakietem Zamawiający dopisuje zdanie: „Zamawiający wymaga użyczenia, na czas obowiązywania umowy generatora do nożyc harmonicznych wraz z dwoma przetwornikami.”

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen