

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę RĘKAWIC NIESTERYLNYCH I STERYLNYCH DLA  
ZZOZ W Ostrowie Wlkp.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2022r poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

**ZESTAW NR 1**

Zwracamy się do zamawiającego wyjaśnienie sprzecznego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 2 pozycja 10-15 podał zakres grubości rękawicy " grubość na środkowym palcu od 0,22 do 0,26mm, na pojedynczej ściance " następnie w dalszej części opisu podał inną grubość "grubość na palcu min.0,13mm na pojedynczej ściance " zapisy te na wzajem się wykluczają, ponadto w odpowiedziach na pytania

9. Pytanie: Pakiet 2, poz. 10-15

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy część opisu: „grubość na palcu min.0,13mm na pojedynczej ściance, uniwersalna, pasująca na prawa i lewa dłoń” znalazła się w opisie omyłkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ .

Państwo podtrzymaliście swoje stanowisko.

Zatem czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawicy " PAKIET NR 2 : Do poz. 10,11,12,13,14,15 - rękawica chirurgiczna sterylna , lateksowa, bezpudrowa z wewnętrzną warstwą polimerową, o niskiej zawartości protein poniżej 20µg/g, poziom AQL max 1,0, grubość na środkowym palcu od 0,22 do 0,26mm, na pojedynczej ściance, mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, klasyfikowanie i oznakowanie fabryczne jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej klasy III."

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż sprzeczne zapisy zamieszczone w wyjaśnieniu treści SWZ z dnia 30.08.2023r. do zadanych pytań przez Uczestników niniejszego postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia nie były zamierzone i podaje ostateczną odpowiedź dla pytania dotyczącego Pakietu nr 2, poz. 10-15:

Odpowiedź brzmi: **PAKIET NR 2 : Do poz. 10,11,12,13,14,15 - rękawica chirurgiczna sterylna lateksowa, bezpudrowa z wewnętrzną warstwą polimerową, o niskiej zawartości protein poniżej 20µg/g, poziom AQL max 1,0, grubość na środkowym palcu od 0,22 do 0,26mm, na pojedynczej ściance, mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, klasyfikowanie i oznakowanie fabryczne jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej klasy III."**

Z poważaniem