



DZP.281.105B.2024

Katowice 11.12.2024r

**Do wszystkich Wykonawców**

## Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  
Obstugę serwisową aparatury okulistycznej III*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax: (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

**Pytanie 1** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §2 ust. 15 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy maksymalnie do 10 dni roboczych przy konieczności użycia i sprowadzenia części zamiennych z zagranicy od dnia wystania akceptacji kosztów?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §2 ust. 15 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji zdalnej diagnostyki do 48h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach pracy serwisu?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §2 ust. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie gwarancji jakości w wymiarze 6 miesięcy, gdyż takiej gwarancji udziela producent aparatu?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §2 ust. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy maksymalnie do 10 dni roboczych przy konieczności użycia i sprowadzenia części zamiennych z zagranicy od dnia wystania akceptacji kosztów?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §2 ust. 27

Aby biometr optyczny IOL Master 500 s/n 1086834, wymieniony w załączniku nr 2 poniżej arkusza cenowego, mógł zostać objęty zdalną kontrolą, wymagana jest wymiana płyty głównej z dyskiem SSD oraz upgradem do Win10 i przeniesieniem bazy w aparacie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż opisane czynności będą stanowić przedmiot odrębnego zlecenia serwisowego oraz poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w przeciwnym wypadku objęcie w/w aparatu zdalną kontrolą będzie niemożliwe?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wykreśla aparat IOL Master 500 z wykazu w załączniku nr 2 dotyczącego zdalnej kontroli

**Pytanie 6** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §3 ust. 4, 5

Czy ze względu na niewielką wartość wynagrodzenia Zamawiający wyrazi zgodę na wynagrodzenie ryczałtowe w okresach rocznych, płatne z dołu, po każdym zakończonym roku?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w formularzu asortymentowym wynagrodzenie za usługę ma być roczne. Nastąpiła omyłka w umowie, Zamawiający modyfikuje umowę w §3 dostosowując ją do zapisów zgodnych z wynagrodzeniem rocznych.



**Pytanie 7** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §4 ust. 1 lit. b  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z §2 ust. 11 umowy?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §4 ust. 1 lit. c  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji każdego z obowiązków względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 15 pkt a, b i c niniejszej umowy?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9** dot. Załącznika nr 3.2 – Wzór umowy (dot. części nr 4) §4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10** dot. Załącznika nr 4.4 – Formularz asortymentowo-cenowy (Część nr 4)  
Prosimy o potwierdzenie, że obsługa serwisowa obejmować będzie koszt: przeglądów technicznych, konserwacji i bieżących napraw wraz z dojazdami do siedziby Zamawiającego, zdalnej diagnostyki, aktualizacji oprogramowania?

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:  
Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2024r godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 16.12.2024r godz. 10:30

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*Agata Chojak*  
mgr Agata Chojak  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych