



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 17.07.2024 r.

ZZP.2380.38.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.¹

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 2.

Czy Zamawiający dopuści rotor na 44 probówki o poj. 1,5/2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Rotor musi pomieścić 48 probówek o pojemności 2ml.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 2.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o prędkości wirowania w zakresie od 200 do 18000 rpm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga, aby minimalny zakres prędkości wirowania wynosił co najmniej 100 rpm.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 2.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z poziomem głośności 60 dB +/- 2 dB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Poziom głośności musi być niższy niż 60 dB.

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuści crosslinker z 5 świetłówkami 8W

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 świetłówek.

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuści crosslinker o wymiarach: 36x35x30,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Wysokość urządzenia przekracza wymiar wymagany przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuści crosslinker z trybem pracy w oparciu o 5 lamp 10W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

Pytanie nr 7

Dotyczy części nr 6.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę przedmiotowej komory w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ², polegający na zmianie zapisu w pkt 4.1.6 dotyczącego terminu realizacji zamówienia dla części nr 6, który otrzymuje brzmienie:

część nr 6 „Komora cyjanoakrylowa” - do 12 tygodni od udzielenia zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dniem udzielenia zamówienia jest dzień zawarcia umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuści crosslinker o wysokości 31 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 9

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuści crosslinker z nastawą energii w zakresie do 0-999.9J?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pkt 1.1.3 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Zamawiający określił minimalne przedmiotowe parametry na 0,1 – 9999,9 mJ/cm² = 0 - 10 J/cm². Zakres powyżej 9999,9 mJ/cm² = 10 J/cm² spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Dotyczy części nr 3.

Czy Zamawiający dopuści termowyrzaskarkę z zakresem regulacji temperatury w zakresie od +3°C pow. temperatury otoczenia (RT) do 130°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ², polegający na zmianie zapisu w pkt 3.1.5 opisu dla części nr 3 „Termowyrzaskarka grzejna - termomikser”, który otrzymuje brzmienie:

zakres regulacji temperatury od 3 °C powyżej temperatury otoczenia (RT) do 130°C, [...].

Jednocześnie Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² treści SWZ.

1. W SWZ:

- 1) pkt 14.1 otrzymuje brzmienie:

Kryteria oceny oferty dla części nr 1, 3 i 4.

- 2) pkt 14.2.1 i 14.2.2 (Kryteria oceny ofert dla części nr 5) otrzymują brzmienie:

14.2.1 Kryterium „Cena”, w którym wykonawca może otrzymać 60 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

$$C = (C_{min} / C_x) \times 60$$

gdzie: C - liczba punktów w „Cena”

C_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert

C_x - cena oferty badanej

14.2.2 Kryterium „Parametry techniczne”, w którym wykonawca może otrzymać 40 pkt.

Punkty w kryterium „Parametry techniczne” zostaną przyznane na podstawie następujących podkryteriów:

14.2.2.1 Podkryterium „Panel dotykowy”:

14.2.2.1.1 jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadać możliwość sterowania za pomocą panelu dotykowego, wykonawca otrzyma 20 pkt;

14.2.2.1.2 jeżeli zaoferowane urządzenie nie będzie posiadać możliwość sterowania za pomocą panelu dotykowego, wykonawca otrzyma 0 pkt.

² podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

- 14.2.2.2 Podkryterium „Blok grzejny”:
 14.2.2.2.1 jeżeli zaofertowane urządzenie będzie posiadać blok grzejny zbudowany z oddzielnych systemów ogrzewania/chłodzenia - segmentowych bloków metalowych (izolowanych od siebie, aby zapobiec interakcją cieplnym), wykonawca otrzyma 20 pkt;
 14.2.2.2.2 jeżeli zaofertowane urządzenie nie będzie posiadać bloku grzejnego zbudowanego z oddzielnych systemów ogrzewania/chłodzenia - segmentowych bloków metalowych (izolowanych od siebie, aby zapobiec interakcją cieplnym), wykonawca otrzyma 0 pkt.
 14.2.2.3 Punkty uzyskane w poszczególnych podkryteriach określonych w pkt 14.2.2.1 – 14.2.2.2 zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem:

$$Pt = Pn + Bg$$

gdzie: Pt - łączna liczba punktów uzyskana w kryterium „Parametry techniczne”
 Pn - liczba punktów uzyskana w podkryterium „Panel dotykowy”
 Bg - liczba punktów uzyskana w podkryterium „Blok grzejny”

3) pkt 14.3 otrzymuje brzmienie:

Kryteria oceny oferty dla części nr 2 i 6.

2. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1: „Sterylizator UV - Crosslinker laboratoryjny” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ:
- 1) wykreśla się pkt 1.2.11;
 - 2) dodaje się pkt 1.2.13 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
3. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2: „Wirówka wielofunkcyjna, wysokoobrotowa bez chłodzenia” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ:
- 1) pkt 2.1.1 otrzymuje brzmienie:
wirówka nr 1: aeroszczelny rotor na 48 probówek o pojemności 2 ml,
 - 2) pkt 2.1.4 otrzymuje brzmienie:
prędkość wirowania w zakresie od 100 do co najmniej 17 000 rpm,
 - 3) wykreśla się pkt 2.1.5;
 - 4) dodaj się pkt 2.1.14 o następującym brzmieniu:
musi posiadać możliwość ustawienia wartości rpm, rcf oraz sprawne konwertowanie tych wartości między sobą,
 - 5) dodaj się pkt 2.1.15 o następującym brzmieniu:
musi umożliwiać osiągnięcie prędkości maksymalnej oraz zatrzymanie rotora w czasie nie przekraczającym 15 sek.
 - 6) wykreśla się pkt 2.2.11;
 - 7) dodaje się pkt 2.2.13 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
4. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3: „Termowyrzaskarka grzejna - termomikser” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ:
- 1) wykreśla się pkt 3.2.11;
 - 2) dodaje się pkt 3.2.13 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
5. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 4: „Wyrzaskarka typu Vortex” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ:
- 1) pkt 4.1.1.1 otrzymuje brzmienie:
opcje wyrzaskania o ruchu okrężnym,
 - 2) pkt 4.1.1.3 otrzymuje brzmienie:
regulacje obrotów w zakresie do co najmniej 3000 rpm,

- 3) pkt 4.1.1.5 otrzymuje brzmienie:
możliwość pracy w trybie ciągłym lub impulsowym,
 - 4) dodaje się pkt 4.1.1.7 o następującym brzmieniu:
wymiary: szer. 140±10mm x wys. 60±5mm x gł. 200±10mm;
 - 5) pkt 4.1.2.2 otrzymuje brzmienie:
opcje wytrząsania o ruchu okrężnym
 - 6) dodaje się pkt 4.1.2.5 o następującym brzmieniu:
amplitude wytrząsania co najmniej 4,5 mm,
 - 7) dodaje się pkt 4.1.2.6 o następującym brzmieniu:
praca w trybie impulsowym,
 - 8) dodaje się pkt 4.1.2.7 o następującym brzmieniu:
wymiary: szer. 90±10mm x wys. 70±5mm x gł. 110±5mm.
 - 9) wykreśla się pkt 4.2.3, 4.2.4 oraz 4.2.11;
 - 10) dodaje się pkt 4.2.13 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12-miesiący, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
6. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 5: „Termocykler” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ:
- 1) pkt 5.3.7 otrzymuje brzmienie:
w okresie gwarancji, w 11 - 12 miesiącu od uruchomienia urządzenia, a później po upływie każdego kolejnych 12 miesięcy wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd serwisowy w celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia - wszelkie koszty z tym związane w tym dojazd do siedziby użytkownika oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych należy ująć w cenie;
 - 2) dodaje się pkt 5.3.15 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
7. W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 6: „Termocykler” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, dodaje się pkt 6.2.13 o następującym brzmieniu:
gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia.
8. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w części A:
- 1) w pkt 2 dotyczącym części nr 2: „Wirówka wielofunkcyjna, wysokoobrotowa bez chłodzenia”, oświadczenie w lit. b otrzymuje brzmienie:
oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące),
 - 2) w pkt 5 dotyczącym części nr 5: „Termocykler”:
 - a) numeracja z tiretów „-” od 1 do 4 zostaje zmieniona na litery od „a” do „d”,
 - b) oświadczenie lit. b otrzymuje brzmienie:
oferuję gwarancję na zaoferowane urządzenie na okres miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące).
9. W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ:
- 1) § 3 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
koszty przeglądów serwisowych, o których mowa w § 4 ust. 10 umowy w tym koszty związane z dojazdami do siedziby użytkownika oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania.
 - 2) w § 3 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:
W okresie gwarancji, w 11 - 12 miesiącu od uruchomienia urządzenia, a później po upływie każdego kolejnych 12 miesięcy wykonawca zobowiązany wykonać przegląd serwisowy w celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia.

3) § 9 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

załącznik nr 4 - Kopia Specyfikacji Warunków Zamówienia (bez załączników nr 1-5) wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami lub zmianami jej treści.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy uwzględniające powyższe zmiany stanowią załączniki do niniejszego pisma - pliki pn. „Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 17.07.2024 r.” oraz „Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy po zmianie z dnia 17.07.2024 r.” Nowa treść została oznaczona czcionką w kolorze **brązowym**.