

Wałbrzych, dnia 07.02.2023r.

DZPZ-530- Zp/2/TP/23

Wykonawcy – wszyscy

***Dotyczy: Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki -
Zp/2/TP/23***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pak. 3

Czy Zamawiający dopuści balon o następujących parametrach:

Średnica balonu 1,5 do 4,5 mm

Długości balonu 8, 13, 15, 20, 30 mm

Szaft dystalnie 2,5 – 2,7F, proksymalnie 2,1F

Długość systemu wprowadzającego 146 cm

TIP 2,6 mm

Profil przejścia dla balonu 3,0 wynoszący 0,85mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji :

- średnica szafu: 1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie,

- długość użytkowa 145 cm,

- podwójny marker balonu,

- krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej,

- ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm,

- profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki i elastyczny tip długości 2.9mm,

- powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów długości 6 i 8 mm,

- balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru,

- wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności,

- dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30mm,

- dostępne średnice od 2,0-5,0mm.

Pytanie nr 2, dot. §2 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie wartości minimalnego łącznego zakresu Przedmiotu Zamówienia.

Odp. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2. Zgodnie z zapisami SWZ pkt. II opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiający przy podpisywaniu umów stosuje formę pisemną. W indywidualnych przypadkach Zamawiający może rozważyć inną formę podpisania umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odp. Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy Zamawiający będzie przysyłał zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700*