

Informacje do projektu osłon stałych pracowni TK SPZOZ MSWiA w Szczecinie

I. Informacje o jednostce organizacyjnej i pracowni RTG:

- Nazwa jednostki organizacyjnej (Płatnik/Zamawiający)**
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
- Adres jednostki organizacyjnej**
- ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
- Typ budynku, w którym znajduje się pracownia**
- szpitalny
- Parametry gabinetu TK:** kondygnacja (parter – poz. 0/powierzchnia [35,60 m²] /wysokość [2,65 m]

- budynek główny szpitala – o charakterystyce czterokondygnacyjnej konstrukcja tradycyjna ceramiczna (cegła); ściany murowane (ceramiczne); lokalizacja pracowni - pomieszczenie na poziomie „0” (parter - kondygnacja na poziomie gruntu), pow. pom. 35,60 m² (podst. wym. 6,36x5,60, wys. pom. 2,65 m,

II. Informacja o instalowanym aparacie RTG

- Producent:** Shanghai United Imaging Healthcare Co, Ltd.
- Model/typ:** uCT 780 cyfrowy bezpośredni
- nr fabr.** 680180
- Maksymalne napięcie lampy [kV]:** 140 kV
- Maksymalny prąd lampy [mA]:** 667 mAs
- Filtracja całkowita (mm Al):** 1 mm Al + 6,52 mm Al = 7,52 mm Al
- Filtracja zewnętrzna (mm AL):** 6,52 mm Al

III. Informacja o planowanym wykonywaniu badań rtg:

- Typ planowanych badań:** Diagnostyka
- Średnia liczba planowanych zdjęć w tygodniu (wartość szacunkowa/przewidywana):** 350 badań.

IV. Informacja o pracowni

Oznaczeni	Materiał i grubość (jak	Co znajduje się za ścianą? Dot. także	Czy zawiera okna, drzwi
-----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

e ściany	najdokładniej)	ścian zewnętrznych	itp.
A,A₁	430 mm cegła pełna	A-Sterownia, A₁- Poczekalnia	Okna: Nie; Szyba ochronna 00,00x00,00 Drzwi ochronne: A-2,0/0,9 A ₁ -2,07/1,2 [m]
D	700 mm cegła pełna	Sciana zewnętrzna, chodnik przy budynku, jezdnia	Okno: PCV 1,86/1,5 z płyta 1 mm Pb, 0,75 do parapetu; Drzwi PCV: 2,5/1,6 [m] z płytą 1 mm Pb
B	430 mm cegła pełna	Komunikacja wewnętrzna	Drzwi: Nie; Okna: Nie
C	270 mm cegła pełna	Pomieszczenia socjalne, techn.	C₁ - Drzwi ochr. 2,0x0,9 1 mm Pb
A₁		Poczekalnia	Drzwi ochr. 2,07x1,2 [m] 1,5 mm Pb – 3 szt
Strop	300 mm żelbetowy	Gabinety lekarskie i gab. zabiegowy	-
Posadzka	200 mm beton	Brak podpiwniczenia	-