

Wołów, 28.12.2023 r.

23/PCM/2023/ZP/A

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ z dnia 28.12.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 23/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych**

Zamawiający - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji, zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) SWZ – pkt. 15.1

Jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ~~26.01.2024 r.~~ **02.02.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Po modyfikacji:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ~~26.01.2024 r.~~ ~~02.02.2024 r.~~ **07.02.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2) SWZ – pkt. 18.1

Jest:

18.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwołow> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia ~~28.12.2023 r.~~ **04.01.2024 r.**, **godzina 10:00.**

Po modyfikacji:

18.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pcmwołow> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia ~~28.12.2023 r.~~ ~~04.01.2024 r.~~ **09.01.2024 r.**, **godzina 10:00.**

3) SWZ – pkt. 19.1

Jest:

19.1 Otwarcie ofert nastąpi ~~28.12.2023 r.~~ **04.01.2024 r.**, godzina 10:05.

Po modyfikacji:

19.1 Otwarcie ofert nastąpi ~~28.12.2023 r.~~ **04.01.2024 r.** **09.01.2024 r.**, godzina 10:05.

4) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 6-9 – par. 1 ust. 3

Jest:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu zamówiony towar na koszt własny w terminie do 72 godzin od daty otrzymania każdorazowego częściowego zamówienia przekazanego mailem na adres Zamówienia towaru będą składane w godzinach 07:30 - 15:00.

Po modyfikacji:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu zamówiony towar na koszt własny w terminie do ~~72~~ godzin od daty otrzymania każdorazowego częściowego zamówienia przekazanego mailem na adres Zamówienia towaru będą składane w godzinach 07:30 - 15:00.

5) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 1-5 – par. 1 – dodano ust. 15

Jest:

-

Po modyfikacji:

15. Ilości towaru wskazane w formularzu asortymentowo – cenowym określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości umowy. Niezrealizowana część Umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w umowie.

6) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 6-9 – par. 1 – dodano ust. 17

Jest:

-

Po modyfikacji:

17. Ilości towaru wskazane w formularzu asortymentowo – cenowym określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości umowy. Niezrealizowana część Umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w umowie.

7) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 1-5 – par. 3 ust. 1 pkt. 4) lit. d)

Jest:

d) wykonawca zapewni w przypadku zużycia jakichkolwiek podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych analizatorów do ich wymiany na własny koszt w terminie 12 godz. od telefonicznego zgłoszenia.

Po modyfikacji:

d) wykonawca zapewni w przypadku zużycia jakichkolwiek podzespołów **lub materiałów eksploatacyjnych** analizatorów do ich wymiany na własny koszt w terminie 12 godz. od telefonicznego zgłoszenia.

8) SWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – par. 2 ust. 4

Jest:

4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe

- a)
- b)

Po modyfikacji:

4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe **oraz dane szczególne**

- a)
- b)

9) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 6-9 – par. 4 ust. 1

Jest:

1. Przedmiot zamówienia określony jako sterylny musi: mieć, co najmniej **3 miesięczny** (Pakiet nr 7), **12 miesięczny** (Pakiet nr 6, 8, 9) okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

Po modyfikacji:

1. Przedmiot zamówienia określony jako sterylny musi: mieć, co najmniej **3 miesięczny** (Pakiet nr 7), **12 miesięczny** (Pakiet nr 6, 8, 9), **9-12 miesięczny (Pakiet nr 6)** okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

10) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 6-9 – par. 15

Jest:

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- 1) Klauzula informacyjna dla kontrahenta
- 2) SWZ
- 3) Oferta Wykonawcy

Po modyfikacji:

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- 1) Klauzula informacyjna dla kontrahenta
- 2) SWZ
- 3) Oferta Wykonawcy
- 4) Harmonogram dostaw dotyczący krwinek wzorcowych.**

11) SWZ – Wzór umowy dotyczący pakietów 1-5 – par. 17

Jest:

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- 1) Klauzula informacyjna dla kontrahenta
- 2) SWZ
- 3) Oferta Wykonawcy
- 4) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Po modyfikacji:

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- 1) Klauzula informacyjna dla kontrahenta
- 2) SWZ
- 3) Oferta Wykonawcy
- 4) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 5) Harmonogram dostaw (Pakiet nr 5)**

12) SWZ – Załącznik nr 6d (tabela z wykazem odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych)

Jest:

Nazwa badania	Ilość badań na 24 miesiące	Odczynniki (nazwa odczynnika, ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)	Materiały kontrolne (ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)	Materiały zużywalne (ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)
Morfologia CBC	17000			
5DIFF	22000			
Razem	39000			

Po modyfikacji:

Nazwa badania	Hość badań na 24 miesiące	Odczynniki (nazwa odczynnika, ilość, j.m., cena netto /brutto, wartość netto/brutto)	Materiały kontrolne (ilość, j.m., cena netto /brutto, wartość netto/brutto)	Materiały zużywalne (ilość, j.m., cena netto /brutto, wartość netto/brutto)
Morfologia CBC	17000			
SDIFF	22000			
Razem	39000			

Wykaz badań									
ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I EKSPLOATACYJNE.									
Lp	Parametr	Nr katalog.	Nazwa handlowa	ilość opakowań na 24 miesiące	Wielkość opak.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto.	Wartość netto za 24 miesiące	Wartość brutto za 24 miesiące
1.	Badania DIFF	5							
2.	Badania CBC								
3.	Materiały kontrolne i eksploatacyjne								
RAZEM (1-3)								0,00zł.	0,00 zł.

12) SWZ – Załącznik nr 6e (tabela parametry graniczne)**Jest:**

Parametry graniczne	Parametr wymagany	Opis Wykonawcy (TAK / NIE)
Określenie parametru		
Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy	Tak	
Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%	Tak	
Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i dzierżawiony sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody (za wyjątkiem zewnętrznej kontroli oraz standardu anty-D; standard anty-D zwalidowany na mikrometodę). Standard anty-D w konfekcji 10 x 2 ml	Tak	
Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8° C –	Tak	

odczynniki krwinkowe, 18-25° C – mikrokarty).		
Badanie grupy krwi noworodka o profilu (A, B, AB, DVI+, cti, BTA) na jednej karcie. Odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI	Tak	
Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25° C).	Tak	
Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia i muszą posiadać pozytywną opinię IHIT o dostarczanej mikrometodzie.	Tak	
Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach.	Tak	
Mikrokarty wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikami, składające się z 6 mikrokolumn	Tak	
Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.	Tak	
Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy.	Tak	
Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.	Tak	
Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności	Tak	
Mikrokarty do badania grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi	Tak	
Zamawiający w ramach dzierżawy wymaga zaoferowania: inkubator dedykowany do metody oraz chłodziarko-zamrażarkę przenośną do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych, która po okresie obowiązywania umowy stanie się nieodpłatnie własnością zamawiającego.	Tak	
Zamawiający wymaga wykonania raz w roku bezpłatnego przeglądu technicznego oraz walidacji dzierżawionego sprzętu	Tak	
OFEROWANY SPRZĘT: 2 wirówki na 6-8 mikrokart z możliwością wyjmowania rotora celem dezynfekcji, rok produkcji nie starszy niż 2015 (zwalidowane i dopuszczone pod względem technicznym przez autoryzowany serwis), 2 pipety automatyczne nie starsze niż rok produkcji 2018, 2 dozowniki do diluentu nie starsze niż rok produkcji 2018, 1 inkubator	Tak	

Po modyfikacji:

Parametry graniczne	Parametr wymagany	Opis Wykonawcy (TAK / NIE)
Określenie parametru		
Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy	Tak	
Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%	Tak	
Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i dzierżawiony sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody (za wyjątkiem zewnętrznej kontroli oraz standardu anty-D; standard anty-D zwalidowany na mikrometodę). Standard anty-D w konfekcji 10 x 2 ml	Tak	
Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8° C – odczynniki krwinkowe, 18-25° C – mikrokarty).	Tak	
Badanie grupy krwi noworodka o profilu (A, B, AB, DVI+, cti, BTA) na jednej karcie. Odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI	Tak	
Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25° C).	Tak	

Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia i muszą posiadać pozytywną opinię IHIT o dostarczanej mikrometodzie.	Tak	
Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach.	Tak	
Mikrokarty wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikami, składające się z 6 mikrokolumn	Tak	
Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.	Tak	
Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy.	Tak	
Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.	Tak	
Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności	Tak	
Mikrokarty do badania grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi	Tak	
Zamawiający w ramach dzierżawy wymaga zaoferowania: inkubator dedykowany do metody oraz chłodziarko-zamrażarkę przenośną do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych, która po okresie obowiązywania umowy stanie się nieodpłatnie własnością zamawiającego.	Tak	
Zamawiający wymaga wykonania raz w roku bezpłatnego przeglądu technicznego oraz walidacji dzierżawionego sprzętu	Tak	
OFEROWANY SPRZĘT: 2 wirówki na 6-8 mikrokart z możliwością wyjmowania rotora celem dezynfekcji, rok produkcji nie starszy niż 2015 (zwalidowane i dopuszczone pod względem technicznym przez autoryzowany serwis), 2 pipety automatyczne nie starsze niż rok produkcji 2018, 2 dozowniki do diluentu nie starsze niż rok produkcji 2018, 1 inkubator	Tak	

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych zmian. Zamawiający do niniejszego pisma dołącza tekst jednolity SWZ.

Z poważaniem

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Pełnomocnik Zarządu

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl

