

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
Komendant
płk Waldemar Pawelec

Celestynów, 15 kwietnia 2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego IPMed” – sprawa nr WOFiTM/28/2025/PN.

Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia podanych do publicznej wiadomości dnia 09.04.2025 r. w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pytań nr 7 oraz 8.

ODPOWIEDŹ BYŁA:

Pytanie nr 7

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez termin: „silikonowana” w przypadku rurki nosowo-gardłowej? Obecny zapis dotyczący rurki nosowo-gardłowej brzmi następująco: „Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.” Na rynku wyrobów medycznych funkcjonują dwa rodzaje rurek nosowo-gardłowych – rurki wykonane z PVC medycznego i rurki wykonane z silikonu. Nie spotyka się rurek które są wykonane z PVC medycznego i dodatkowo silikonowane, co zostało potwierdzone podczas zeszłorocznej rozprawy przed KIO - rozprawa 1835/2024 gdzie różni oferenci przedstawili badania składu różnych rurek nosowo-gardłowych. Dlatego prosimy o dokładne opisanie terminu „silikonowana” – jak to silikonowanie ma wyglądać? Czy chodzi o silikonowanie wnętrza rurki, części zewnętrznej, płaszcza rurki? Jednocześnie zauważmy, że nie ma żadnych norm dotyczących „silikonowania” wyrobów medycznych i co za tym idzie zapis o „silikonowaniu” rurki nosowo-gardłowej jest zapisem „martwym” – bardzo trudnym do podważenia czy udowodnienia w momencie kiedy Zamawiający dokładnie nie opisał jak to silikonowanie ma wyglądać i jak ma być weryfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania rurki z PCV medycznego lub wykonanej z silikonu medycznego.

ODPOWIEDŹ POWINNA BYĆ:

Pytanie nr 7

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez termin: „silikonowana” w przypadku rurki nosowo-gardłowej? Obecny zapis dotyczący rurki nosowo-gardłowej brzmi następująco: „Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.” Na

rynku wyrobów medycznych funkcjonują dwa rodzaje rurek nosowo-gardłowych – rurki wykonane z PVC medycznego i rurki wykonane z silikonu. Nie spotyka się rurek które są wykonane z PVC medycznego i dodatkowo silikonowane, co zostało potwierdzone podczas zeszłorocznej rozprawy przed KIO - rozprawa 1835/2024 gdzie różni oferenci przedstawili badania składu różnych rurek nosowo-gardłowych. Dlatego prosimy o dokładne opisanie terminu „silikonowana” – jak to silikonowanie ma wyglądać? Czy chodzi o silikonowanie wnętrza rurki, części zewnętrznej, płaszcza rurki? Jednocześnie zauważmy, że nie ma żadnych norm dotyczących „silikonowania” wyrobów medycznych i co za tym idzie zapis o „silikonowaniu” rurki nosowo-gardłowej jest zapisem „martwym” – bardzo trudnym do podważenia czy udowodnienia w momencie kiedy Zamawiający dokładnie nie opisał jak to silikonowanie ma wyglądać i jak ma być weryfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania rurki z PVC medycznego lub wykonanej z silikonu medycznego przy spełnianiu wszystkich pozostałych wymagań oraz dopuszcza brak cechy silikonowania rurek.

ODPOWIEDŹ BYŁA:

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do pytania 7 i argumentacji – proszę o możliwość zaoferowanie rurki nosowo-gardłowej wykonanej z miękkiego PVC medycznego przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań lub rurki nosowo-gardłowej wykonanej z silikonu medycznego przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania rurki z PCV medycznego lub wykonanej z silikonu medycznego.

ODPOWIEDŹ POWINNA BYĆ:

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do pytania 7 i argumentacji – proszę o możliwość zaoferowanie rurki nosowo-gardłowej wykonanej z miękkiego PVC medycznego przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań lub rurki nosowo-gardłowej wykonanej z silikonu medycznego przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania rurki z PVC medycznego lub wykonanej z silikonu medycznego przy spełnianiu wszystkich pozostałych wymagań oraz dopuszcza brak cechy silikonowania rurek.

Komendant

/-/ płk Waldemar Pawelec