



WSzSL.FZ.381./75/ 120/ 2023

Legnica 09.10.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWNIĄ PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH
WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-75/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Dot. Pakiet 1, 2

Pytanie 1 - Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie ich wymiarów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie precyzuje normy według której mają być wykonane przeglądy. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta (DTR). Nie wymagamy wymiany lamp UV ani filtrów.

Dotyczy Dot. Pakiet 1, 2

Pytanie 2 -W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracuje oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż Laboratorium mikrobiologii pracuje w klasie zagrożenia BSL-2

Dot. zapisów Umowy § 3

Pytanie 3- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i odsyła do zapisów SWZ § 3 pkt. 5 projektu umowy.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Plotnicka-Mieloch