

Bytom, dnia 05.12.2023 r.

Zamawiający:
Opera Śląska w Bytomiu ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom
email: kancelaria@opera-slaska.pl
Strona internetowa: <http://www.opera-slaska.pl>
Telefon: (+48 32 3966856; +48 32 3966800)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. *Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*”.

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wskazuje w pozycji Obiektowy odpowiednio 1) 0.76-1.12:1 lub 0.77-1.07:1, 2) 1.19-1.62:1, 3) 1.57-2.56:1, 4) 3.54-5.41:1. Powyższe parametry obiektów wskazują jednego producenta tj. firmę EPSON, jednocześnie w OPZ drak wskazania dla możliwości przedstawienia urządzenia w tym obiektów o równoważnych parametrach, w naszej ocenie powyższe stoi w sprzeczności z Art. 99 ust.4 pzp.

W pozycji Inne wymagania, Zamawiający wymienia "uchwyt do mocowania projektora". Wskazując jednocześnie „możliwość zaoferowania projektora do 50 kg tym samym jaki to ma być uchwyt tj. czy razem z ramą nośną czy bez? , Co dokładnie Zamawiający ma na myśli ? Jaki sposób montażu przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź:

Wskazany w OPZ współczynnik odległości dla poszczególnych obiektów należy rozumieć jako minimalny zakres oferowanej optyki, jest on niezbędny do realizacji spektakli teatralnych oraz innych wydarzeń w naszej Instytucji, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu współczynników odległości oferowanej optyki pod warunkiem, że obiektywy będą kompatybilne z oferowanym projektorem.

Przez uchwyt do mocowania projektora należy rozumieć rozwiązanie pozwalające na zamontowanie oraz stabilizację oferowanego projektora, tj. takie, którego maksymalny udźwig pozwoli na jego bezpieczne użytkowanie. Przez uchwyt do mocowania projektora należy rozumieć ramę nośną do mocowania projektora. Zamawiający nie planuje stałego miejsca montażu projektora – będzie on montowany w zależności od założeń reżyserskich danego wydarzenia m.in. do sztankietów, poręczy balkonu, okna portalowego.

Zgodnie z Rozdziałem III. ustęp 8 SWZ Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ, w zakresie jak niżej.

1) W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” – zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganym dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/853039> nie później niż do dnia **07.12.2023r. do godziny 10:00**”.

2) Zmianie ulega rozdział XXIV SWZ – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA”, który przyjmuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu **05.01.2024 r.**”

3) W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **07.12.2024 r., o godzinie 10:30**, w pok. 253, II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam
z up. Dyrektora Opery Śląskiej
Przemysław Wolski
/podpis znajduje się na oryginale/

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/853039>
2. a/a.