



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ZP/164/2024

Łódź, dnia 20.11.2024 r.

Zadanie realizowane w ramach: „U M O W Y nr DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie/dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

„Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego w ramach zdania pn.: „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 2

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy: pakiet nr 12, załącznik nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający miał na myśli: "Macerator do naczyń z pulpy – 9 szt. Macerator do pieluch - 1 szt." jak w nagłówku, czy też "Macerator do naczyń z pulpy – 5 szt. Macerator do pieluch - 5 szt." jak w tabeli?

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. Właściwy opis to: "Macerator do naczyń z pulpy – 5 szt. Macerator do pieluch - 5 szt."**

Pytanie Nr 2:

Załącznik nr 2 – Pakiet Nr 12, Macerator do pieluch

l.p. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą czujnika ultradźwiękowego, poprzez wsunięcie stopy, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

Pytanie Nr 3:

Załącznik nr 2 – Pakiet Nr 12, Macerator do pieluch

l.p. 13 - wnosimy o dopuszczenie urządzenia o zasilaniu 400 V (trójfazowe) - jest ono konieczne do prawidłowej pracy silnika maceratora do pieluch i powszechnie stosowane w urządzeniach tego typu.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów**

Pytanie Nr 4:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z osprzętem elektrycznym (43 szt.), która wprawdzie nie jest wyrobem medycznym, ale spełnia wymagania IPX6 oraz zgodna jest z normami EN 61006-3, EN 55014-1, IEC 60884-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów.

Udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia

Kinga Miśkiewicz