

Milicz, 22.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów: staplery, siatki chirurgiczne i ginekologiczne, sprzęt do endoskopii opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Nr sprawy MCM/WSM/ZP09/2025

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

„1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w Pakiecie 6 pozycja 16 będzie wymagał odpowiednio następujących parametrów:

- 36 mm, 1/2 koła Taper Point; 0 długość 60cm
- 17 mm, 1/2 koła Taper Point; 3/0 15cm
- 19 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca; 3/0 45cm
- 48 mm, 1/2 Circle Taper Point, igła tępą; 0 45cm
- 36 mm, 1/2 koła Taper Point; 2/0 60cm

W formularzu asortymentowo cenowym brakuje uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.”

Ad 1

Tak, wymagamy podanych wyżej rozmiarów i parametrów.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy zadali pytania w ramach trwającego postępowania ,
- 2) a/a.