

**Nr referencyjny: NZ.261.54.2023****Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy sprzętu jedнокrotnego użytku****ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ****I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1****Dot. zadania nr 5, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 5 poz. 2 i utworzenie dla niej niezależnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2****Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 10 % niezrealizowanej kwoty wymienionej w § 2 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) 0,5% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.
- 3) 250 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- 4) 1 500 zł za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- 5) 500 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3****Dot. zadania nr 4**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty pokrowca foliowego jednorazowego sterylne produkowanego przez firmę Ecolab/Microtek na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900. Pokrowiec bez chipu ale posiada aż 5 taśm samoprzylepnych dzięki czemu bardzo dobrze przylega do mikroskopu i nie jest potrzebne aktywowanie systemu odsysania powietrza. Dla potwierdzenia powyższego możemy dostarczyć próbki. Wym.132x381cm lub 122x305cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4****Dot. zadania nr 6, poz. 1**

Czy elektrody dla noworodków/dzieci mają być wyposażone w kabelki od długości 50 cm zakończone złączem?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 5****Dot. zadania nr 6, poz. 1-2**

Czy w celu potwierdzenia możliwości stosowania elektrod w rezonansie magnetycznym, Zamawiający będzie wymagał, aby na opakowaniu znajdowało się odpowiednie oznakowanie zgodne z normą ASTM F2503?

**Odpowiedź: Wszystkie wymagania określone zostały w zapisach SWZ Zamawiającego.**

**Pytanie nr 6**
**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 2**

Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5%?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**
**Dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tym samym zmienia załącznik nr 15 do SWZ, Wzór umowy.**

**Pytanie nr 8**
**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1**


1. Dotyczy wzoru umowy §6 pkt 1, Zwracamy się z prośbą zmniejszenia kar do :

- 1) 15% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) 0,5% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy,
- 3) 250 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- 4) 1 500 zł za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- 5) 500 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9**
**Dot. zadania nr 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu 3 wymaga bezpiecznej igły Hubera miękka podstawką (ryc 1) czy ze skrzydełkami (ryc. 2)?



Ryc 1 igła z mięką podstawką



Ryc 2. Igła ze skrzydełkam

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje miękkiej poduszki i odpinanych skrzydełek, zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Dot. zadania nr 3**

W przypadku, jeżeli Zamawiający oczekuje igły ze skrzydełkami, czy Zamawiający wymaga aby skrzydełka były nieodpinane, co umożliwi bezpieczne utrzymanie igły w porcie?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 Zamawiający oczekuje miękkiej poduszki oraz odpinanych skrzydełek, zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 11**

**Dot. zadania nr 3**

a) Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby bezpieczne igły Hubera były dostosowane do TK i MRI, umożliwiające podaż kontrastu pod ciśnieniem 300PSI?

**Odpowiedź: Zamawiający opisał wymagania w SWZ.**

b) Czy w przypadku igieł Power (dostosowanych do podaży w podciśnieniu) Zamawiający dopuści długości igieł 19mm, 25mm i 38mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

c) W przypadku igieł do podaży tradycyjnej, prosimy o dopuszczenie długości igieł 12,7-13mm, 19mm, 25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 12**

**Dot. zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły podpajęczynówkowe w rozmiarze 25G x 90mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ, Formularz cenowo-techniczny.**

**Pytanie nr 13**

**Dot. zadania nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie podanej pozycji? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności w zakresie złożonych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14**

**Dot. zadania nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

**Dot. zadania nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igły o poniższych rozmiarach:

ROZMIAR I KOD					
NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IN-03X12*	0,3mm x 12mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-03X13	0,3mm x 13mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-04X19	0,4mm x 19mm	średnioszary	27	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X12	0,45mm x 12mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X16	0,45mm x 16mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X22	0,45mm x 22mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X16	0,5mm x 16mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X20*	0,5mm x 20mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X25	0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X40	0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X25	0,6mm x 25mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X30	0,6mm x 30mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X40	0,6mm x 40mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X30	0,7mm x 30mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X40	0,7mm x 40mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X50*	0,7mm x 50mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X25	0,8mm x 25mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X40	0,8mm x 40mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X50*	0,8mm x 50mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X25	0,9mm x 25mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X40	0,9mm x 40mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 16

##### Dot. zadania nr 1, poz. 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem "Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn" Zamawiający oczekuje zestawów, których każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

**Odpowiedź Nie, Zamawiający oczekuje zestawu opisanego w załączniku nr 2 do SWZ tj. formularzu cenowo technicznym dla zadania nr 1.**

#### Pytanie nr 17

##### Dot. zadania nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej w składzie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml; Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn; Elementy zestawu, które są podłączane do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a.

**Odpowiedź: Zgodne z pierwotnymi zapisami w pozycji nr 1 formularza cenowo technicznego dla zadania nr 1, Zamawiający dopuścił powyższe.**

#### Pytanie nr 18

##### Dot. zadania nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej w składzie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Elementy zestawu, które są podłączone do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a

**Odpowiedź: Zgodne z pierwotnymi zapisami w pozycji nr 2 formularza cenowo technicznego dla zadania nr 1, Zamawiający dopuścił powyższe.**

#### Pytanie nr 19

##### Dot. zadania nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej w składzie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym

pożałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn; Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Elementy zestawu, które są podłączone do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a.

**Odpowiedź: Zgodne z pierwotnymi zapisami w pozycji nr 2 formularza cenowo technicznego dla zadania nr 1, Zamawiający dopuścił powyższe.**

#### Pytanie nr 20

##### Dot. zadania nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem były kompatybilne z zaworem dozującym producenta BPR Medical Ltd. używanym do mieszaniny Entonox?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem były kompatybilne z zaworem dozującym producenta BPR Medical Ltd. używanym do mieszaniny Entonox, tym samym zmienia załącznik nr 9 do SWZ, Formularz cenowo-techniczny**

#### Pytanie nr 21

##### Dot. wzoru umowy § 5, poz. 1

Biorąc pod uwagę termin płatności wynoszący 60 dni od daty otrzymania faktury, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w § 5 wzoru umowy.:

" 1. Zapłata należności dokonywana będzie w formie polecenia przelewu na podstawie faktury VAT wystawionej za każdą zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ROZDZIAŁEM XIV. pkt 4. „Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę podpisać ma pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza.” Dodatkowo Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy odbywa się przy użyciu tylko i wyłącznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**

#### Pytanie nr 23

##### Dot. wzoru umowy § 2 ust. 3

Wnosimy o potwierdzenie, że ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie nr 24

##### Dot. wzoru umowy § 3 ust. 2 lit. a), ust. 4 lit. a) i ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiana cen brutto następowała automatycznie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 25

##### Dot. wzoru umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez:

- dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności,
- skróceniu terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o zaoferowanym terminie ważności,

- wydłużenia terminu dostawy danej partii wyrobów w przypadku okresowych braków wyrobów, np. wskutek zaburzenia łańcucha dostaw.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26**

**Dot. wzoru umowy § 3 ust. 9 lit. 4)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wykonawca mógł złożyć wskazaną tam kalkulację zaoferowanego wynagrodzenia z dowodami dopiero wraz z ewentualnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zamiast w ciągu 30 dni od zawarcia umowy? Kalkulacja zawiera szereg informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy. Potrzeba ujawnienia takich informacji Zamawiającemu pojawi się dopiero w razie wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej określonego w umowie poziomu, nie wcześniej niż po 12 miesiącach od zawarcia umowy. Nie ma uzasadnienia dla wcześniejszego przedstawiania tych informacji Zamawiającemu – ponadto przekazanie tych informacji Zamawiającemu bezpośrednio po zawarciu umowy będzie wiązało się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przez Zamawiającego takich informacji przed ich ujawnieniem innym podmiotom, np. konkurencyjnym wykonawcom.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27**

**Dot. wzoru umowy § 4 ust. 5**

Czy w przypadku zadania nr 7 Zamawiający dopuści, by dokumentem dostawy był list przewozowy i załączona do niego specyfikacja przesyłki wystawione w 1 egzemplarzu, który nie zawiera wszystkich danych wskazanych w tym postanowieniu (tj. cen i wartości)? Zestawy wysyłane są z centralnego magazynu producenta w UE, który generuje dokumenty załączane do dostawy – nie mamy wpływu na treść dokumentów dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zmieni zapisów umowy i jednocześnie wyjaśnia, że w sytuacji kiedy Wykonawca nie ma możliwości umieszczenia wszystkich informacji na dokumencie dostawy zgodnie z zapisami umowy, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji**

**Pytanie nr 28**

**Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1**

Czy Zamawiający dopuści wystawienie faktury po każdej dostawie, jeżeli w danym miesiącu zrealizowanych zostanie kilka dostaw? Zważywszy na liczbę zestawów objętych zadaniem nr 7 wątpliwe jest, by w jednym miesiącu miała miejsce więcej niż jedna dostawa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29**

**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w taki sposób, by podstawę naliczania kary umownej stanowiła część (zakres) umowy niezrealizowana do daty odstąpienia od umowy (a nie cała wartość umowy)?

Tak określona kara umowna będzie proporcjonalna do zakresu niewykonania umowy przez wykonawcę (funkcja kompensacyjna kary umownej), a z uwagi na przewidywaną wartość umowy równocześnie zachowana zostanie funkcja dyscyplinująca kary umownej. Zwracamy uwagę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 października 2022 r. KIO 2532/22.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30**

**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie sformułowania „nie więcej jednak niż 10% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 31**

**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 2)**

Czy sformułowanie „wartość opóźnionej dostawy” oznacza wartość wyrobów, które zostaną dostarczone z opóźnieniem?

**Odpowiedź: Tak. Wartość opóźnionej dostawy” oznacza wartość wyrobów, które zostaną dostarczone z opóźnieniem.**

**Pytanie nr 32****Dot. wzoru umowy 10. § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na wymianę kwestionowanych wyrobów był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 33****Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na wymianę kwestionowanych wyrobów był liczony od uznania reklamacji przez wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 34****Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej do 14 dni roboczych?

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, czy jest ona uzasadniona, w wielu wypadkach wymaga zbadania wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. W takich sytuacjach rozpatrzenie reklamacji jakościowej w ciągu 7 dni kalendarzowych nie jest możliwe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 35****Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapłaci cenę zarówno za reklamowane, jak i wymienione wyroby, jeżeli z uwagi na krótki termin rozpatrzenia reklamacji wykonawca nie zdoła zbadać reklamacji pod względem merytorycznym i wymieni reklamowany towar celem dotrzymania terminów umownych, a następnie producent wyrobu uzna reklamację za nieuzasadnioną?

**Odpowiedź: Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę tylko za zamówione wyroby.****Pytanie nr 36****Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by załatwienie reklamacji mogło polegać alternatywnie na wymianie wadliwego towaru lub skorygowaniu faktury VAT i zwrocie ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.****Pytanie nr 37****Dot. wzoru umowy § 7 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin rękojmi był równy terminowi ważności dostarczonych wyrobów (min. 12 miesięcy), nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od daty dostawy wyrobu do Zamawiającego?

Po upływie terminu ważności wyroby nie mogą być wykorzystywane. W konsekwencji wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady wyrobów, które nie ujawnią się w terminie ważności wyrobów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.****II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

**W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW:**

- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2
- Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 8
- Załącznik nr 15 do SWZ - Wzór umowy

**WPROWADZA SIĘ:**

- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2 - po zmianach
- Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 8 - po zmianach
- Załącznik nr 15 do SWZ - Wzór umowy - po zmianach



**SZPITAL UNIWERSYTECKI**

im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

**UWAGA**

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**PREZES ZARZĄDU**  
**dr Marek Działoszyński**  
**(podpis na oryginale)**